

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	חדר ניתוח
תאריך:	20.3.2025

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל
(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<u>ציוד קצה ייעודי למערכת ניתוחי ENT</u>

האם קיים הנושא זה מרכז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן X לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ שירותים _____ ביצוע עבודה X טובין

שם הספק:	נאופרם 1907
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	512490319
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	1.5 מש"ח
תקופת ההתקשרות	24 חודשיים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

<u>מצב חו"ד גב' מיטל ביסטרו פסח מהנדסת ביו רפואית .</u>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<u>פנינה הרה</u>	<u>רכש</u>	<u>פנינה הרה</u>
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

10 במרץ 2024
מספרנו: הני"ר/0068-2025
תיק: 1141

לכבוד
גב' פנינה הרה
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח א.א.ג. – חו"ד למערכת לניתוחי ENT תוצרת BEIN-AIR.

1. לחדר ניתוח נדרשת המערכת שבנדון אשר הינה ייעודית לניתוחי א.א.ג.
2. המערכת המיוצרת ע"י חברת BEIN-AIR מורכבת מצידוד קבוע וממקדחים מתכלים, כאשר המרכיבים הקבועים כוללים:
 - קונסולה חשמלית מדגם OSSEODUO (מק"ט 1600513-001)
 - פדל הפעלה לקונסולה (1600517-001)
 - מנוע דגם NANO MICROMOTOR הכולל כבל חיבור לקונסולה (מק"ט 1700501-001)
 - מנוע דגם OSSEOSTAP (מק"ט 1600658-001)
 - ידית HANDPIECE דגם PM2-A70HD (מק"ט 1600830-001)
 - ידית HANDPIECE דגם PM2-A70 (מק"ט 1600765-001)
 - ידית HANDPIECE דגם PM2-A95 (מק"ט 1600768-001)שלוש סוגי הידיות (HANDPIECES) המצוינות לעיל, מתחבר ציוד קצה ייעודי לשימוש חד-פעמי – מקדחים מתכלים מסוגים וקטרים שונים.
3. מלבד המערכת מתוצרת BEIN-AIR, משווקות בארץ עוד שתי מערכות מתחרות המיוצרות ע"י MEDTRONIC ו-STRYKER (מיוצגות בארץ ע"י החברות "מדי פישר" ו"אמי טכנולוגיות" בהתאמה).
4. לאחר בחינה של שלושת החלופות, הובהר ע"י הצוות המנתח כי המערכת המספקת את המענה המתאים ביותר לשימוש, הינה זו מתוצרת חברת BEIN-AIR, מהנימוקים המקצועיים הבאים:
 - קיום מנגנון קירור באמצעות תעלת שטיפת פנימית המתחילה בבסיס הידית עד לקצה שלה. מדובר מנגנון ייחודי אשר פותח ע"י היצרן על מנת למנוע התחממות יתר של הידיות באופן יעיל ורציף.
 - שימוש במקדחים הניתנים לכוונון באורך, באופן המאפשר למנתח בחירה בין 3 אורכים שונים וכן יכולת לשינוי האורך במהלך הפעולה וללא החלפה של המקדח. יכולת זו מספקת אפשרות הגעה לאזורים עדינים ללא עצירה של הפעולה, תוך שמירה על שדה ראייה מיטבי.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTRE
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הברואות של ישראל



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

5. המערכת הנ"ל נוסתה קלינית ע"י הצוות המנתח ונמצאה עונה לכל שנדרש.
6. לאור האמור לעיל ובהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי, יש לראות ביצרן BEIN-AIR באמצעות נציגתו המקומית חברת "נאופארס", כספק בלעדי להתקשרות, על כל המשתמע מכך.

בברכה
מיטל בליסטרי-נסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים : דר' ישגב שפירא
מהנדס רפאל גירסי
גבי לירון דניאלי
מר האני עבד-אלכרים
מר רפאל לפה
גבי אביבה אשר
גבי נירית בן-יהושע