

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	20/03/25

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
9	1190127986	THOPAZ SEALING CAP STERILE
8	1190127978	THOPAZ TUBING DOUBLE STERILE
6	1190127960	THOPAZ CANISTER 0.3L STERILE
7	1190120973	THOPAZ TUBING SINGLE STERILE
5	1190120965	THOPAZ CANISTER 0.8L STERILE
1	1095097077	THOPAZ+DRAINAGE SYSTEM
4	1040032930	THOPAZ+CARRYING STRAP
3	1040032922	HOLDER W/STANDARD RAIL THOPAZ
2	1040032914	THOPAZ DOCKING STATION

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מיצחק אלורו

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

י"ג אדר תשפ"ה
13 מרץ 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0074
תיק:

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: תוכנית רכש מרכז הלב 2025/מרכז הלב, חזה וכלי דם – חו"ד לרכישת מכשיר ניקוז חזה דיגיטלי.

תוכנית רכש מרכז הלב 2025.

נדרשת רכישה של מכשיר ניקוז חזה דיגיטלי הנדון בכמות 2 יח' עבור מחלקת כירורגית חזה.

לאחר ניתוח, משאירים למטופל נקז ומערכת ניקוז על מנת למנוע הצטברות של נוזלים, אוויר או דם בחלל בית החזה. נדרש מכשיר ניקוז חזה דיגיטלי לשימוש במקרים מיוחדים של דליפות אוויר או נוזל חריגות. השימוש במכשיר מפחית את משך הניקוז, תוך הגברת הבטיחות הן למטופל הן לצוות הרפואי.

- הוצע מכשיר ניקוז דיגיטלי דגם Thopaz+ תוצרת Medela. המכשיר בעל צג דיגיטלי, מודד נוזלים שהתנקזו וגם נפח האוויר שנשאב ומציג את ערכם בצג המשתמש. המכשיר מאפשר גם ניידות למטופל.

- מבדיקה שנערכה בין ספקים בישראל על ידי הנדסה רפואית, נמצא כי מכשיר הניקוז חזה Thopaz+ תוצרת Medela הוא המכשיר היחיד המאפשר ניקוז באופן דיגיטלי וניידות למטופל.

- הדגם הנ"ל הוא המקובל בישראל ונמצא בפריסה ארצית רחבה (80 מכשירים).

לאור הנ"ל, נמצא כי המכשיר Thopaz+ תוצרת Medela הוא הדגם היחיד הקיים.

התקבלה הצעת חברת בפקס (נציג היצרן בישראל) מספר Q2501131 לרכישת הדגם Thopaz+, אותה יש לממש במלואה.

מהנימוקים המצוינים לעיל, יש לראות בחברת Medela, באמצעות הנציג בישראל (בפקס) ספק בלעדי לרכישה זו.

בברכה,

זחבה אלון
מהנדס ביו-רפואי
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר בני צוקרמן
מר יוגב קציר
מהנדס רפאל גירסי

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

טופס בקשה לרכש מכשור רפואי מספק יחיד

המשתמש: דר' רן קרמר

מחלקה: ניתוחי חזה

דגם המכשור המבוקש: Thopaz+ יצרן: Medela AG ספק בארץ: Bepex

תיאור המערכת (למה משמשת):

נקז טורקאלי דיגיטלי לשימוש בניתוחי חזה.

מאפשר ניקוז חכם ומדויק של נוזל ואוויר. ניטור רציף ואובייקטיבי, משאבת ניקה מובנית,

תפעול קל וניידות, שיפור תהליך החלמה והפחתה של ימי אשפוז וסיבוכים לאחר

פרוצדורה ניתוחית.

מותאם למבוגר ולילד.

פירוט חלופות שנבחנו (אם קיימות):

דגם: _____ יצרן: _____ ספק בארץ: _____

דגם: _____ יצרן: _____ ספק בארץ: _____

דגם: _____ יצרן: _____ ספק בארץ: _____

אנו מבקשים להכיר ביצרן/סוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הציוד לעיל מהנימוקים הבאים:

XXX ספק יחיד העונה על כל הצרכים (יש לפרט על אילו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל ספקים אחרים).

מערכת מבוססת טכנולוגיה ייחודית ו/או תכונות/יכולות ייחודיות שאין להן מענה אל ספקים אחרים (יש לפרט תוך התייחסות לצרכי השימוש הספציפיים).

אחידות מערכת (פרט האמצעים הקיימים ומדוע חשובה האחידות).

אחידות שיטת עבודה (פרט השיטה ומדוע חשובה האחידות).

אחר (פרט)

פירוט הנימוקים המקצועיים:

המערכת מגיעה עם מספר אפשרויות של ציוד מתכלה המתאים לשימוש למבוגר ולילד לעומת המכשיר המתחרה. נמצא בשימוש ברוב המרכזים הרפואיים בארץ.