

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |          |
|---------------|----------|
| משרד:         | הבריאות  |
| יחידה מזמינה: |          |
| תאריך:        | 20/02/25 |

\_\_\_\_\_ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט       | תיאור פריט                                |
|-----|------------|---|
| 1   | 1095079588 | VIDEOGASTROSCOPE GIF-HQ190 EVIS EXERA III |
|     |            |   |

| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) |
|--|
| עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה                                    |
|  |
|  |
|  |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| שם הספק:                 | מדטכניקה                     |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 520036195                    |
| מספר ספק בשיבא           | 1773                         |
| ספק זה הינו:             | _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות:   | 36,177 יורו+מע"מ             |
| תקופת ההתקשרות           | 24 חודשים                    |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

20 בפברואר 2025  
מספרנו: הני"ר/2025-0045  
תיק: 11130-6

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מחלקת גסטרו ילדים – חו"ד לרכישת וידאו-גסטרוסקופ - עדכון

דוא"ל מיום 22/01/2025 + ת. השבתה

מכשיר וידאו-גסטרוסקופ דגם GIF-Q165 (מס"ד 2529581) מתוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון והובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" כי הצעת המחיר לעלות התיקון אינה סופית, אורך החיים הממוצע הינו 7-8 שנים ומכשיר זה בשימוש המחלקה כ-10 שנים ועל מנת להתחבר לפרוססור חדש יש צורך בחיבור עם מתאם ספירלי מיושן. בהתאם לנאמר לעיל אין כדאיות לביצוע התיקון.

המכשיר המדובר הינו חלק ממערכת קיימת המאפשרת אבחון וטיפול במערכת העיכול העליונה - בוושט, בקיבה ובתריסריון.

רציב הצעת החברה לרכישת הדגם המחליף, GIF-HQ190 בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

רכישת המכשור הנ"ל מחייבת התאמה למכשור המצוי בשימוש במכון גסטרו ילדים בכל חדרי הבדיקה. מאחר וכל מרכיבי המכשור במחלקה זו מבוססים על פרוססורים ועל וידאו-אנדוסקופים מתוצרת OLYMPUS, לא ניתן לרכוש וידאו גסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS.

לפיכך, ניתן לראות ביצרן ונציגתו המקומית "מדטכניקה" ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,  
אליה רובינשטיין סמייה  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: מר' יוגב קציר