

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	24/04/25

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059648	BRONCHOFIBERSCOPE MODEL:BF-XP60

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חווי"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	43,668 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

24 באפריל 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0012
תיק: 6-1130

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

דחוף

הנדון: ריאות ילדים – חו"ד לרכישת ברונכוסקופ פדיאטרי תוצרת חברת OLYMPUS

מכשיר שבנדון, דגם BF-XP60, מס' סידורי 2161803 (ME0110456), ניזוק ואין כדאיות כלכלית לתיקון. לפיכך המכשיר הושבת.

נדרשת רכישת חלופה כנגדו.

ניתנה ע"י חברת "מדטכניקה" הצעת מחיר לרכישת דגם זהה בעסקת טרייד אין, אותה יש לממש.

המכשיר הני"ל מחייב התאמה למכשור המצוי בשימוש במחלקת ריאות ילדים המבוסס על תוצרת חברת OLYMPUS. להדגיש כי לפרוססורים הקיימים במכון ריאות ילדים לא ניתן לחבר ברונכוסקופים מתוצרת יצרן שאינו אולימפוס.

לאור הני"ל, יש לראות ביצרן אולימפוס באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

בנוכח
מיטק בלסטרי-מסח
מהנחלת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' אורי אפרתי
גב' רינת פורשמיט
גב' צדוק חופית