



26/05/25

לכבוד:  
כלל המציעים:

## מכרז פומבי מס' 255103 לאספקת קרקעות מזון לזיהוי והגדרה לרגישות חיידקים עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.
2. יש לשים לב כי נעשה שינוי בשם פריט מס' 20 בטבלה. (ראה תשובה 17)
3. הועלו מסמכי מכרז עדכניים עפ"י השינויים שהתקבלו

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
1	א'	2	בשל ריבוי הנתונים שיש לאסוף עבור המק"טים השונים נשואי מכרז זה, נבקש הארכה בת שבועיים למועד הגשת המכרז	הגשת המכרז נדחתה עד לתאריך 04/06/2025 בשעה 12:00
2	א'	5	עבור סוג הפריטים נשואי מכרז זה, תקופת ניסיון בת 6 חודשים עם אפשרות להפסקת התקשרות ללא נימוק הינה בלתי סבירה. נבקש לשנות ל 3 חודשים כמקובל.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
3	א'	6	נבקש להתנות במתן זכות שימוע טרם הפסקת ההתקשרות באופן חד צדדי על ידי מרת"א	הסעיף עודכן לנוסח הבא:  למרת"א, ולמרת"א בלבד, האפשרות להודיע לספק על קיצור תקופת ההתקשרות וסיומה המוקדם, בהתראה של 30 יום מראש בכפוף למתן הזדמנות לספק להשמיע טענותיו בעל פה או בכתב, בטרם יקבל מרת"א החלטה בעניין.
4	א'	7	נבקש לבטל סעיף זה, מאחר ולא ניתן להחזיר פרטי קירור למלאי.	מקובל
5	א'	29	נבקשכם כי תוקף הצעות המחיר יעמוד בהלימה לתוקף דרישתכם לזמינות "כשיר שני" כהגדרתכם בנספח ב' (חלק ראשון), סעיפים 89, 90 ולתקן בהתאם גם את סעיף 87 בנספח ב' (חלק ראשון).	הסעיף יוותר ללא שינוי
6	ב' (חלק 2)	13	נבקש להכיר בקביעתכם שבסעיף 10 לנספח זה ולהתייחס לפריטים שלא נקב המציע במחירם כפריטים אותם בחר המציע שלא לכלול בהצעתו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
7	ב' (חלק 2)	19	נבקשכם לבטל סעיף זה שכן המכרז דן בקרקעי מזון ולא במכשירים. הברקוד הניתן לסריקה מגיע על גבי האריזות החיצוניות ושרוולי הפלטות בלבד ולא על גבי הפריטים הבודדים.	התשובה שלילית. הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
8	ב' (חלק 2)	שורה מספר 1 בטבלת הפריטים	נבקש להציע MH Fastidious Agar (MH-F) משמש לרגישיות לחיידקים פסטידיים (BD257491)	התשובה שלילית. הסעיף יוותר ללא שינוי
9	ב' (חלק 2)	שורה מספר 2 בטבלת הפריטים	נבקש להציע מצע Martin Lewis Agar המשמש כמצע סלקטיבי לחיידקי Neisseria gonorrhoeae -1 N. Meningitidis	הבקשה נדחית.
10	ב' (חלק 2)	שורה מספר 4 בטבלת הפריטים	נבקש להציע Motility Test Medium	התשובה שלילית. הסעיף יוותר ללא שינוי
11	ב' (חלק 2)	שורה מספר 5 בטבלת הפריטים	נבקש להציע SIM Medium	הסעיף יוותר ללא שינוי
12	ב' (חלק 2)	שורה מספר 9 בטבלת הפריטים	הפריט המבוקש הוא פלטה מפוצלת, נבקש להציע בשתי פלטות נפרדות	הסעיף יוותר ללא שינוי
13	ב' (חלק 2)	שורה מספר 10 בטבלת הפריטים	נבקש לשקול מתן יתרון למבחנת הברגה בהיותה בטיחותית יותר למשתמש, ובעלת אורך חיי מוצר ארוך יותר.	אמות מידה של איכות קבועות בתנאי המכרז, ורק על יסודן ינתן ניקוד האיכות
14	ב' (חלק 2)	שורה מספר 12 בטבלת הפריטים	נבקש להציע פלטה מחולקת כאשר בכל אחד מהחצאים האנטיביוטיקה מסוג צפלוספרין שונה כאשר צמיחה באחד מהצדדים מעידה על ESBL חיובי	התשובה שלילית. הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
15	ב' (חלק 2)	שורה מספר 14 בטבלת הפריטים	נבקש להציע מצע דומה המכיל אקטידיון במקום ג'נטמצין	התשובה שלילית. הסעיף יוותר ללא שינוי
16	ב' (חלק 2)	שורה מספר 15 בטבלת הפריטים	נבקש לשקול מתן יתרון למצע מבדיל המתבסס על כך שחיידקי GBS בלבד מופיעים בצבע כתום ועל כך שאין צורך בבדיקת המשך לצורך זיהוי.	אמות מידה של איכות קבועות בתנאי המכרז, ורק על יסודן ינתן ניקוד האיכות
17	ב' (חלק 2)	שורה מספר 20 בטבלת הפריטים	נבקש להסב את תשומת ליבכם כי באפשרותנו להציע גם: CHROMAgar MRSA/MSSA, במידה ורלוונטי נבקש להוסיף שורה למוצרת בטבלת הפריטים המשתתפים במכרז.	טעות במכרז. המוצר הנוכחי הוא אכן CHROMAgar MRSA/MSSA ואנחנו מעוניינים בו. יש לתקן את השורה.
18	ב' (חלק 2)	שורה מספר 24 בטבלת הפריטים	נבקש לשקול מתן יתרון למצע מסוג: MH II אשר מותאם לקריטריונים של CLSI ו-EUCAST לאיזון אלקטרוליטים ומאפשרת דיפוזיית אנטיביוטיקות מקסימלית.	הסעיף יוותר ללא שינוי
19	נספח ב - חלק 2	19	נבקש לקבל ספציפיקציות מלאות לחומרים הדרושים במכרז, חלק נרחב מהשמות הם שמות ספציפיים של מוצרים המיוצרים ע"י יצרן מסויים ואין מדובר בשמות גנריים של מוצרים. ללא ריכוזי המרכיבים במוצר.	ריכוז גנטאמיצין: 100 מ"ג/ליטר. ריכוז כלורמפניקול: 0.3 גרם/ליטר.

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
20	נספח ד'	1.7	<p>נבקש להבהיר כי בשל אופי הפריט נשוא מכרז זה – קרקעי מזון, לא ניתן להחזיק מלאי של 3 חודשים שכן מדובר בפריטים עם תוקף קצר.</p> <p>נבקשכם לבטל סעיף זה שכן דרישה דומה וברת ביצוע מופיעה על ידכם כבר בנספח ג', סעיף 2. לחליפין, נבקשכם לשקול שינוי הדרישה בסעיף זה להחזקת מלאי של שבועיים.</p>	<p>הדרישה בנספח ג' אינה זהה. הדרישה נועדה להבטיח עמידה של הספק בהתחייבותיו.</p>
21	ה'	5.5	<p>נבקש להתנות במתן זכות שימוע טרם הפסקת ההתקשרות באופן חד צדדי על ידי מרת"א</p>	<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>
22	ה'	5.7	<p>היות ומדובר בפריטים בעלי תוקף קצר וכדי להימנע מגרימת נזק לא סביר למציע, נבקש להוסיף בסיפא של הדברים: "וזאת בכפוף לכך שלפריטים נותר תוקף מינימאלי של שבועיים במועד ההחזרה"</p>	<p>מקובל. הסעיף עודכן בהתאם</p>
23	ה'	10	<p>נבקש להבהיר כי בשל אופי הפריט נשוא מכרז זה – קרקעי מזון, לא ניתן להחזיק מלאי של 3 חודשים שכן מדובר בפריטים עם תוקף קצר.</p> <p>נבקשכם לבטל סעיף זה שכן דרישה דומה וברת ביצוע מופיעה על ידכם כבר בנספח ג', סעיף 2. לחליפין, נבקשכם לשקול שינוי הדרישה בסעיף זה להחזקת מלאי של שבועיים.</p>	<p>אין כוונה שלכל מוצר יהיה תוקף של 3 חודשים בכל רגע נתון אלא שבאופן כולל המלאי יתן מענה ל- 3 חודשים, וזאת בשל הצורך לעמוד בתנאים של שעת חרום.</p>

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
24	ה'	28	בהתחשב בערך הכספי הנמוך של הטובין המבוקשים בכל משלוח, אנו סבורים כי סכום של 200 ש"ח ליום אינו סביר. לפיכך, נבקש להפחית את החיוב בגין יום איחור ל 50 שקלים, החל מהיום השני לאיחור.	הסעיף יוותר ללא שינוי
25	נספח ה' - הסכם	5.1	מבוקש להבהיר ממתי נמנית תקופת ההתקשרות: ממועד הזכייה? ממועד חתימת ההסכם? מתי לאחר זכייה ייחתם ההסכם?	תקופת ההתקשרות נמנית החל ממועד חתימת ההסכם ע"י מורשי חתימה של מרת"א
26	נספח ה' - הסכם	5.2	מבוקש להבהיר עד איזה מועד תהיה מרת"א רשאית לתת הודעות הארכה?	הארכת התקשרות באמור בסעיף 5 להסכם יכולה שתבצע על ידי מתן הודעה של מרת"א עד מועד סביר טרם תום תקופת ההסכם
27	נספח ה' - הסכם	11.1	מבוקש להבהיר מהו מיקום אתר מרת"א אחד? או רבים? ולהבהיר שבישראל	המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי ברחוב ויצמן 6 ת"א
28	נספח ה' - הסכם	11.3	מבוקש להגדיר מועד שעד אליו תבוצע בדיקה ופסילה	הסעיף יוותר ללא שינוי
29	נספח ה' - הסכם	19.1	איסור העסקת קבלני משנה: מבוקש להבהיר שניתן להעסיק לצורך האספקות עצמן	הסעיף יוותר ללא שינוי
30	נספח ה' - הסכם	21.2	מבוקש להוסיף ובלבד שניתן לספק הזדמנות להתגונן כנגד דרישה ותביעה בטרם חיוב	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
31	נספח ה' - הסכם	24.10	תמורה – מבוקש להבהיר כי מדובר בשלילת הצמדה וריבית במסגרת הזמנה ספציפית, וכי ניתן בהצעה לכלול מנגנון הצמדה לאורך תקופת ההסכם	הסעיף יוותר ללא שינוי
32	נספח ה' - הסכם	24.11	מבוקש לשנות ל 2 ימי עסקים	הסעיף יוותר ללא שינוי
33	נספח ה' - הסכם	28.1	מבוקש להוסיף קביעת ימי איחור (ארכת חסד) שלגביהם אין פיצוי מוסכם	הסעיף יוותר ללא שינוי
34	נספח ה' - הסכם	32.1	מבוקש לאפשר ביצוע באמצעות חברה בת או אחות העומדת בתנאי ההסכם	התשובה שלילית. הסעיף יוותר ללא שינוי
35	נספח ה' - הסכם	22.3	מבוקש למחוק: "בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים". ולרשום במקום: "בהתאם להרחבי השיפוי המקובלים בביטוחי חבויות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
36	נספח ה' - הסכם	22.4	מבוקש למחוק את הסעיף. מדובר במכרז לאספקת מוצרים ולכן אין רלוונטיות לביטוח עבודות קבלניות.	ס"ק 22.4 מבוטל
37	נספח ה' - הסכם	22.6	מבוקש למחוק: "ו/או העתקי פוליסות"	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
38	נספח ה' - הסכם	22.7	מבוקש להוסיף סיפא לסעיף: "ואולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים מיום דרישת מדינת ישראל - משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי להמצאת אישור הביטוח, לא תחשב הפרה יסודית.	הסעיף יוותר ללא שינוי

בכבוד רב,  
 יורם הלוי  
 מנהל יחידת מכרזים