

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	11/05/25

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
11	1190129974	PVC/PE GAS SAMPLING LINES, SINGLE PATIENT DISPOSABLE 2M
9	1190129966	GAS EXHAUST LINE, WHITE CONICAL AND COLDER, DISPOSABLE 1M
5	1095097457	CARESCAPE CANVAS1000
6	1095083812	PDM NELLCOR SPO2
1	1095082137	CARESTATION 650 ANAESTHESIA MACHINE
10	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC
8	1095050183	E-SCAIO-00 RESPIRATORY MODULE
4	1040033227	FRAME-CPU CABLE-3.0M
7	1040033201	ECG TRUNK CABLE 3/5-LEAD AHA 3.6 M/12 FT
3	1040033193	CYLINDER GASKETS-QUANTITY 1
2	1040033185	MOUNTING BRACKET ADAPTER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין __X__

שם הספק:	לבנט טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$57,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מיטל ביסטרי-פסח	מהנדסת ביו-רפואית	חתימה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

7 במאי 2025
מספרנו: הני"ר/2025-0128
תיק: 1114

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: פרויקט מכון רדיומולקולרי/ קומה קלינית –
חו"ד לרכישת מערכת מכונת הרדמה + מוניטור הרדמה מתוצרת GE.

עבור המכון לרפואה גרעינית, הקומה הקלינית (מינוס 1), נדרשת רכישה של המערכת שבנדון בכמות 1 יח' המכשור הקיים במערך ההרדמה מבוסס על מערכות מתוצרת חברת GE בלבד.

המערכות הנפוצות במרכז הרפואי (למעלה מ- 40 יח'), הינן מכונות מדגם CARESATON 650 בשילוב עם מוניטורים מודולריים מדגם B850.

היות ומדובר בתוספת של יחידה אחת למערך אשר בשימוש הרוטיני עשרות מערכות מדגם אחיד, מומלץ להמשיך בשמירה על האחידות במכשור הני"ל, וזאת על מנת להבטיח המשך שימוש סדיר, תקין ובטיחותי. בהתאם לכך, יש לראות ביצן GE באמצעות נציגו בארץ, ספק יחיד לרכישה.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת חברת "לבנט טכנולוגיות" למערכת הרדמה הכוללת המרכיבים הבאים:

- מערכת הרדמה מדגם CARESTATION 650 (הצעה מס' PQ25L00533)
- מוניטור מודולרי מדגם CANVAS 1000 (פריטים 1-14 בהצעה מס' PQ25L00538) – הדגם הינו הגרסה המתקדמת לדגם B850, כאשר כל המודולים ואביזרי המוניטור הינם זהים לאלו שבשימוש היום, ללא כל שינוי.
- מודול ניטור רב-פרמטרי דגם PDM (פריטים 15-19 בהצעה מס' PQ25L00538)
- אביזרי ניטור עבור מודל רי"פ (פריטים 20-28 בהצעה מס' PQ25L00538)
- מודול ניטור CO2 וגזי הרדמה דגם E-SCAIO (פריטים 1-2 בהצעה מס' PQ25L00544)
- מודול ניטור ETCO2 ייעודי דגם E-mimiC (פריטים 11-12 בהצעה מס' PQ25L00544)

המערכת הני"ל אושרה ע"י אבטחת מידע לחיבור לרשת שיבא ותתממשק למערכת תיק חולה באותה התצורה בה מקושרות המערכות הקיימות במערך ההרדמה.

בברכה,
מיטל היסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' חיים ברקנשטט
ד"ר יצחק כהן
גבי ויקטוריה אולינצ'בה
גבי דגנית זיטומירסקי-עזרון
גבי חן רוקח
מר רפאל גירסי
מר דוד בכר