

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	קוצבים
תאריך:	10/03/2025

\_\_\_\_\_ **X** מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1011931136	PEAK PLASMABLADE 4.0MM WIDE SPATULA TIP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)		
1011931136	PEAK PLASMABLADE PS200-400	רכישת טובין

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא **X**

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ **X** טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	MEDTRONIC LTD - מדטרוניק בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	פ.ח. 512833336
מספר ספק בשיבא	92941
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	800,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

  
 פרופ. דרעי בינרט  
 מ.ג. 133940  
 מנהל היחידה לאלקטרוניקה וקוצבים  
 מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

<b>PEAK PLASMABLADE</b> הינו מכשיר חיתוך וצריבה רקמות בטמפרטורה נמוכה 40-100 צלזיוס
טכנולוגיה זו מאפשרת חיתוך מדויק עם פגיעה תרמית מינימלית ברק ברקות סמוכות.
בנוסף בשל הטמפרטורה הנמוכה קיים סיכון מופחת לפגיעה בשכבת הבידוד של האלקטרודות בקוצבים ודפיברילטורים
בדקנו ומצאנו כמדטרוניק הינם ספק יחיד לפריט PEAK PLASMABLADE

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

פרופ. רועי בינרט  
מ.ר. 133940  
מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבים  
מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא

פרופ רועי בינרט	מנהל מכון אלקטרופיזיולוגיה של הלב	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה