

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |          |
|---------------|----------|
| משרד:         | הבריאות  |
| יחידה מזמינה: |          |
| תאריך:        | 29/06/25 |

\_\_\_\_\_ **X** מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט       | תיאור פריט                                    |
|-----|------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 1095097895 | SECA MBCA GO MEDICAL BODY COMPOSITION ANALYZE |
| 3   | 1040033565 | SECA CONNECT 125 SAAS (PER YEAR)              |
| 2   | 1040030231 | STAND FOR SECA mBCA 525 MOBILE WITH CASTORS   |
|     |            |                                               |

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

|                                   |
|-----------------------------------|
| עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא **X**

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ **X** טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| שם הספק:                 | אלדן ציוד אלקטרוני                          |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 510848690                                   |
| מספר ספק בשיבא           | 1148                                        |
| ספק זה הינו:             | _____ $\sqrt{\quad}$ ספק יחיד _____ ספק חוץ |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 27,900 יורו+מע"מ |
| תקופת ההתקשרות         | 24 חודשים        |

2/..

- 2 -

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

- 1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- 2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
- 3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :**

|                                   |
|-----------------------------------|
| עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

|                        |                           |       |
|------------------------|---------------------------|-------|
| אליה רפאלוב סמייה      | מהנדסת ביו-רפואית         |       |
| שם בעל הסמכות המקצועית | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | חתימה |

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

22 ביוני 2025  
מספרנו : הנ"ר/2025-0189  
תיק : 1208A-1

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון : מחלקת תזונה – חו"ד לרכישת מכשור מדידת גובה ומשקל הכולל מדידת הרכב גוף.

נדרשת רכישה של מכשיר מדידת הרכב גוף בהתאם לפירוט :

1. משקל אדם כולל יכולת מדידה מפורטת ומדויקת של נתוני הרכב גוף המטופל ( Medical Body Composition Analyzer) – כמות 1 יח'.

2. מעמד למכשיר – כמות 1 יח'.

התקבלה הצעה מחברת "אלדן" למכשור מתוצרת Seca הכוללת :

– פריט מס' 1 – מכשיר שקילה ומדידת הרכב גוף מדגם mBCA GO.

– פריט מס' 2 – מעמד למכשיר Seca mBCA 525.

– פריט מס' 3 – תוכנת שירות בענן, המיועד לחיבור וניהול נתונים עבור מכשירי Seca.

המכשור המוצע נבדק בפועל במכון ונמצא עונה לכל שנדרש. דרישת הסף של המשתמש היא יכולת לבצע הערכת הרכב גוף בשכיבה של מאושפזים ומטופלים אמבולטוריים שאינם מסוגלים לעמוד בכוחות עצמם. המכשיר יסייע להתאמת טיפול תזונתי והערכה קלינית של מטופלים וכתוצאה מכך תהווה מדד קריטי בהחלטות טיפוליות כגון דיאליזה ומתן תרופות.

מבדיקה שנערכה עם ספקים בתחום, כגון חברת "אגנטק", לא קיים מענה מקביל לנדרש.

לנוכח הנ"ל, יש לראות ביצרן Seca אשר נציגתו בארץ חברת "אלדן" ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעת המחיר.

בברכה,  
אליה רפאלי סמייה  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים : גב' דנה ויינר