



05/11/25

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מס' 255248 לאספקת פרטי דימות

1. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם למענה.
2. מועד אחרון להגשת הצעות עם כל מסמכי המכרז בהתאם להוראות נספח יז' למכרז - הנחיות לאופן השימוש בתיבת המכרזים הדיגיטלית הינו **13/11/2025** עד השעה **12:00**.
את ערבות ההצעה, יש להגיש באופן פיזי לתיבת המכרזים הפיזית המצויה ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (-1), וזאת לא יאוחר מתאריך: **13/11/2025** עד השעה **12:00**.
3. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
1	נספח א'- תנאי המכרז	12.2	תנאי הסף דורש כי: "למציע ניסיון של שנתיים לפחות שנצבר בין השנים 2021-2025 באספקת פריטים מושאי מכרז זה לשני בתי חולים בישראל". נבקש הבהרה לגבי המושג "מושאי מכרז זה". יש לנו ניסיון רב שנים בייבוא ואספקה של פרטי דימות כאלה, אך כפי שהסעיף מנוסח, אנו מנועים מלהציע לכם דגמים חדשים אשר פיתחנו – אשר איתם טרם נצבר ניסיון. נבקש לשנות לנוסח רחב יותר כגון: "למציע ניסיון של שנתיים לפחות שנצבר בין השנים 2021-2025 באספקת פריטי דימות לשני בתי חולים בישראל".	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
2	כללי - אחריות	ביחס לכל סעיפי האחריות והשיפוי, לרבות סעיפי האחריות בהסכם	מבוקש להבהיר כי: 1. אין באמור במי מסעיפי האחריות בהסכם כדי להטיל על הספק ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בהם כדי לפטור את מרת"א ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין. חובת השיפוי/פיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות את מרת"א בגין סכומים שמרת"א מחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שמרת"א תודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, תאפשר לספק להתגונן מפניה ותשתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.	הסעיפים יוותרו ללא שינוי
3	נספח א' - תנאי המכרז	4	מאחר ומדובר בתקופה ממושכת, מבוקש למחוק את המילים "מרת"א בלבד", ולהכפיף את הסעיף להסכמת הספק ולתיאום מראש.	הסעיף יוותר ללא שינוי
4	נספח א' - תנאי המכרז	5	מבוקש להסיר את הסעיף, שכן בכל מקרה נדרשת הדגמה ולכן אין צורך בתקופת ניסיון.	הסעיף יוותר ללא שינוי
5	נספח א' - תנאי המכרז	6	מבוקש לשנות את הסעיף כך שהזכות לסיום ההתקשרות בהתראה של 30 יום מכל סיבה שהיא תינתן גם לספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי
6	נספח א' - תנאי המכרז	7	מבוקש להוסיף: "עד לתקרת התמורה שהתקבלה עבור המוצר ובהתחשב בגיל המוצר; ובתנאי שהפריטים יהיו חדשים, סגורים הרמטית ובאריזתם המקורית".	הסעיף יוותר ללא שינוי
7	נספח א' - תנאי המכרז	12.2	מבוקש להבהיר כי הדרישה מתייחסת לניסיון של שנתיים במצטבר בכל בתי החולים, ולא נדרש ניסיון של שנתיים בכל אחד משני בתי החולים.	יובהר כי הדרישה מתייחסת לניסיון מצטבר של שנתיים, אשר נצבר בקרב שני בתי ולא נדרש בניסיון של שנתיים בכל אחד משני בתי החולים.

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
8	נספח א' – תנאי המכרז	13.3	מבוקש: 1. שורה 10- למחוק את המילה "לכל", ולאחר המילה "נזק" להוסיף "ישיר ומוכח". שורה 12- לאחר המילה "לאחריו" להוסיף את המילים "ככל שהנזק אינו באשמת איכילוב ו/או מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
9	נספח א' – תנאי המכרז	22	מבוקש ליתן זכות טיעון והזדמנות לתיקון טרם פסילת ההצעה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
10	נספח א' – תנאי המכרז	25	מבוקש ליתן זכות טיעון והזדמנות להמצאת המסמכים טרם פסילת ההצעה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
11	נספח א' – תנאי המכרז	28	מבוקש למחוק את המילים "או יותר" שכן דרישה לשמירת ההצעה לצורך תקופה בלתי מוגבלת איננה סבירה. לחלופין, מבוקש להכפיף את הסעיף להסכמת הספק ולתיאום עמו מראש.	הסעיף יוותר ללא שינוי
12	נספח א' – תנאי המכרז	52	מבוקש להבהיר: 1. כי המידע יישאר חסוי בפני גורמים שלישיים ומציעים אחרים במכרז. כי מרת"א אינו יכול לדרוש מהמציע לגלות פרטים שאין להם קשר ישיר להתקשרות עם המציע/ההצעה של המציע.	הסעיף יוותר ללא שינוי
13	נספח א' – תנאי המכרז	54	מבוקש להוסיף לאחר המילים " מרת"א רשאי" את המילים "לאחר שנתן לזוכה אפשרות סבירה לתקן את המידע שמסר".	הסעיף יוותר ללא שינוי
14	נספח א' – תנאי המכרז	57	מבוקש להוסיף בסיפא "ובלבד שמדובר במידע רלוונטי להתקשרות זו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
15	נספח א' – תנאי המכרז	79	מבוקש להכפיף את הסעיף לדיני המכרזים	
16	נספח א' – תנאי המכרז	80	מבוקש להסיר את הסעיף שכן לא ניתן לבטל את המכרז לאחר ההתקשרות ולאחר שהמציע הוציא הוצאות והסתמך על ההתקשרות.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
17	נספח א' – תנאי המכרז	90	1. שורה ראשונה - מבוקש להוסיף לאחר המילים "לכל דבר ועניין" את המילים "הנוגע לתנאי מכרז זה בלבד, ולמשך 12 חודשים בלבד". שורה שניה – מבוקש להוסיף לאחר המילים "לכל דבר ועניין" את המילים "בקשר עם הסכם התקשרות זה בלבד".	הסעיף יוותר ללא שינוי
18	נספח א' – תנאי המכרז	91	מבוקש כי הסעיף יוכפף להסכמתו של הזוכה השני .	הסעיף יוותר ללא שינוי
19	נספח א' – תנאי המכרז	92	מבוקש להחליף את המילה "מחויב" במילה "רשאי".	הסעיף יוותר ללא שינוי
20	נספח א' – תנאי המכרז	95	מבוקש להבהיר כי זכויות מרת"א המפורטות בסעיפים אלו אינן סבירות ואינן מקובלות, בהתאם מבוקש לשנות את התנאים כך שמרת"א יוכל לפעול בהתאם לסעיפים אלו במקרים הבאים בלבד: 1. בתקופה של חודש אחד לאחר תחילת ההתקשרויות; 2. הודעת בטיחות/recall של יצרן המכשירים; 3. הפרה מהותית של המציע הזוכה ביחס לתנאי ההסכם, שלא תוקנה תוך 30 יום מקבלת הודעה בגין הפרה מהמרכז הרפואי. תקלה שנגמרה עקב מעשה ישיר של הספק, אשר לא מאפשרת כלל שימוש בטובין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
21	נספח א' – תנאי המכרז	101.1	בעניין "התקיים פגם... בבחירת ההצעה הזוכה" - מבוקש כי טרם ביטול המכרז תינתן לספק זכות טיעון והזדמנות סבירה לתיקון הפגמים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
22	נספח א' – תנאי המכרז	103	מבוקש להוסיף בסיפא "אלא אם מדובר במעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
23	נספח א' – תנאי המכרז	105	מבוקש להוסיף בסיפא "אלא אם הכללת הפרט נבעה ממעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
24	נספח א' – תנאי המכרז	117	מבוקש להוסיף בסיפא "ואמנם מרת"א לא יסרב להסבה/המתאה וכו' אלא מטעמים סבירים בלבד".	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
25	נספח ב' (חלק 1) - טופס הגשת ההצעה	13	מבוקש להחליף את המילים "לכל דבר ועניין" למילים "לצורך מכרז זה בלבד".	הסעיף יוותר ללא שינוי
26	נספח ב' (חלק 1) - טופס הגשת ההצעה	14	מבוקש להסיר את הסעיף בהיותו בלתי סביר לחלוטין - לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר (המתייחס למחירו של המכשיר במסגרת רכישה של כמות מכשירים מזוכה יחיד) ביחס לרכישת רק חלק מכמות המכשור מושא המכרז מאותו זוכה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
27	נספח ב' (חלק 1) - טופס הגשת ההצעה	16	מבוקש כי הסעיף יוכפף לדיני המכרזים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
28	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	7	מבוקש להסיר את הסעיף בהיותו בלתי סביר לחלוטין - לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר (המתייחס למחירו של הפריט במסגרת רכישה של כמות פריטים מזוכה יחיד) ביחס לרכישת רק חלק מההצעה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
29	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	16	במידה ומרת"א מבקשים להגדיל את ההתקשרות ויוכנסו הזמנות נוספות, החשבונית תהא בהתאם לערך היציג ביום הוצאת החשבונית.	הסעיף יוותר ללא שינוי
30	ב חלק 2	19	שורה 4 - מאריכים לסיטי- האם הכמות השנתית הינה רק 4088 יחידות? המספר אינו הגיוני	כמות שנתית מוערכת 33,600 יח'
31	ב חלק 2	19	טבלת מחירים נא להוסיף עמודה לבונוס בסחורה	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
32	נספח ג'- מפרט טכני	1+2 בתת כותרת : EXT.TUBE	עבור CT – חד פעמי צינורית באורך 1.5 מטר, ציינתם כי נדרש אל-חוזר 1 לפחות. עבור MRI- לא צויינה כמות אל חוזרים. יצויין כי כיום, כלל המחלקות עושות שימוש בצינורות מאריכים (Extension Tube) הכוללים 2 שסתומי אל- חוזר. נציין כי מסקנות הוועדה לבדיקת השימוש בציוד עירוני במערכת הזרקה אוטומטית של חומר ניגוד בעת פעולות דימות לכל סוגיו, קבעו כי שימוש במערכות בעלות שסתום אחד אינה מתאימה לשימוש רב פעמי. (סעי' 4.4 לדו"ח הוועדה) ועל כן המליצה הועדה על מערכות עם צנרת חד פעמית הכוללת שני שסתומים חד כיווניים בלבד (שם בסעי' 5.2 לדו"ח) וזאת לצורך מניעת זיהומים. נבקש בשני הסעיפים (גם לגבי CT וגם לגבי MRI) לכלול מפרט של 2 שסתומים חד כיווניים כפי שהמליצה הוועדה וכפי שנעשה בכל מחלקות בית החולים איכילוב מאז שנת 2017.	דרישה לאל חוזר 2 יחידות כמו היום- 2 על האקסטנשן ו 2 על סט המזרק גם CT וגם MRI - ראו מפרט טכני עדכני
33	נספח ג'- מפרט טכני	הפריטים יתחלקו ל-3 קבוצות עיקריות	מבוקש לאשר להגיש את הפריטים לפי שתי קבוצות עיקריות: קבוצה מס' 1- בוכנות למזרק אוטומטי וסט הזרקה קבוע Double Syringe Set וקבוצה מס' 2- Extention Tube חד פעמי.	הסעיף יוותר ללא שינוי
34	נספח ג'- מפרט טכני	מאפיינים עיקריים- סעי' 2	מבוקש להגיש בוכנות עבור MRI בקיבולת של 60 סמ"ק, ובוכנה בקיבולת 115 סמ"ק.	מקובל - ראו מפרט טכני עדכני
35	נספח ג'- מפרט טכני	EXT.TUBE - סעי' 1	עבור CT- מבוקש לאשר להגיש צינורית באורך 249.94 ס"מ.	לא מקובל
36	נספח ג'- מפרט טכני	EXT.TUBE - סעי' 1	עבור CT- מבוקש לאשר להגיש מכשיר עם לחץ של PSI350.	מקובל – ראו מפרט טכני עדכני
37	נספח ג'- מפרט טכני	EXT.TUBE - סעי' 1	עבור CT- מבוקש לאשר להגיש מכשיר עם קוטר של 0.14.	מקובל – ראו מפרט טכני עדכני
38	נספח ג'- מפרט טכני	EXT.TUBE - סעי' 2	עבור MRI- מבוקש לאשר להגיש "חד פעמי 2.5 מטר".	לא מקובל.

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
39	נספח ג' - מפרט טכני	EXT.TUBE - סעי' 2	עבור MRI - מבוקש להבהיר מה כוונתכם ב-10 ס"מ (לאחר הדרישה לאורך קוטר 0.08 מ"ל).	מבקשים הארכה של 10 ס"מ
40	נספח ג' - מפרט טכני	DOUBLE SYRINGE - SET סעי' 1	מבוקש לאשר להגיש לחץ PSI 325 עבור CT לשימוש של עד 12 שעות.	לא מקובל.
41	נספח ג' - מפרט טכני	DOUBLE SYRINGE - SET סעי' 2	מבוקש להבהיר האם המילה "מתרחבת" נכתבה בטעות, וכוונתכם היא למילה "מתחברת".	אכן, מתחברת.
42	נספח ד' - התחייבות המציע	1.5	מבוקש להוסיף בסיפא "ובתנאי שמדובר על מחיר סביר".	הסעיף יוותר ללא שינוי
43	נספח ה' - הסכם	5.2	מבוקש למחוק את המלל "ומרת"א בלבד" ולהחליפו ב"בתיאום עם הספק מראש".	הסעיף יוותר ללא שינוי
44	נספח ה' - הסכם	5.5	מבוקש להסיר את הסעיף, שכן בכל מקרה נדרשת הדגמה ולכן אין צורך בתקופת ניסיון.	הסעיף יוותר ללא שינוי
45	נספח ה' - הסכם	5.6	מבוקש לשנות את הסעיף כך שהזכות לסיום ההתקשרות בהתראה של 30 יום מכל סיבה שהיא תינתן גם לספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי
46	נספח ה' - הסכם	5.7	מבוקש : 1. להוסיף: "עד לתקרת התמורה שהתקבלה עבור המוצר ובהתחשב בגיל המוצר". להבהיר כי מרת"א יהיה זכאי להשיב פריטים ולקבל את התמורה ששולמה בעדם בתנאי שהפריטים חדשים הסגורים הרמטית באריזתם המקורית בלבד.	הסעיף יוותר ללא שינוי
47	נספח ה' - הסכם	7.4	מבוקש להבהיר כי במקרה של החלפת נציג תינתן על כך הודעה מראש ובכתב לספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי
48	נספח ה' - הסכם	9.12	מבוקש להחליף את המילים "אחריות הבלעדית והמלאה" במילים "אחריות על פי דין".	הסעיף יוותר ללא שינוי
49	נספח ה' - הסכם	11.1	מאחר שמדובר ביצרן מחו"ל, ולאור שינויים בטיסות עקב המצב הבטחוני, מבוקש לאשר אספקת טובין בתוך 14 ימי עבודה.	מקובל.
50	נספח ה' - הסכם	11.3	מבוקש ליתן לספק זכות טיעון טרם ההחלטה שלא לקבל את הטובין האמורים.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
51	נספח ה' - הסכם	13.3	מבוקש: 1. להוסיף לאחר המילה "נזק" את המילה "ישיר"; להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה";	הסעיף יוותר ללא שינוי
52	נספח ה' - הסכם	14 16	מבוקש כי טרם הפעלת הצעדים הנקובים בסעיף זה, תינתן לספק זכות טיעון ואפשרות לתיקון.	הסעיף יוותר ללא שינוי
53	נספח ה' - הסכם	21.1	1. מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "לבדו"; 2. מבוקש להוסיף בסעיף כי בנוסף לאמור הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שמקורם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק; 3. מבוקש למחוק את המילים "ו/או הפסד ו/או אובדן"; מבוקש להוסיף לאחר המילה "נזק" את המילה "ישיר";	הסעיף יוותר ללא שינוי
54	נספח ה' - הסכם	21.2	1. מבוקש למחוק את המילה "לפצות"; 2. מבוקש למחוק את המילים "בהסכם זה"; 3. מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי או הפיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות בלבד את מרת"א בגין סכומים שמרת"א תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שמרת"א יודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, יאפשר לספק להתגונן מפניה וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור. מבוקש בשורה האחרונה להוסיף לאחר המילים "ושכר טרחת עורך דין" את המילה "סבירים".	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
55	נספח ה' - הסכם	21.3	מבוקש להבהיר כי אין באמור כדי לפטור את מרת"א ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
56	נספח ה' - הסכם	21.5	מבוקש כי בטרם הקיזוז תינתן לספק הודעה מראש וזכות טיעון וכי הקיזוז יהיה בגין סכומים מוכחים.	ראה ס"ק 34.2 לנספח ה' (ההסכם)
57	נספח ה' - הסכם	22	מבוקש: 1. לאחר המילים: "לבצע ולקיים" להוסיף המילים: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו". מבוקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ.."	הסעיף יוותר ללא שינוי
58	נספח ה' - הסכם	22.1.2	מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מסך"; מבוקש למחוק את המילה: "(שנה)"	1. הבקשה נדחית. 2. מקובל.
59	נספח ה' - הסכם	22.2.2	מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מסך"; מבוקש למחוק את המילה: "(שנה)"	1. הבקשה נדחית. 2. מקובל.
60	נספח ה' - הסכם	22.3.3	מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מסך"; מבוקש למחוק את המילה: "(שנה)"	הבקשה נדחית.
61	נספח ה' - הסכם	22.3.5	מבוקש להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "כל הפועלים מטעמו"	הבקשה נדחית.
62	נספח ה' - הסכם	22.4.7	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "או כל נוסח מקביל לביט"	לאחר המילים "נוסח ביט" יבואו המילים: "או כל נוסח מקביל לו אצל אותו מבטח"
63	נספח ה' - הסכם	22.5	מבוקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "למשך 3 שנים נוספות מתום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
64	נספח ה' - הסכם	22.6	מבוקש למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבועיים"	הבקשה נדחית.
65	נספח ה' - הסכם	22.7	מבוקש למחוק את המילים: "את העתקי פוליסות"	הבקשה נדחית.
66	נספח ה' - הסכם	22.10	מבוקש להוסיף בסיפא: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה יסודית אם ניתנה לספק התראה של 15 יום להמצאת האישור ביטוח והמציאו כנדרש"	הבקשה נדחית. מקובל לציין כי "על אף האמור אי הצגת אישור ביטוח תוך 7 ימים מעת החידוש לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם, ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם עומדים בדרישות סעיף ביטוח זה".

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
67	נספח ה' - הסכם	27	מבוקש להבהיר - הן ביחס לסעיף זה והן ביחס לנספח הסודיות - כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות; מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי
68	נספח ה' - הסכם	28.1	מבוקש: 1. להבהיר כי בגין איחור באספקה עקב נסיבות שאינן תלויות בספק כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב לא יוטלו על הספק הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה. 2. להבהיר כי בכל מקרה תינתן לספק האפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש וכן זכות טיעון טרם הפעלת חיוב פיצוי מוסכם. מבוקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם שכן אינו מידתי ביחס להתקשרות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
69	נספח ה' - הסכם	28.2 28.4	מבוקש: 1. כי בכל מקרה תינתן לספק אפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש וכן זכות טיעון טרם הפעלת חיוב בפיצוי מוסכם. מבלי לגרוע מהסעדים הנתונים למרת"א על פי דין, מבוקש להבהיר כי לא יתאפשר כפל פיצוי/שיפוי בגין הפרה ספציפית.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
70	נספח ה' - הסכם	28.5	מבוקש: 1. להוסיף בסיפא "בקשר עם התקשרות זו בלבד". כי בטרם הקיזוז של הפיצויים המוסכמים תינתן לספק זכות שימוע; כי מנגנון הפיצויים יופעל לאחר הפעלת שיקול דעת ומתן נימוקים, ובהודעה מראש בת 14 יום.	הסעיף יוותר ללא שינוי
71	נספח ה' - הסכם	29.1	מבוקש להחליף את הספרה "7" ב-"30" וכן ליתן לספק הזדמנות לתיקון טרם הביטול.	הסעיף יוותר ללא שינוי
72	נספח ה' - הסכם	31	מבוקש להבהיר כי הסעיף יחול בקשר לשינויים רלוונטיים להתקשרות זו בלבד.	מקובל
73	נספח ה' - הסכם	32.2	מבוקש כי מרת"א יעדכן מראש ובכתב את הספק אודות כל המחאה, שעבוד, משכון, הסבה של ההסכם - בחלקו או במלואו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
74	נספח ה' - הסכם	34.2	1. מבוקש להבהיר כי לפני קיזוז/עיכוב כאמור בסעיף זה תינתן לספק זכות טיעון ואפשרות להתגונן. 2. מבוקש למחוק בשורה השנייה את המילים "או על פי חוזים אחרים"; 3. מבוקש למחוק בשורה הרביעית את המילים "או על פי הסכמים אחרים"; מבוקש להבהיר כי מדובר על חוב בסכום קצוב ומוכח בלבד שהוציא מרת"א או כל סכום נזק קצוב ומוכח שנגרם למרת"א כתוצאה מאי ביצוע או הפרת התחייבות מההתחייבויות הספק לפי הסכם זה, זאת בכפוף להודעה בכתב לספק שתינתן לפחות 14 (ארבעה עשר) ימי עבודה מראש.	זכות טיעון קיימת כבר בסעיף זה. הסעיף יוותר ללא שינוי
75	נספח ו' אישור הגורם המקצועי		מאחר ויש להגיש את נספח ו' לאחר מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז, נבקש לאפשר להגיש נספח זה באמצעות דוא"ל.	יש להגיש את המסמך חתום עי החברה במעמד הגשת כלל מסמכי המכרז. ולאחר מכן ניתן לצרף אותו מלא וחתום בדוא"ל.

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
76	ח'	18.1	בסעיף 18.1 בנספח ח מצויינת ערבות בנקאית של 20 אלפי שקלים. בסעיף 3.10 למסמכי המכרז מצויינת ערבות של 30 אלפי שקלים- נא הבהרתכם	סכום ערבות ההצעה הינו 30,000 ₪ בתוקף עד 09/05/2026. יש לדבוק בנוסח המצורף בנספח ח'. תוקן במסמכי המכרז העדכניים.
77	נספח טו' – הצהרת סודיות		מבוקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות; מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי
78	נספח טו' – הצהרת סודיות	1	מבוקש: 1. להוסיף לאחר המילים "ובין לאחר מכך" את המילים "למשך 5 שנים". למחוק בכותרת – "ללא הגבלת זמן".	הסעיף יוותר ללא שינוי

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים