



13/11/2025

לכל המציעים,

**הנדון: מכרז מס' 6271/2025 לאספקת קובצי לב ואלקטרודות**

**הודעה מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת ההצעות**

1. בהמשך למכרז שפורסם ביום 20.10.2025, מצ"ב מענה לשאלות והבהרות למסמכי המכרז שבנדון.
2. הנכם נדרשים לאשר קבלת הודעה זו באמצעות הטופס המצורף כנספח א' ולהחזירו חתום במייל חוזר לכתובת: [Y\\_Belkin@rmc.gov.il](mailto:Y_Belkin@rmc.gov.il).
3. **מועד הגשת ההצעות במסגרת המכרז נדחה ליום 25.11.2025 עד השעה 14:00.**
4. להבהרות נוספות ניתן לפנות לח"מ בטלפון : 04-7771008.
5. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו, כשהוא חתום, למסמכי ההצעה.

בברכה,

יאנה בלקין, עו"ד  
מחלקת רכש



נספח א

לכבוד  
מרכז רפואי רמב"ם – מחלקת רכש  
לידי: יאנה בלקין  
אימייל: [Y\\_Belkin@rmc.gov.il](mailto:Y_Belkin@rmc.gov.il)

שלום רב,

**הנדון: מכרז מס' 6271/2025 לאספקת קובצי לב ואלקטרודות**

הריני לאשר קבלת הודעה מס' 1 מיום 13 נובמבר 2025 וכל החומר המצורף המפורט בהודעה זו.

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
|          |          |         |
| שם החברה | שם משפחה | שם פרטי |

|       |            |
|-------|------------|
|       |            |
| חתימה | חותמת חברה |

**הנדון: מכרז מס' 6271/2025 לאספקת קובצי לב ואלקטרודות**

**הבהרות:**

נספח ו' - נספח תשלום ותנאים מיוחדים – ללא שינוי.  
נספח ז' - אמנת שירות (SLA) – קנסות – פיצויים מוסכמים – ללא שינוי.

**מועד הגשת ההצעות במסגרת המכרז נדחה ליום 25.11.2025 עד השעה 14:00**

| #  | עמוד                   | מספר סעיף    | פירוט השאלה / בקשת הבהרה                                                                                                                                                                    | תשובה                                                                                               |
|----|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | הגשת הצעה כללי         | 10-11        | במכרז צוין כי "יתר ההצעות תדורגנה באופן יחסי להצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר". כיצד יבוצע חישוב הניקוד של המציעים הללו?                                                                       | בהתאם לאמור במסמכי המכרז.                                                                           |
| 2  | הגשת הצעה כללי         | 10.1         | האם הכוונה היא שגם במקרה של זכייה במכרז, המזמין אינו מתחייב לרכוש כמות מסוימת במהלך תקופת ההתקשרות? האם קיימת הערכה להזמנה מינימלית או התחייבות כלשהי מצד המזמין בנוגע להיקף ההזמנות בפועל? | בהתאם לאמור במסמכי המכרז.                                                                           |
| 3  | הגשת הצעה כללי         | 10.2         | כיצד מחושב מדד האיכות המהווה 25% מהציון? מהם הקריטריונים הנבחנים ומה היחס בניקוד שמקבל כל קריטריון?                                                                                         | בהתאם לאמור במסמכי המכרז.                                                                           |
| 4  | הגשת הצעה כללי         | 10.2         | מהם המדדים הקליניים הנבחנים במסגרת מדד האיכות?                                                                                                                                              | בהתאם לאמור במסמכי המכרז.                                                                           |
| 5  | כתב כמויות והצעת המחיר | כל הנספח     | מאחר שהצעת המחיר מחולקת לקטגוריות שונות, האם הציון הסופי יימדד בהתאם למכלול הפריטים המוצעים או פר פריט? וכיצד החישוב יבוצע?                                                                 | בהתאם לאמור במסמכי המכרז.                                                                           |
| 6  | כתב כמויות והצעת המחיר | 4            | מוצרי HIS/LBBPA כוללים אלקטרודה וקטטר אך לא מכשיר. האם זה אומר שניתן לזכות במכרז רק בסעיף זה ללא זכייה בסעיף של מכשיר?                                                                      | המציע מתבקש להגיש הצעה בהתאם לאמור בכתב הכמויות.                                                    |
| 7  | כתב כמויות והצעת המחיר | 5            | הקטגוריה של CRTD כוללת מחיר למערכת. האם צריך לתמחר פרטי מערכת צד שמאל לאותם מקרים בהם יש שימוש בציד של חברתנו בהשתלות של מתחרים?                                                            | המציע מתבקש להגיש הצעה למערכת ובהתאם לאמור בכתב הכמויות.                                            |
| 8  | כתב כמויות והצעת המחיר | נקודה ראשונה | האם כל המכשירים (קוצבים ואלקטרודות) כמערכת, המוצעים במכרז, חייבים להיות תואמי MRI 1.5 ו-3 טסלה?                                                                                             | כן                                                                                                  |
| 9  | כתב כמויות והצעת המחיר | נקודה ראשונה | האם סעיף זה, בהקשר של האפשרות לניטור מרחוק עבור כל הדגמים, תקף גם ל-Leadless pacemaker, המוזכר בסעיף 6 לכתב הכמויות?                                                                        | כן                                                                                                  |
| 10 | נספח קונסיגנציה        | 1            | נבקש להבהיר כי נספח הקונסיגנציה מתייחס רק לסעיף 7 בכתב הכמויות, כפי שציינתם בנקודה השנייה בעמ' 14 לכתב הכמויות.                                                                             | אכן, נספח הקונסיגנציה מתייחס רק לסעיף 7 בכתב הכמויות, כפי שצוין בנקודה השנייה בעמ' 14 לכתב הכמויות. |