



15.12.25

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 255359 לאספקת GEL MATRERGEN 5CC

1. המפרט הטכני (נספח ג') במסמכי המכרז עודכן נוכח התשובות לשאלות ההבהרה.
2. יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים (המפרט הטכני נספח ג' עודכן בלבד).
3. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח ג'		האם מדובר במזרק מחולק?	לא
2.			מה דרגת הצמיגות של החומר אותו אתם מבקשים?	גיל
3.			איזו פייה של מזרק אתם מבקשים והאם צריכה להיות מצורפת קאנולה? אם כן, באיזה אורך? איזה קוטר פנימי?	התווסף סעיף 4 לנספח ג': הפריט יגיע <u>קומפלט</u> כמזרק עם החומר (גיל) וצינורית/קנולה להזרקה שמתחברת למזרק בשיטת לואר-לוק. אורך הקנולה : MM170 קוטר פנימי : MM2.1 קוטר חיצוני : MM3.1

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים