



אגף טייקו 100



- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית

מחלקת רכישות ומכירות

מדור רכש אמצעים

ד' טבת, תשפ"ו

24 דצמבר, 2025

הנדון:

עדכון מס' 1

מכרז 5/2026 שירותי כיול לציווד בדיקה מדעי

1. תשומת לב המציעים, המועד האחרון הגשת הצעות למכרז בתאריך **18/01/2026 בשעה 14:00**.

2. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה משטרת ישראל בהתאם:

מס'ד	פניה/שאלה	תשובה	סעיף/ פרק/ נספח
1	שורה 8 מטלטל פלטות - האם נדרש לכייל רק טמפ? אילו 3 טמפ?	הכיול של המטלטלים במעבדה צריך להעשות בשתי טמפ' בהתאם לשימוש הנעשה במעבדה: oC56 ו-oC70. יובהר כי הבדיקות חייבות להתבצע בזמן שהמאוויר של המכשיר עובד בהתאם לדרישות היצרן.	נספח 1 במפרט
2	שורה 3 מתקן אופטי- נדרש דגם ויצרן מה זה המתקן? נדרשים פרטים ודרישות ספציפיות.	הציווד הנ"ל מורכב מ-2 פריטים וניתן לספק גם מכשיר ממל"ז לטובת הבדיקה: צג למקור קרינה (חברת Ophir optronics דגם nova)-נדרש כיול סטנדרטי, מד הספק ליזר (חברת Ophir optronics דגם PD300 ROHS) כיול סטנדרטי ובנוסף אורך גל ספציפי nm904.	נספח 3 במפרט
3	שורות 15,16,17 (סימילטור כיול BEE) נדרש דרישות ספציפיות לכיול.	הציווד המופיע בשורות 15-17 נדרש כיול סטנדרטי של 3 מכשירים תוצרת חברת TEKTRONIX בדגמים AFG3021B/ AFG3022B/ AFG3022C.	נספח 3 במפרט
4	שורה 26 מד קרינה- לא ניתן לכייל בארץ	המכשיר המופיע בשורה 26 ניתן לכייל בארץ. בוצע כיול סטנדרטי לפריט שברשותנו ע"י מעבדת חרמון כולל תעודה בהסמכה חלקית מטעם ILAC- בפריט הספציפי זה עומד בדרישה מבחינתנו.	נספח 3 במפרט
5	אבקש הסבר על נספח יא' מה הסכום של הערבות הנדרש? האם יש להציג את הערבות עוד בשלב של בהצעת המחיר או רק אחרי הודעת זכייה?	ראה סעיף 15 במסמכי המכרז- לפיו הזוכה יידרש להמציא למשטרת ישראל ערבות ביצוע דיגיטלית. ערבות הביצוע תהא בגובה 5% מערך ההתקשרות בתקופת ההתקשרות הראשונה הצפויה עפ"י הערכת משטרת ישראל.	נספח יא' במכרז
6	שורה 1 מד ספיקה מכני - שלחו בבקשה דגם ויצרן ודרישות כיול	3 מדי ספיקה מוגדרים כ- Variable Area Flow Meter תוצרת חברת Yokogawa ומד ספיקה 1 תוצרת חברת ABB, נקודות כיול הוגדרו במפרט 6 נקי בדיקה.	נספח ב'2 במכרז

3. ביתר תנאי המכרז- אין שינוי

4. יובהר כי:

- 4.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 4.2. אלא אם נכתב אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
- 4.3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
- 4.4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נכתב במפורש אחרת.

בברכה,

דניאל בורקו, רפ"ק
מדור רכש אמצעים

חתימת מורשה חתימה מטעם המציע