

תשובה נדרשת הדגמה פיזית של המערכת המוצעת למכרז. התיאום הינו באחריות המציע מול המזמין. על התיאום <u>הראשוני</u> להיעשות עד למועד הגשה של המכרז. המימון הינו על המזמין.		מספר סעיף סעיף 3 - ז	שם הפרק/נספח נספח א	השאלה יש 2 אופציות להדגמה- יש לנו בארץ 2 מערכות דומות – בפוריה ובשוהם. המערכות האלו הן לא הדגם שאנחנו מגישים במכרז- השוני הוא ב- המערכות בארץ הן מערכות D3 כלומר תמיכה משקלית על שטח ולא מסילה ליניארית אין במערכות האלו את מנגנון ה TRIP – דימוי פרטובציות – לא תנאי סף אין במערכות האלו מנגנון משיכה אחורה / קדימה – לא תנאי סף מעבר לכך המערכות דומות למערכת שאנחנו מציעים לבית החולים. האם נדרשת הדגמה פיזית של המערכת הזוהר למערכת המוצעת או שהדגמה של המערכות בארץ מספקת? במידה ונדרשת הדגמה למערכת זוהר תידרש נסיעה לחו"ל (ככל הנראה הולנד/ גרמניה). תיאום נסיעה כזו יהיה בעייתי במסגרת זמן ההגשה של המכרז. בנוסף, מי מממן את הנסיעה והשהות?
על המערכת לאפשר ביצוע הפעולות המוגדרות בסעיף. ניתן לפרט על כל פעולה אפשרית נוספת מעבר למצוין בסעיף תוך התבססות של נתוני היצרן.		סעיף 6 - א	נספח א	האם יש דרישה למימד הגובה? כמה גובה מטופל יוכל לעלות (מכשולים/מדרגות/ סולם)?

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
כיוון שמדובר במערכת נשיאת משקל דינמית נבקש לאשר סטיה של +/- 2.85% - 4.63% במקום +/-3- ישנו הבדל באחוז הסטיה כאשר המערכת בתנועה או במצב סטטי, וכן במשקלים שונים. כמו כן נבקש לדעת באילו תנאים (סטטי/ תנועה ומשקל) מדובר?			תשובה <u>הבהרה לדרישה 6-ג' במכרז:</u> המערכת תספק תמיכה במשקל גוף המטופל עם סטייה בטווח של 2.85% עד 4.70% מהעומס שנבחר, במצב סטטי.
	נספח א	סעיף 6 - ג	במסגרת המענה למכרז יש להציע מענה מיטבי של היצרן. הפתרונות המוצעים יבחנו במסגרת תהליך הבדיקה של המוצע ע"י הספקים המשתתפים במכרז.
נשמח לאמות המידה לבחינה של הסעיף, למשל כמות כבלים, גודל ארון חשמל, כמות מסילות וכו'.	נספח א	סעיף 6 - יד	במסגרת הסעיף נדרש ממשק דיגיטלי (מסך מגע/טאבלט) לניהול התרגול בהתאם לפרמטרים המצוינים.
האם בנוסף למחשב המאפשר ניהול תיקי מטופל ושליטה במערכת, אספקת שלט אלחוטי הכולל מסך צבעוני הכולל תצוגה של %נשיאת המשקל, שליטה במנגנון בקרת הנפילה של המטופל, פרטובציות, הרמת המטופל, ושליטה בציר התנועה של המטופל יחשב כיתרון?	נספח א	סעיף 6 - ו	פרמטרים נוספים ייבחנו וישקלו במסגרת הציון האיכותי במכרז.

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
במצב חירום/ הפסקת חשמל- האם נדרשת.1 אפשרות פשוטה (בלחיצת כפתור אחת) להורדת מטופלים אשר איננה דורשת רתמות וחבלים מיוחדים שאלה בתחום הבטיחות :האם בזמן הפעלת.2 המערכת ישנה אפשרות של מעבר של פרסונל בית החולים או מטופלי באותו מסדרון ? האם נדרשת מערכת אשר תאפשר תנועה חופשית ובטוחה של עוברים ושבים במסדרון בכל מצב של -שימוש במערכת ללא חשש מפגיעה ע"י כבלים ? כולל כאשר מטופל יושב/ כורע/ נופל שאלה כללית מומלץ לצרף להדגמה בחו"ל איש הנדסה רפואית או איש בטיחות של ביה"ח נספח א			תשובה דרישה למנגנון בטיחות בחירום מצוינת בסעיף 6-ו'. יש לפרט את המענה/ים של היצרן, תוך הפניה למסמכי היצרן. בתהליך הבדיקה ייבחנו הקונסטרוציה, הנתונים ושרטוטי ההתקנה ע"י הגורמים הרלוונטיים בבית החולים השיקומי והבטיחות.
		כללי	יישקל ע"י המרכז הרפואי
		סעיף 3 - ז	