

בקשה לפתיחת תיק מכרז - פטור ספק יחיד + נעמ"ה עד K300

בקשה מס': YRQ 20000023 - משאבות עירוי מסוג PCA

תאריך יצירה: 13/01/2026	תאריך הפקה: 13/01/2026
מחלקה מבקשת: 210635300 חדר ניתוח מרכזי	
קניין: SH1 גאולה נעים	מבקש המכרז: LIRONAH דניאלי-פור לירון

סוג המכרז: פטור ספק יחיד + נעמ"ה עד K300
חברה (סוג תקציב): מדינה
תקופת התקשרות ראשונית(חודשים): 24 חודשים
מחלקה מקצועית: 210620400 הנדסה רפואית
גורם מקצועי: 300031697 ביסטרי-פסח מיטל
תפקיד של הגורם המקצועי: מהנדסת ביו-רפואית
מספר תיק מכרז הקודם:
ספק זוכה הקודם:
סוג תיק מכרז: בקשה למכרז ציוד
אומדן עלות ראשוני כולל מע"מ: ILS 120,000.00
אופציות בשנים:
מדדים:
אומדן עלות ראשוני בתיק הקודם:

רשימת ספקים בבקשה:

מספר ספק	שם ספק	ח.פ.	טלפון	דוא"ל
1000084	א.ל. אריאל שיווק טכנולוגיות בע"	IL514832864	03-5297005	office@medicore.co.il

אנו מבקשים אישור לפטור ממכרז, מהסיבות המפורטות להלן:

הערות:

תיאור מהות ההתקשרות:

דרישת חומרים מספר: 64

עבור בקשה מספר: YRQ 20000023

תאריך יצירת מספר דרישה: 13/01/26 תאריך הפקת הפלט: 13/01/26

תיאור הדרישה: PCA משאבות עירוי מסוג

רשימת פריטים מתוך הדרישה

פריט	חומר	תיאור חומר	כמות	יח' מידה	תיאור רכיב זמני	מחיר מקורי ליחידה	מטבע
0010	13009906	BODYGUARD EPIDURAL PUMP 999-683BDEN	1	EA			ILS
0020	11115274	FETALTROL FETAL HB CONTROL KIT 50T FH101	1	EA			ILS

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

1 בינואר 2025
מספרנו: חנ"ר/2026-0001
תיק: 1111-12A

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מרכז רפואי שיבא – חו"ד למשאבות עירוי מסוג PCA.

1. נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 5 יח' עבור חדר ניתוח.
2. התקבלה הצעה מחברת "א.ל. אריאל שיווק" לדגם Epidural מסדרת BodyGuard, עם סוללה ועמדת חיבור המשאבה הכוללת קופסת נעילה ומעמד לשקית ומזרק לחומר העירוי.
3. משאבות העירוי מסוג PCA אשר בשימוש המרכז הרפואי בכלל ומערך ההרדמה בפרט, הינן מסדרת BodyGuard תוצרת CME. ברחבי בית החולים ישנן כ- 100 משאבות מהסוג הנ"ל, המיועדות למתן טיפול לשיכון כאב.
4. מתוך הסתכלות כוללת על תחום ה- PCA שהינו רגיש מטעמי בטיחות השימוש והמטופל, נקבע כי נדרשת אחידות מלאה במכשור, באזורים והמתכלים שלו. בהתאם לעיקרון זה אוברו המחלקות בדגם אחד שנבחר לאחר בחינה מעמיקה של החלופות בשוק ובשיתוף פעולה של כלל הגורמים הרלוונטיים במערך הכאב, בית המרקחת, הנהלת הסיעוד וניהול סיכונים.
5. הכנסת מכשור PCA שאינו מתוצרת חברת CME, יצריך הליך בחינה מורכב בהתאם למתואר לעיל, כחלק מתכנית החלפה של כל כמות המשאבות במחלקה מסוימת ואבזורה מחדש במכשור מדגם אחר.
6. היות ומדובר בתוספת של משאבות בודדות למערך אשר בשימוש הרוטיני עשרות משאבות מדגם אחד, אין אפשרות להטמיע משאבה מדגם שאינו זהה לקיים ואו לצאת בהליך החלפה גורפת של הקיים.
7. לנוכח המוסבר לעיל ועל מנת להבטיח המשך שימוש סדיר, תקין ובטיחותי במכשור המדובר, יש לראות ביצרן CME באמצעות נציגו בארץ, ספק בלעדי לרכש הכמות הנדרשת לח.נ.
8. מעבר לרכישה הנקודתית (5 יח'), נדרש לשריין מסגרת של 12 יח' על מנת לאפשר זמינות לטובת צרכים נקודתיים במחלקות השונות והשבתות. מימוש יעשה לפי דרישה.

בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גב' לירון דניאלי
מהנדס רפאל גירסי
מר רפי דדוש