

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה	הערות לספקים
<p>על מנת לאפשר למציעים להגיש הצעות מיטביות, מבוקש לדחות את מועד הגשת ההצעות ב-30 ימים, וזאת על מנת לאפשר קבלת מענה לשאלות ההבהרה ומתן פרק זמן מספק להכנת ההצעות בהתאם.</p>	מסמכי המכר	כללי	<p>לא מאושר 30 יום. ניתנת הארכה של שבוע להגשה.</p> <p>מאושר לדחות את הגשת ההצעות בשבוע.</p> <p>מאושר הארכה של 30 יום נוספים מהמועד האחרון להגשת ההצעות לצורך הדגמה בלבד. אין בהארכה זו כדי לדחות את מועד הגשת מסמכי המכר והצעות המחיר. על הספקים להגיש את מלוא המסמכים והצעות המחיר עד התאריך שנקבע ע"י הוועדה.</p> <p>לאור השאלות שנשאלו, מבקשים להבהיר לכלל הספקים:</p> <p>1) הצעת מחיר אחת עבור יחידה אחת של: שולחן הבסיסי (נכון עבור כל הכמות הנדרשת) הכולל: גוף השולחן שמחובר לעמוד (גוף שולחן הניתוח עצמו). תומך ראש בעל טווח תנועה רחב (משענת ראש ניתנת להטיה). גב עליון (לוחית הארכה). מאריך רגליים (זוג לוחות רגליים). מאריך קרבון (באורך של בין 100 ל-120 ס"מ כולל) ללא תוספת רגלית.</p> <p>כל שולחן בסיסי יכלול מאריך רגליים ומאריך קרבון על אף ששני חלקים אלו לא מתחברים בו זמנית לשולחן.</p> <p>בנוסף, יש לתמחר בנפרד בכמות יחידה אחת של:</p> <p>מאריך אגן.</p> <p>מתקן כתף גדול אוניברסלי שמתאים למבוגרים (ולא לילדים) עם כל התמיכות המתפרקות לשני הצדדים (ימין ושמאל) + קסדה.</p> <p>מתאם ל-Mayfield הקיים בשיבא.</p> <p>רכישת חלקים אלו לא תהיה עבור כל שולחן אלא לפי צרכי המשתמש.</p> <p>2) המשקל המרבי בתנוחה הפוכה (ללא תוספת קרבון) לא יפחת מ-135 ק"ג.</p>	<p>לגבי מועד ההגשה:</p>
<p>מבוקש כי חילוט הערבות או חלק ממנה יבוצע לאחר מתן הודעה מראש ובכתב בת 30 יום לזוכה במהלכה יהיה הזוכה רשאי לתקן את הטעון תיקון. כן מבוקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק (סכום קצוב ומוכח) שנגרם לשיבא בפועל.</p>	מסמכי המכר	6.א.	<p>הרישא של הסעיף מאושר הסיפא לא מאושר</p>	
<p>מבוקש להבהיר כי היקף כמות שולחנות הניתוח הנמצאים בשימוש בפועל בבתי חולים, העולה על כמות המינימום הנדרשת במכרז, ייחשב כיתרון</p>		5 -	לא מאושר	

	<p>השולחן הבסיסי יכול ל-5 חלקים: (1) גוף השולחן שמחובר לעמוד של השולחן (גוף שולחן הניתוח עצמו) (2) תומך ראש בעל טווח תנועה רחב (משענת ראש ניתנת להטיה) (3) גב עליון (לוחית האריכה) (4) מאריך רגליים (זוג לוחות רגליים) (5) מאריך קרבון. למען הסר ספק: נדרשים מאריך רגליים ותוספת קרבון עבור כל שולחן. יש לתמחר עלות של שולחן בסיסי כמפורט בכמות יחידה אחת. בנוסף, יש לתמחר את החלקים הבאים בנפרד: (1) מאריך אגן (2) תוספת כתף (3) מתאם Mayfield. יש לתמחר את החלקים למרות שהם קיימים בפועל בחדרי הניתוח ונמצאים בשימוש. לגבי ניתוחי כתף: מתקן כתף גדול אוניברסלי שמתאים למבוגרים (ולא לילדים) עם כל התמיכות המתפרקות לשני הצדדים</p>	סעיף 6 3)	נספח א' -	<p>מבוקש: 1. להבהיר כי ככל שהחלקים הנדרשים קיימים בחדרי הניתוח ונמצאים בשימוש בית החולים, אין צורך להגיש הצעה עבור אותם החלקים שהינם מתיאמים לשולחנות המוצעים. 2. להבהיר האם מדובר בתוספת הנדרשת לניתוחי כתף. ככל שהתשובה חיובית - אנא הבהירו האם יש להציע תומך ראש לתוספת זו.</p>
	<p>המשקל המרבי בתנוחה הפוכה (ללא תוספת קרבון) לא יפחת מ-135 ק"ג.</p>	א. (4)	נספח א' -	<p>מאחר שמשקל מרבי בתנוחה הפוכה הינו פרמטר מהותי לבחירת ההצעה הזוכה במכרז זה, מבוקש להוסיף דרישה עבור משקל מירבי בתנוחה הפוכה (ללא תוספת קרבון).</p>
	<p>הופץ ע"י וועדת המכרזים עדכון שדרישה זו היינה יתרון ולא דרישת סף.</p>	ז. (7)	נספח א' -	<p>חברתנו מציעה במסגרת המכרז שולחן שעונה לדרישות, אמנם אינו כולל מנגנון Collision control ומניעת התנגשות. בהתאם מבוקש כי סעיף זה לא יהווה דרישה מחייבת, אלא יתרון בלבד.</p>

	<p>השולחן הבסיסי יכול ל 5 חלקים: (1) גוף השולחן שמחובר לעמוד של השולחן (גוף שולחן הניתוח עצמו) (2) תומך ראש בעל טווח תנועה רחב (משענת ראש ניתנת להטיה) (3) גב עליון (לוחית הארכה) (4) מאריך רגליים (זוג לוחות רגליים) (5) מאריך קרבון. למען הסר ספק: נדרשים מאריך רגליים ותוספת קרבון עבור כל שולחן. יש לתמחר עלות של שולחן בסיסי כמפורט בכמות יחידה אחת. בנוסף, יש לתמחר את החלקים הבאים בנפרד: (1) מאריך אגן (2) תוספת כתף (3) מתאם Mayfield. יש לתמחר את החלקים למרות שהם קיימים בפועל בחדרי הניתוח ונמצאים בשימוש. אין צורך להגיש הצעת מחיר ל"אביזר" כפי שמוגדר במכרז</p>	הצעת מחיר	הצעת מחיר	<p>מבוקש: 1. למסור למציעים טבלה הכוללת את פירוט כל החלקים הבסיסיים הנדרשים בכל שולחן. 2. להבהיר האם יש צורך בהגשת הצעת מחיר נוספת לאביזרים בסיסיים לשולחן ניתוח.</p>
	<p>לא מאושר.1 לא מאושר.2</p>	3	תנאים כללי	<p>מבוקש: 1. למחוק את המילה "יפצה" ולהחליפה במילה "ישפה" וכן להוסיף את המילה "ישירים" לאחר המילים "נזק והפסד". 2. להבהיר כי אחריות הספק הינה בהתאם לדין בלבד.</p>

	<p>1. לא מאושר. 2. מאושר. 3. מאושר. 4. לא מאושר. 5. מאושר.</p>	4	תנאים כללי	<p>מבוקש: 1. להבהיר כי המזמין יאחסן את הטובין בהתאם להוראות היצרן והספק. 2. בסיפא - מבוקש להבהיר כי בקשה לסילוק הטובין בשל פגם או אי התאמה תעשה לאחר התראה בכתב וינתן זמן סביר לספק להחליפם. 3. בסיפא - להבהיר כי אם המזמין יבקש לסלק את הטובין בעצמו ולחייב את הספק בהוצאות הסילוק, יודיע על כך בכתב מראש לספק. 4. בסיפא - מבוקש להבהיר כי המזמין ירכוש טובין חליפיים במחיר סביר ביחס למחיר שרכש מלכתחילה. 5. מבוקש להבהיר כי טרם נקיטת הצעדים המפורטים בסעיף, תינתן לספק זכות טיעון והזדמנות לתקן.</p>
	<p>1. מאושר. 2. מאושר. 3. לא מאושר. 4. לא מאושר.</p>	6.1	תנאים כללי	<p>מבוקש: 1. להבהיר כי טרם נקיטת הצעדים המפורטים בסעיף, תינתן לספק התראה מראש ובכתב וכן תינתן לספק זכות טיעון; 2. להבהיר שאם מדובר במוצר לקוי או שאינו תואם תינתן לספק הזדמנות להחליפו תוך זמן סביר טרם נקיטת הליכים המפורטים בסעיף זה, ובפרט טרם ביטול ההזמנה. 3. שורה 9 - למחוק את המילה "כל"; להוסיף לאחר המילה "נזק" את המילים "ישיר ומוכח"; 4. בסיפא - להבהיר כי המזמין ירכוש טובין חליפיים במחיר סביר ביחס למחיר שרכש מלכתחילה.</p>
	לא רלוונטי	6.2	תנאים כללי	מבוקש להבהיר כי הודעת הביטול תעשה בכתב.
	<p>1. מאושר. 2. מאושר. 3. מאושר. 4. לא מאושר.</p>	8	תנאים כללי	<p>מבוקש: 1. בשורה השלישית - מבוקש למחוק את המילים "ו/או ממשרד ממשלתי אחר". 2. בשורה השישית - מבוקש להוסיף לאחר המילים "שהספק חייב בתשלומי", את המילים "כתוצאה מהתקשרות זו בלבד". 3. כי חילוט הערבות יבוצע לאחר מתן הודעה מראש ובכתב, במהלכה הספק יהיה רשאי לתקן את הטעון תיקון. 4. כי הסכום שיחולט יהיה קצוב ומוכח, וישקף את הנזק שנגרם לשיבא בפועל.8</p>

מבוקש להבהיר האם קיים אקסל להגשת הצעת מחיר?	הצעת מחיר	הצעת מחיר	לא קיים,
מבוקש לקבל הארכה להדגמה עד לסוף פברואר שכן דגם השולחן הספציפי יגיע רק בחודש זה	נספח א'	ה' - 2	ניתנת הארכה של 30 יום למטרת הדגמה בלבד מיום מועד אחרון להגשת הצעות. יש להגיש את כלל המסמכים ואת ההצעות עד למועד האחרון להגשת ההצעות שפורסם ע"י ועדת המכרזים.
מבוקש להבהיר מה ההגדרה של זמן גיבוי תפעולי וכיצד מבוצע חישוב זמן הסוללה לדוגמה – האם לפי זמן עבודה רציף?	דרישות המפ	ג' - 2	הכוונה לשבוע עבודה (5 ימים) בתנאי עבודה סטנדרטיים (לא הפעלה במצב קיצון במשך כל הזמן אלא שימוש שגרתי ורגיל) לזמן של כ-9-8 שעות ביום. זה לא זמן עבודה רציף כי השולחן לא מונע כל הזמן בתנאי עבודה סטנדרטיים.
מבוקש להבהיר מה המשקל המירבי לתנוחה הפוכה ללא קרבון	דרישות המפ	ב' - 4	המשקל המרבי בתנוחה הפוכה (ללא תוספת קרבון) לא יפחת מ-135 ק"ג.
מבוקש להוריד את הטווח המקסימלי ל 1000 מ"מ	דרישות המפ	א' - 5	בדרישה כתוב שהטווח צריך להיות כלול בטווח של 520 מ"מ עד 1,200 מ"מ. אם הגובה המקסימלי של השולחן הוא 1,000 מ"מ למשל, אז הוא כלול בטווח של הדרישה. אין צורך בשינוי הדרישה.
מבוקש להבהיר האם יש יתרון לטווח תנועה כולל של 665 מ"מ אשר מאפשר טווח שיקוף ארוך יותר עבור ניידת שיקוף ללא אביזרים נוספים	דרישות המפ	ב' - 5	ניתן לפרט זאת בתשובה. לא הוגדר כיתרון.
מבוקש להבהיר האם יש יתרון לטווח תנועה כולל של 665 מ"מ אשר מאפשר טווח שיקוף ארוך יותר עבור ניידת שיקוף ללא אביזרים נוספים	דרישות המפ	ד' - 5	ניתן לפרט זאת בתשובה. לא הוגדר כיתרון.

	מבוקש להבהיר מה אורך השיקוף הנדרש עם וללא אביזרים והאם יש יתרון לאורך שיקוף מירבי ללא אביזרים	דרישות המפ	ד' - 5	בד' - 5, שטח השיקוף המרבי של הדגם ללא קשר לדרישת החלקים שפורטו בסעיף 6.3 צריך להיות מעל 1,500 מ"מ. דבר זה אפשרי בשימוש Knee rest על אף שלא נדרש כחלק. בו' - 5, נדרש להבהיר אורך השיקוף המקסימלי כשמתייחסים לחלקים שפורטו בסעיף 6.3, לפי ההרכבים השונים של החלקים (שונה האורך עם פלטת רגליים או עם תוספת קרבון למשל).
	מבוקש להבהיר האם מתקבלת תנועת פלטת הרגליים באופן ידני	דרישות המפ	ג' - 6	שלילי
	מבוקש להבהיר האם הכוונה שפלטת הניתוח הינה רחבה מהבסיס על מנת לאפשר למנתח להיצמד לאזור הניתוח ללא כיפוף	דרישות המפ	א' - 7	חיובי
	מבוקש להבהיר האם הכוונה שמערכת המעצורים נפרדת ממערכת הגלגלים של השולחן על מנת לייצר יציבות ופיצוי על משטח לא מפולס	דרישות המפ	ד' - 7	חיובי
	מבוקש להבהיר האם שולחן גיבוי מדגם דומה אך לא זהה אשר מאפשר את המשך עבודת חדר הניתוח מקובל גם כן	תמיכה ושיר	ג'	אפשרי בתנאי ששולחן הגיבוי עונה על כל הדרישות של השולחן המוצע במכרז. כולל חיבור של כל החלקים והאביזרים.
	מבוקש לקבל מידע לגבי אי תקינות השלט בעת אספקתו	תמיכה ושיר	טז'	לאחר הספקת שלט חלופי תקין, יימסר השלט החוטי לגיבוי לתיקון. ניתן לקבל מידע ע"י המשתמש לגבי אי תקינות השלט לגיבוי או סיבה מדוע השלט לגיבוי תקול.
	עמוד 9 - דרישות המכרז - סעיף 3ג' האם הכוונה לתומך ראש בעל ציר אחד (עולה יורד בלבד) או שני צירים המאפשר בנוסף גם יצירת מנח מוגבה להשכבות צידיות ?	עמוד 9	ג' 3	בשולחן PST 500, הכוונה ל- Head section double joint 1850955.
	עמוד 9 - דרישות המכרז - סעיף 3 ו' - מה אורך מאריך הקרבון הנדרש ?	דרישות המכ	א' 3	בין 1000 ל-1200 מ"מ ללא רגלית.

	מתקן כתף גדול אוניברסלי שמתאים למבוגרים (ולא לילדים) עם כל התמיכות המתפרקות לשני הצדדים (ימין ושמאל) + קסדה.	ח 3	דרישות המכ	עמוד 9 - דרישות המכרז - סעיף 3 ח' - נא לפרט דרישות מתקן כתף (גודל, חלקים פריקים, משענת ראש)
	אין אישור לדחות את המכרז ב-60 יום. ניתנת הארכה של 30 יום למטרת הדגמה בלבד מיום מועד אחרון להגשת ההצעות. יש להגיש את כלל המסמכים ואת ההצעות עד למועד האחרון להגשת ההצעות שפורסם ע"י ועדת המכרזים.	כללי	כללי	החל מינואר 2026, הרחבנו את תחום הפעילות מול ספק קיים והוספנו מגוון שולחנות ניתוח. לכן, נבקש דחייה של המכרז ב-60 יום על מנת להיערך בהתאם להצעה מיטבית. נודה לאפשרות של אי פרסום שאלה זאת בצורה פומבית.
	ניתנת הארכה של 30 יום למטרת הדגמה בלבד מיום מועד אחרון להגשת ההצעות. יש להגיש את כלל המסמכים ואת ההצעות עד למועד האחרון להגשת ההצעות שפורסם ע"י ועדת המכרזים.	'יא 4	דר' כלליות	הדגמת שולחן – שולחן ההדגמות שלנו נמכר בסוף השנה והוזמן שולחן חדש טרום פרסום המכרז שצפוי להגיע בתחילת פברואר, אודה על קבלת אישורכם לביצוע ההדגמה לאחר הגעתו