

מכרז 10003350
לאספקת מכשירים ומקלונים לבדיקת סוכר בדם
ליד מיטת המטופל

תשובה סופית לשאלה 21:

לצורך הכנת הצעות מיטביות עבור כלל הספקים, ומאחר שלא פורסמה עלות הממשק הנדרשת, מבוקש כי המרכז הרפואי יפנה ל־ Softov ויפרסם לכל מציע את עלות הממשק הנדרשת לו. בנוסף, נבקש להבהיר האם הדרישה היא לתאימות בעלת ניסיון מוכח, או לחלופין מדובר בדרישה לעמידה בסטנדרטים שיאפשרו פיתוח ממשק חדש בהתאם לנדרש (נספח ב', סעיף 1). יובהר כי חברתנו פנתה ל־ Softov - אולם נמסר לה כי הצעת המחיר תימסר למזמין בלבד, בהתאם לאפיון שיתקבל מהמרכז הרפואי.

להלן:

עלות פיתוח דרייבר סטנדרטי חדש הינה 84,718.24 ₪, לא כולל מע"מ.
כל שינוי, התאמה או פיתוח נוסף מעבר להגדרת הדרייבר הסטנדרטי יחויב בנפרד, בהתאם לתעריף שעת פיתוח.