



טופס בקשה להתקשרות בפטור

סיווג הבקשה: (בלמ"ס/שמור/סודי/סודי ביותר)

מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות

לכבוד
ועדת המכרזים

תאריך הבקשה	7.7.2026
מחלקה מבקשת	אח"מ - מז"פ
מקור תקציבי	פ"ת: 07800256112 מ"ק: 210400
קוד יחידה דורשת	1000239

הנדון: בקשה לסיווג התקשרות ללא מכרז עפ"י חוק חובת המכרזים התשנ"ג-1993

אבקש את ועדת המכרזים לאשר התקשרות ללא מכרז שפרטיה להלן:

תיאור הבקשה <input checked="" type="checkbox"/> הטובין/ <input type="checkbox"/> השירות	מכשירים לכימות דני"א ממקור אנושי (HID) לצורך בדיקות פורנזיות
שם המחלקה הדורשת	מעבדת דני"א וביולוגיה
שם הספק/החברה	רניום ציוד למעבדות מחקר בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ./עוסק מורשה/מספר עמותה)	חפ 511642449
סכום ההתקשרות המבוקש ב-₪ (כולל את כל המיסים)	₪ 650,000
תקופת ההתקשרות המבוקשת	31.12.2027
תקנת חוק	תקנה 3(29)
איש קשר (מדור מטפל) ומייל אזרחי	נעמה ליבנה זיר naamaziv@police.gov.il

המלצתי לביצוע הרכישה ללא מכרז נובעת מהסיבות כדלהלן:

- מעבדת דני"א וביולוגיה עוסקת באופן שוטף ובעתות חירום בהפקת דני"א ממגוון גדול של מוצגים מזירות עבירה ומאפיינת פרופילי דני"א ממקור אנושי באמצעות סדרה של תהליכי בדיקה מתוקפים ומוכרים בתחום.
- על מנת לתת מענה לצרכים השונים, נדרש לרכוש 3 מכשירים לקביעת כמות דני"א.
- המכשירים מודדים ריכוז דני"א ממקור אנושי (באמצעות ערכת כימות פורנזית מסחרית) לצורך אפיון פרופיל פורנזי המתבצע בשיטת STR.
- המכשיר נדרש למדוד ריכוזי דני"א בדגימות באמצעות ריאקציית RT-PCR ובהתבסס על סמנים פלורוסנטיים, ולהיות מותאם לעבודה עם פלטות של 96 באריות במערך 12*8 (מלבני).
- המכשיר נדרש להיות מאושר לעבודה עם דגימות פורנזיות (HID) לאחר וולידציית יצרן.
- המכשירים יסופקו עם תוכנת ניתוח תוצאות בעלת יכולות התממשקות למערכת ניהול הבדיקות במעבדה.
- מסקר שוק שבוצע עולה כי רק חברת ThermoFisher Scientific מייצרת מכשיר מסוג QuantStudio 5 HID העומד בדרישות הר"מ.
- חברת רניום הינה הנציגה הבלעדית של היצרן בישראל.

מרב עמיאל	ר' מעבדת דני"א וביולוגיה	חתום במקור
שם מגיש הבקשה	תפקיד	חתום במקור