

ט' אב תשפ"ו
23 יולי 2026

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א. ג. ג.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100059101/2026 בנושא אספקת מכשור הידרומטרי לרשות המים

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט בכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז

להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	פרק ג	2.1.6	האם יש לכלול מנוע למכשיר למדידת מפלסים בקידוחים - 500 מטר?	כן, יש לכלול מנוע לאיסוף כבל במכשיר למדידת מפלס בקידוחים לעומק 500 מטר. ר' נוסח מתוקן של מסמכי המכרז יש להתייחס לדרישה המופיעה בפרק מקצועי סעיף 2.2.6.2.9
2.	פרק ג	2.2.6.1	האם אפשר להציע מכשיר שבנוי מציר שמחובר לבסיס המכשיר בצד אחד?	כן, יש אפשרות להציע מכשיר מדידה 500 מטר בנוי ציר עליו מותקן תוף המתגלגל על מסב אחד הנתמך על צד אחד של המכשיר.
3.	פרק ג	2.2.7.1	האם אפשר להציע מכשיר למדידת מפלסים בבארות שבנוי מציר שמחובר לבסיס המכשיר בצד אחד?	כן, יש אפשרות להציע מכשיר מדידה 600 מטר בנוי ציר עליו מותקן תוף המתגלגל על מסב אחד הנתמך על צד אחד של המכשיר.
4.	פרק ג	2.4.4.1	האם מעוניינים במד זרם אלקטרומגנטי עם סף הרגישות	ר' נוסח מתוקן של מסמכי המכרז.

	הגבוה (0.005 מטר/שנייה)?			
אין שינוי במסמכי המכרז.	האם אפשר להציע יחידת תצוגה ובקרה של מד זרם אלקטרומגנטי, ללא ספיקה מחושבת והמשתנים שקשורים לכך?	2.4.4.3	פרק ג	5.
כן	האם אפשר להציע מד זרם אלקטרומגנטי הפועל על סוללות C סטנדרטיות?	2.4.4.5	פרק ג	6.
לא, אין צורך להציע ידית מצביע כיוון למד זרם.	האם יש לכלול: ידית, מצביע כיוון?	2.4.3.5	פרק ג	7.
לא, אין צורך להציע מתקן למיקום מד הזרם	האם יש לכלול מתקן למיקום מד זרם (Relocating device)?	2.4.3.6	פרק ג	8.
אין שינוי במסמכי המכרז.	לאור העובדה כי במכרז זה ישנם פריטים חדשים ביחס לשנים קודמות נבקש לדחות המועד האחרון להגשת שאלות עד ליום א' 19/07/2026	7.1	מופעים ומו	9.
ראה שינוי במסמכי המכרז.	עפ"י נספח ז המחיר בשקלים קבוע למשך 5 שנים, עם הצמדה למדד המחירים לצרכן, אולם הציוד מיובא מחו"ל ובמצב העניינים הגלובלי יכולים לחול שינויים בשער המט"ח הגבוהים משינויי מדד המחירים הישראלי. על כן נבקש אפשרות להצמיד את המחירים לשער המט"ח הרלבנטיים, בהתאם לארץ הייצור.	נספח ז	כללי הצמדה	10.

בברכה,
ועדת מכרזים