

התייחסות לשאלות הבהרה מכרז 10003545

לאספקת תמיסת PAS להפקת טסיות עבור בנק הדם

לתשומת לב המציעים – לנוחיותכם - תאריך ההגשה נדחה לתאריך 17.08.26 .

להלן המענה:

מס"ד	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות והתייחסות
1	בסעיפים אלו מצוין שם מכרז ומספר מכרז שונה (מכרז לשירותי כיבוס וגיהוץ וילונות/פרגודים מס' 10001052/2026). האם ניתן לתקן/להחליף את נוסח התצהיר כך שיתאים למכרז מס' 10003545 לתמיסת PAS?	נספח ב	1.4 1.1	מצורף עדכון
2	באיזה מועד, לאיזה מיקום מדויק וללידי מי יש למסור את התמיסה לדוגמה המצוינת בסעיף 3.6? האם המסירה מתבצעת בטרם מועד הגשת ההצעות או לאחר מכן לפי דרישת ביה"ח?	כללי	כללי	על מסירת הפריט להתבצע במהלך השבוע שבין 09-13.08 לידי נעמה זהר 0526667891 או עמית וייס 05244442604 במיקום המצורף בקישור הוייז (משרדי הרכש): https://waze.com/ul/hsv8y2csup
3	לתנאי הסף המקצועיים מצוינת דרישה ליכניסת SPIKE. ברצוננו להבהיר האם הדרישה הינה באופן בלעדי לחיבור מסוג Spike, או שמא חיבור Luer (לואר) סטנדרטי/תואם יתקבל ויעמוד בתנאי הסף המקצועיים של המכרז?	2	2.6	נדרש MALE LEUR כפי שקיים כיום, כניסה נוספת של SPIKE מהווה יתרון
4	מבוקש לאשר כי הערכת הכמות המצוינת (של 1800 יחידות) היא הערכה לשנה	אפיון מוצר	4.4	הערכת כמות שנתית - 1800
5	מבוקש לתקן את שם ומספר המכרז למכרז הרלוונטי	נספח ב	1.1+1.4	מצורף עדכון
6	מבוקש לצרף נוסח ערבות לדוגמה	דרישות	3.1	ערבות סטנדרטית של הבנק לא צמוד מדד

מס"ד	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות והתייחסות
7	מבוקש להבהיר כי נעשתה טעות כתיב וכי הכוונה היא לכניסת SPIKE ולא SPIKR כפי שמצוין.	סף מקצועי	2.6.2	אכן הכוונה ל SPIKE
8	מבוקש להבהיר מהו ה-"אישור על מע"מ כחוק" המדויק הנדרש בסעיף (ג) וכן מבוקש להבהיר האם די בצירוף תעודת עוסק מורשה בתוקף או אישור ניהול ספרים.	תנאי סף	2.2	1 האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו-1976, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 1(א) אישור ניהול ספרים (מרשות המיסים/ מס הכנסה): מסמך המעיד כי אתה מנהל ספרי חשבון כחוק. 1(ב) אישור על ניכוי מס במקור (מרשות המיסים): אישור עדכני המעיד על שיעור ניכוי המס. 1(ג) אישור על מע"מ כחוק (אם החברה עוסקת במע"מ, המסמך מרשויות מע"מ על ניהול פנקסי חשבונות). 2 אישור על היותו של המציע אזרח ישראל או חברה הרשומה כדין בישראל. 2(א) עבור חברה בע"מ/שותפות: תדפיס עדכני מרשם החברות (תעודת התאגדות, או דיווח עדכני על בעלי מניות ומנהלים). 3 תצהיר המציע על היעדר הרשעות קודמות (מצ"ב). 3(א) תצהיר חתום לפי הנוסח שצורף למסמכים – חתום ע"י המציע (ולעתים דורשים גם חתימת עורך דין).
9	מבוקש לוודא כי החיבור הנדרש לטובת מכרז זה הינו כניסת SPIKE ולא Male Leur lock, כפי שנהוג כיום ביחידת ההתרמות.	סף מקצועי	2.6.2	נדרש MALE LEUR כפי שקיים כיום, כניסה נוספת של SPIKE מהווה יתרון
10	מבוקש לצרף את תנאי ההתקשרות הנדרשים או הסכם להתקשרות זו ולאפשר סבב שאלות הבהרה עליו.	דרישות	3	מועד האספקה לבדיקת המוצר מצויין לעיל. מצ"ב.
11	מבוקש להבהיר מה כמות התמיסה לדוגמה הנדרשת לאספקה, מועד אספקתה והמיקום לאספקה	דרישות	3.6	כמות להדגמה היא ביחידת אספקה אחת (קרטון) סגורה ולא תפחת מ 10 יחידות. מועד ומיקום האספקה מצויין לעיל.

מס"ד	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות והתייחסות
12	מבוקש לאשר כי אספקת המוצר לצורכי בדיקה, תתואם בהתאם למועד הבדיקה. יודגש כי במהלך ההסכם, יסופק המוצר ממלאי	דרישות	3.6	מועד האספקה לבדיקת המוצר מצויין לעיל.