

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

17 באוגוסט 2026
מספרנו: הני"ר 0253-2026
תיק: 1125-3

לכבוד
גב' ורד קצירגינסקי
מח' רכש

החלפת מערכת אולטרסאונד תקולה בעסקת Trade-In הנדון:

במחלקת אולטרסאונד גינקולוגי מותקנת מערכת GE Voluson E8 BT19, מספר פנימי ME0102903, שנרכשה ביולי 2019.

במערכת התגלתה תקלה מהותית המחייבת החלפת כרטיס ראשי RFM323-2 FE-Mainboard ומתמר וגנילי תלת ממדי מדגם RIC5-9-D. עלות התיקון, בהתאם להצעה מס' CM0305126, היא 218,348.24 ש"ח כולל מע"מ.

כחלופה לתיקון, חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ, הספק הבלעדי של מערכות GE Voluson בישראל, הציעה לבצע עסקת Trade-In הכוללת:

- אספקת מערכת חדשה מדגם Voluson Expert 20 BT25.
- אספקת מתמר וגנילי חדש ומתקדם מדגם RIC10-D.
- השארת המתמר התיקין הקיים ברשות המחלקה.
- זיכוי בסך 7,500 דולר בגין המערכת התקולה.
- אחריות מלאה למשך 12 חודשים.

עלות העסקה לאחר הזיכוי היא כ-212,754 ש"ח כולל מע"מ. עלות זו נמוכה בכ-5,594 ש"ח מעלות תיקון המערכת הקיימת.

עסקת ה-Trade-In עדיפה מקצועית וכלכלית על תיקון המכשיר הקיים. במסגרת העסקה תתקבל מערכת חדשה ומתקדמת באחריות, בעלות נמוכה מעלות התיקון. בנוסף, המחלקה כבר מצוידת במערכות GE Voluson, לרבות Voluson E10 ו-Voluson Expert 22, Voluson E6, Voluson E8. שמירת אחדות הציוד תאפשר שימוש בממשק מוכר, מעבר מהיר לעבודה, וכן העברת מתמרים תואמים בין מערכות מסדרת Voluson Expert בעת תקלה. הממשק המוכר יצמצם את צורכי ההדרכה וההטמעה ויאפשר מעבר מהיר לעבודה. הדרכת השלמה תבוצע בהתאם לצורך.

לאור היתרון הכלכלי, קבלת מערכת חדשה באחריות, התאימות לציוד הקיים ושמירת הרציפות התפעולית, מומלץ לבצע התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ כספק יחיד ולרכוש מערכת GE Voluson Expert 20 BT25 במסגרת עסקת Trade-In, בהתאם להצעה מס' CQ26R108066, בסך 73,986 דולר כולל מע"מ (כ-218,258 ש"ח כולל מע"מ).

- מערכת GE Voluson Expert 20 אושרה לחיבור לרשת שיבא על ידי מחלקת אבטחת המידע.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

דרישות לביצוע הרכש

- אחריות מלאה למשך 24 חודשים, לרבות עבודה, חלפים ונסיעות.
- תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.
- העברת הגדרות ו-Presets מהמערכת הקיימת, ככל שניתן.
- הדרכת השלמה לצוות בהתאם לצורך.

חומר נלווה לחוות דעת

- הצעת מחיר לתיקון מערכת תקולה כולל דו"ח שרות.
- הצעת מחיר לעסקת TRADE IN

הבהרות לקליטה

- המכשור מצריך נוהל טיפול תקופתי לפי הוראות היצרן(פעם בשנה).

בברכה,
מיכאל יעקבלב
מנהל תחום אולטרסאונד
המחלקה להנדסה רפואית

העתק: פרופ' בועז ווייס
מהנדס גירסי רפאל