תאריך 05/11/2026

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 05/2026 - רכישת כלים ידניים ומכשירים למרפאות השיניים של שירות בתי הסוהר

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד		שאלות ותשובות
.1	טבלה מספר 1, עמוד 73	שאלה	**האם הידית לסקיילר היא רגילה או עם אור?**
		תשובה	עם אור.
.2	טבלה מספר 1, עמוד 73	שאלה	**האם הסקיילר הוא שולחני או בילד אין?**
		תשובה	בילד אין, ליוניט קלסטה 2 או 3 של בלמונט.
.3	עמוד 23 סעיף 10	שאלה	**לגבי מד עומק תעלה מכשיר נפרד או מכשיר משולב?**
		תשובה	נפרד.
.4	מפרט – עמ' 23 סעיף 12	שאלה	**האם נדרש לספק גם מעמד לגלילי העיקור? או שזה כבר קיים במרפאות שב"ס**
		תשובה	כן, המכשיר לאטימת שרוולים צריך לכלול מעמד.
.5	מפרט – עמ' 23	שאלה	**אנא הבהירו אם בדיקות תחזוקה תקופתית אלו אמורות להיות כלולות במחיר המכשיר.**
		תשובה	לעניין האוטוקלב – כן, התחזוקה התקופתית הינה כלולה בהצעת המחיר.
.6	תנאי סף מקצועיים	שאלה	**דרישת הסף בסעיף מחייבת הצגת ניסיון של 3 שנים רצופות. נבקש להסב את תשומת לב הוועדה לכך שדרישה לשלוש שנים, המתחילה בשנת 2023, מהווה חסם מחמיר מעבר לנדרש אשר מצמצם את מעגל המציעים האיכותיים בשוק הציוד הדנטלי.** **ספק אשר הוכיח יכולת מוכחת לספק מכשור דנטלי בהיקפים הנדרשים במשך שנתיים ברציפות (ובפרט בשנים העדכניות 2025 ו-2026), ועמד בסטנדרטים הקפדניים של לקוחות מוסדיים כגון מערכת הביטחון או קופות החולים, מוכיח ללא ספק את חוסנו, יציבותו הלוגיסטית ויכולותיו העכשוויות. דרישת השנה השלישית אינה מעידה על יכולת מקצועית עדיפה, אלא בעיקר מדירה ספקים המספקים ציוד איכותי למערכות**

			הבריאות ממש בימים אלה. **על מנת להרחיב את מעגל המציעים ולהשיג את ההצעות המיטביות לעורך המכרז, נודה לאישור הוועדה כי הדרישה בסעיף תצומצם לניסיון מוכח של שנתיים בלבד, כולל את שנת 2026 אשר אנו נמצאים בסופה, בהן עמד המציע ברף הכמותי והמוסדי המפורט בסעיף.**
		תשובה	ללא שינוי
7.	**כללי**	**שאלה**	**האם המכרז הוא בהגשת דיגיטלית או בהגשה ידנית לתיבות מכרז פיזית אצלכם**
		תשובה	ראה עמ' 6 בחוברת המכרז.
8.	**עמ' 74** **טבלה 2**		**לגבי מכשיר Xmart, האם ניתן להציע גם מנוע של חברת וודפקר המתאים לפוצרי פרוטייפר נקסט?** **מנועים אלו נמכרים בהיקפים גדולים לקופות חולים ומקובלים על ידי מומחים לאנדו ורופאים העוסקים בטיפולי שורש**
			כן. ניתן להציע גם מנוע של חברת וודפקר המתאים לפוצרי פרוטייפר נקסט.

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא **<u>עד לתאריך 30/11/2026 שעה 12:00.</u>**
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי .

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר