

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מזכ"ל אונקולוגי
תאריך:	25/11/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078812	MEDLEY 2 -LVP COMBINATION

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$792,000
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303587

1

18 באוגוסט 2020
מספרנו: יש/0402-2020
תיק: 1-1111, 7002

לכבוד
גבי גילי נעים
מחיר רכש

הנדון: מערך אונקולוגי - חו"ד לרכישת מערכות עירוי רב ערוציות למימותרפיה

דוא"ל מיום 10.8.2020

1. בהמשך לסימוכין עבור מערך אונקולוגי יש לרכוש המערכות שבנדון בכמות של 60 יחידים.
2. המכשור אשר נמצא המתאים ביותר הוא משאבות עירוי מודולריות תוצרת BD-ALARIS, מדובר במערכת המורכבת מיחידה מרכזית (PC unit) ושתי משאבות עירוי נפחיות המתחברות ליחידה המרכזית באופן מודולרי. בין היתר, המערכת יכולה לשמש כמשאבת עירוי דו ערוצית.
3. התאמת המערכת לצרכי המערך האונקולוגי וההמטואונקולוגי נבדקה בתחומים הבאים:
 - המערכת מתאימה למתן כימותרפיה (הטיפול המרכזי והמורכב ביותר הניתן במערך) מבחינת אופן מתן התרופה, הסטים והפרוטוקולים. ראה דוא"ל גבי חנה פרס.
 - המערכת מתאימה לשימוש עם תוכנת CATO, לניהול מידע ותחליכים בתחום העירוי.
 - המערכת נבדקה על ידי הצוות הרפואי לבדיקת נוחות שימוש והתאמה לצרכי המחלקה.
 - המערכת נבדקה על ידי ניהול סיכונים.
4. הדגם שחולט על רכישתו על דעת ניהול סיכונים, בית המרקחת, מערך הסיעוד, הנחלת ביחיד הכללי והנדסה רפואית הינו דגם MEDLEY תוצרת חברת BD ALARIS.
5. מומלץ לממש הצעת מחיר 420002090 של חברת BD למערכות תוצרת BD-ALARIS. הצעה כוללת יחידות מרכזיות, מודולים של משאבת עירוי נפחית ועמודים, ומחווה בסיס לרכישת כל כמות נוספת של מע"ע עירוי הכוללת כ-2 יחיד מרכזיות+2 מודולים של משאבות עירוי נפחיות+עמוד נשיאה ייעודי.
6. יש לממש הרכישה לכמות הנדרשת כאשר ניתן לראות היצגן ספק בלעדי לנדרש. במוסד למעלה מ-150 יחיד כאלה לשימוש אונקולוגי והמטואונקולוגי.

ד"ר יורם שדמו

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוח: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר עמיר גרינברג
ד"ר יורם שדמו
גבי אורנה החמיטוב
גבי שרה בן-נעמי