

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרינרי
תאריך חוות דעת:	02/11/2020
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	יאיר טכנולוגיות בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	514408707
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	162,366.64 ₪
תקופת ההתקשרות:	עד 31/12/2022

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

מערכת **MALDI-TOF** מדגם **AUTOFLEX** שברשות המעבדה לבקטריולוגיה נקנתה מחברת **BRUKER** באמצעות הנציג הבלעדי בארץ, חברת יאיר טכנולוגיות. המערכת משמשת לזיהוי מהיר של מחוללי מחלה באמצעות תבנית של מסות. המערכת נמצאת בשימוש שותף במעבדה לזיהוי פתוגנים בבע"ח וכן בשלבי פיתוח לקראת שימוש במעבדות אחרות במכון הווטרינרי לרכים מגוונים כגון זיהוי יבחושים וקרציות (מעברים של מחלות). בהמשך לבקשת מחלקת המכרזים אנו מרכזים כאן מספר בקשות להזמנות למערכת ה-**MALDI TOF**:

1. עדכון תוכנות: המערכת מופעלת באמצעות מחשב ייעודי שעובד עם מערכת הפעלה ווינדוס 7. מערכת זו אינה נתמכת יותר ולכן יש צורך לעדכן את מערכת ההפעלה לווינדוס 10. בנוסף, גם התוכנות הייעודיות להפעלת המערכת אינן נתמכות יותר ועל כן יש צורך לבצע עדכונים גם לתוכנות אלו. מצורף אישור מטעם היצרן על הצורך לעדכון וכן מכתב בלעדיות של הספק בארץ והצעת מחיר עם פירוט התכונות שיעברו עדכון.

2. טיפול שוטף: ע"מ לשמור על כיוול ותקינות המערכת, יש לבצע טיפול שנתי ע"י טכנאי החברה (**PM**). הטיפול כולל בין היתר כיוול, ניקוי פנימי ועוד. מחברת **BRUKER** היצרנית נמסר כי רק טכנאים אשר הוסמכו ע"י החברה יכולים לבצע את הטיפול הנ"ל. חברת יאיר טכנולוגיה היא הנציגה הבלעדית של החברה בארץ והספק הבלעדי לטיפול הנ"ל. בנוסף, תמה תקופת האחריות על המכשיר, ואנחנו מבקשים לערוך חוזה שירות עם הספק אשר כולל בנק שעות של טכנאי עבור תיקונים ע"מ לאבטיח את השימוש השותף במערכת. אנו מבקשים 2 טיפולי **PM** מראש.

3. ריאגנטים: לשימוש במערכת נדרשים מספר ריאגנטים יעודיים ונחוצים לבדיקה, לרבות **BTS** אשר משמש לכיוול במערכת ובדיקות ולידציה, ו-**MATRIX HCCA** אשר משמש להכנת הדגימות לקראת קריאה במכשיר. הזמנה זו היא הזמנה עומדת לפי צפי שימוש לשנה.

4. חלקים: אנו מבקשים לרכוש 2 TARGET FRAMES שהינם נחוצים להכנסת הדגימות למערכת. אחד במקום FRAME תקול והשני לגיבוי ושימוש מקביל.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

פניה לספק ויצרן.

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)


התוכנות, החלקים והריאגנטים הינם יעודיים למערכת ומיוצרים ע"י היצרן בלבד. הטיפול ניתן אך ורק ע"י גורם מוסמך ע"י היצרן כמו כן שירות התיקונים. בכל המקרים הספק הבלעדי בארץ הינו יאיר טכנולוגיות.

3. נימוקים והערות נוספות

ראו הסבר בדף הקודם על נחיצות הפריטים בבקשה.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל המעבדה לבקטרילוגיה	דר' שלמה בלום
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית