

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מחלקת פגים
תאריך:	16/12/20

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095086476	COSYTHERM2 WARMING SYSTEM FOR UP TO 2 NEWBORNS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	סיסטמדיק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513770628
מספר ספק בשיבא	29339
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	12,400 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

7 בדצמבר 2020
מספרנו: מב/2020-0541
תיק: 6-1116, 4503

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש
141

הנדון: מח' פגים – חו"ד לרכישת מכשירי חימום לעריסות פגים/יילודים.

דוא"ל מיום 2.12.2020

ברשות מח' פגים ארבעה מכשירים תקולים לחימום פגים/יילודים מתוצרת חברת KANMED, המחייבים השבתה היות ומדובר במכשור ישן אשר ייצורו הופסק ולא נתמך עוד ע"י היצרן בחלקי חילוף.

אי לכך נדרשת רכישה של מכשירי חימום חדשים בכמות של 4 יח'. מדובר במכשיר המורכב מבקר בעל שליטה ותצוגה דיגיטלית ומזרון חימום מבוסס טכנולוגיית פולימר גמיש או מים.

להלן הדרישות מהמכשור:

- יח' הבקרה תאפשר וויסות טמפי בטווח של 25°C – 38°C ברזולוציה של $\pm 5^{\circ}\text{C}$ לפחות.
- הבקר יספק התראות קוליות וויזואליות בטמפי גבוהות/נמוכות.
- ניתוק אוטומטי של פעולת החימום בטמפי גבוהה/חימום יתר בהתאם לצורך.
- התאמה לשימוש באינקובטורים פתוחים ובעריסות תינוק סטנדרטיות.
- הפעלה באמצעות סוללה נטענת באופן שיאפשר ניווד העריסות/אינקובטורים ללא צורך בהפסקה של פעולת החימום.
- שכבה מונעת פצעי לחץ.

נבחנו ע"י משתמש הקצה דגמי המכשור הבאים:

א. דגם CosyTherm2 מתוצרת Inspiration Healthcare (המשווק ע"י חברת "סיסטמדיק").

ב. דגם BW3 מתוצרת KANMED (המשווק ע"י חברת "יגב ציוד רפואי").

בקשת המשתמשת גבי אירנה צודיקוביץ' בסימוכין, הינה לרכישת המכשור מתוצרת חברת Inspiration אשר הינו היחיד המאפשר חימום רציף של הפג/היילוד בזמן ניווד של העריסה, ללא הצורך בניתוק של פעולת החימום וחיבור מחדש בכל הזוה ממקום למקום. למען הסר ספק, הדגם המתחרה מתוצרת KANMED איננו עונה לדרישה להפעלה באמצעות סוללה נטענת, אלא מופעל ע"י לחיבור לרשת החשמל בלבד.

לאור הנ"ל, יש לראות ביצרן Inspiration Healthcare באמצעות חברת "סיסטמדיק" ספק בלעדי לרכישה זו, על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' PQ20000885 על כל סעיפיה ובכמות של 4 יח' מוכל סעיף.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השוכר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ- 24 חודשים מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,
מיטל גולסטוי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: פרופ' ציפי שטראוס
ד"ר יורם שדמי
גבי אירנה צודיקוביץ