



כ"ט בטבת, התשפ"א
13 ינואר 2021

סימוכין : 22824821

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 97/2020 לאספקת סט (חלוק + ברדס) חד פעמיים חסיני מים עבור משרד הבריאות

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 15 לפרק 1 למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
1		1	4.1+4.2	לויז לאספקה	האם מניין הימים ממועד החתימה הם ימים קלנדריים או ימי עסקים?	קלנדריים
2		1	4.1+4.2	לויז לאספקה	<p>המועד הקצוב לאספקה 20 עד 40 יום בלתי סביר מכיוון שמדובר ביצור של כמויות גדולות של חלוקים וברדסים אצל היצרנים + זמן השילוח ושחרור הסחורה בישראל. עקב מגפת הקורונה העולמית אין מלאי זמין אצל היצרנים בעולם והאספקה מבוססת על יצור עתידי. יצרני ביגוד המיגון בעולם עובדים בשל מגפת הקורונה בתפוקה מלאה עם צבר הזמנות הממתין ליצור עם לוז מסודר. הזוכה/זוכים במכרז זה אשר יעבירו הזמנת רכש ליצרנים עם קבלת הזמנת רכש</p>	<p>תשומת לב המציעים לסעיף 11 למסמכי המכרז - אופן חלוקת אספקת הטובין בין הספקים הזוכים. המשרד מודע להיקף הכמויות המשמעותי ולכן המכרז הנדון נבנה בצורה כזו שאין ספק בודד שבאחריותו אספקת כלל הדרישה בלוח זמנים זה. מדובר במספר ספקים שעתידים לספק את הכמות הנדרשת.</p>



	ממשרד הבריאות "ייכנסו לתור" אצל היצרנים עד לתחילת היצור + ימי יצור ושלוח לא ניתן לעמוד במועדי אספקה אלו. מסיבות אלו נבקש לקבוע פרק זמן של 180 יום לאספקת הסטים.					
הבקשה נדחית. מטבע הדברים, עמידת הספק במועד האספקה קריטית מבחינת המזמין. סכום הפיצוי שנקבע נותן מענה חלקי בלבד לנוק שייגרם למזמין במקרה בו ספק זה לא יעמוד בהתחייבויותיו בנושא.	נבקש למחוק את סכום הפיצוי המוסכם במקרה שספק לא יעמוד בהתחייבויות. אין זה סביר לקבוע סכום פיצוי בהיקף כה גדול. למעשה אתם מבקשים לשלם לכם על פי הנוסחה את מלוא התמורה לסחורה שלא סופקה במועד. זהו פיצוי לא סביר ולא מידתי. ככל שבקשתנו לעיל לא	ספק שלא עומד בהתחייבות	11.4	1		3




	<p>תתקבל נבקש להפחית את סכום הפיצוי ל 1% בחודש כמקובל בארגונים ממשלתיים. בכל מקרה, סכום הפיצוי המוסכם המצטבר על פי סעיף זה, לא יעלה על 5% מגובה ההסכם.</p>					
ראה תשובה לשאלה - 3.	<p>נבקש למחוק את סכום הפיצוי המוסכם במקרה שספק לא יעמוד בהתחייבויות. אין זה סביר לקבוע סכום פיצוי בהיקף כה גדול. למעשה אתם מבקשים לשלם לכם על פי הנוסחה פיצוי של 150% מערך הסחורה שלא סופקה. זהו פיצוי לא סביר ולא מידתי. אבקש לשנות סעיף זה בנוסח זה: הספק מתחייב לאסוף את המוצרים שאינם עומדים</p>	<p>ספק שלא עומד בהתחייבות למידות</p>	11.5	1		4



	בהתחייבות למידות תוך 7 ימי עסקים ממחסן המזמין ולזכות את המזמין במלוא ערך הסחורה הפגומה או לחילופין לספק סחורה העומדת בדרישות המזמין במהירות האפשרית.					
אין שינוי במסמכי המכרז. במקרה הפרה המזמין יפעל על פי הכללים המחייבים גוף ציבורי.	נבקש כי סכום הערבות שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל למזמין, כך שהערבות לא תהווה פיצוי מוסכם בגין כל הפרה שהיא ולו הזעירה ביותר	ערבות ביצוע	12.1.6	1		5
אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לשאלה 5	נבקש להבהיר כי הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה וכי חילוט הערבות יתבצע עד לגובה נזק בלבד ובכל מקרה לאחר מתן הודעה מראש ובכתב לספק	ערבות ביצוע	12.1.3	1		6



טולרנס	3XL	2XL	XL	L	M	S	פרמטר	סימון רב פעמי
±3	138	135	130	125	120	117	אורך חלוק	A
±3	70	70	68	65	63	60	רוחב גב	B
±3	65	65	64	62	61	60	אורך שרוול ללא חפת	D
±3	20						סרט קשירה אחורי לצוואר	G
±1	7						גובה חפת	K
±5	145						היקף חלוק	N



יש 4 טבלאות מידות שונות שאינן אחידות בגודל המידות הפנימיות. אבקש לפרסם טבלה מידות אחת אחידה ליצור החלוק.


מידות+נספח 13א' - איורים ותרשימים

5

2

7

טולרנס	3XL	2XL	XL	L	M	S	פרמטר	סימון רב פעמי
±3	138	135	130	125	120	117	אורך חלוק	A
±3	70	70	68	65	63	60	רוחב גב	B
±3	65	65	64	62	61	60	אורך שרוול ללא חפת	D
±3	20						סרט קשירה אחורי לצוואר	G
±1	7						גובה חפת	K
±5	145						היקף חלוק	N



8	מידות	5	2			בסעיף 5.2 ישנן 2 טבלאות מידות ובהן סימון רב פעמי לפי אותיות. אין קישור לאיזה איור סכמתי הטבלאות מתייחסות. אבקש לציין קישור בין טבלה לאיור הסכמתי המתאים.
9	מידות	8+ 5	2			אין התאמה בין פילוח המידות של לבין חלק מהמידות מהטבלאות המצורפות.
10	צבע ברדס	2.3	2			לא , צבע הברדס יהיה אחיד עם צבע החלוק - צבע כחול לבן
11	סוג הבד	2.1	2			נבקש לאשר חלוק + ברדס מבד אלבד מסוג High Density Polyethylene



	(HDPE) 42% and Polypropylene 58% (PP) Polyblend זהו אלבד קל ונושם המעניק הגנה מעולה מפני התזות וחדירת נוזלים.					
אין סוג תפר נדרש - הדרישה היא שהחלוק יעמוד בתקן המצויין במפרט	על מנת שהחלוק והברדס יהיו אטימים ובלתי חדירים לנוזלים בתפרים : אבקש לדעת מהו סוג התפר הנדרש : א. Serged seam ב. Bound seam ג. Heat tape seam	תפרים	2.4	2		12
סעיף 11.4.1 מתייחס לאיחור בזמני האספקה. תינתן תקופת גרייס של 5 ימים קלנדריים בטרם הפעלת הקנס	האם חישוב הקנס כפי שמופיע בסעיף 11.4.1 חל על איחור החל מהיום הראשון? אם לא, אנא התייחסותכם מה הוא גובה הקנס בגין איחור בזמני האספקה?	ספק שלא עומד בהתחייבות	11.4.1	11	9	13
אין דרישה ספציפית לסוג תפר / הלחמה . החלוק נדרש לעמוד בתקן 3 LEVEL כמפורט במכרז	האם נדרשת הלחמה אולטראסונית או הדבקת	סוג הבד	2.4	2	17	14



	סרט על התפרים בחלוק ובברדס?					
ראה פירוט בתשובות לשאלות 7 + 8	אבקש הבהרה על פי איזו דרישה לייצר את הסרטים בחלוק - לפי הדרישה בסעיף 4.5 & 4.6 כל ארבעת הסרטים הינם באורך 80 ס"מ ואילו לפי הדרישה בנספח 13א'- הדרישה הינה שלושה סרטים באורך 41 ס"מ וסרט אחד באורך 70 ס"מ	מפרט טכני חלוק + איורים ותרשימים Specification	4.6 & 4.5	+ 4 נספח א'13	18+45	15



16

1. אין שינוי במסמכי המכרז

2. ראה תשובה לשאלה 1

אנו חברת בת של תאגיד אמריקאי. והננו סניף המזרח התיכון של החברה העולמית ומהווים כיום את זרוע השיווק וההפצה של החברה במרחב זה. חברת האם סיפקה בשנה האחרונה מיליוני חלוקי מיגון אישי בארצות הברית, אסיה ואירופה

1. אנו נבקש להכיר בניסיון של חברת האם (אשר על בסיס משאביה מתבצע הרכש של חברתנו) כעמידה בתנאי סף של המכרז.
2. כמו כן, זמן האספקה שנקבע למועדי האספקה (20 ו 40 ימים) הינו קיצוני ואינו מאפשר מחד ייצור מקומי (כמות גדולה מאוד) ומאידך יבוא סדור. אנו חברה שביכולתה לייצר כ-600,000 חלוקים מדי שבוע ועדיין



	<p>הני"ל מאתגר מאוד עד בלתי אפשרי (למעט הטסה של כמות מסוימת בעלות נוספת).</p>					
<p>אין סקיצות מדויקות לגדלי הייצור של הברדס כל עוד מתקיים עקרון ההרעפה והדגם עומד במפרט הטכני.</p>	<p>ברדס - ציינתם מידות לברדס רק באזור פתח הפנים, לא ניתנו סקיצות מדויקות לגדלי הייצור של הברדס באופן כללי. כמו כן, לא בוצעה הבחנה כלל</p>					17



	למידות הברדס – רק רוצה לאשר שאכן זו הכוונה.						
סעיף 4.4 למפרט - בצוואר החלוק, יחוברו סקוציים זכר ונקבה בהתאמה וסרטי קשירה באורך של לפחות 20 סמ (2 ±ס"מ) בכל צד המאפשרים סגירה באמצעות סקוציים ובאמצעות סרטי הקשירה" חומר הגלם הוא סקוץ ורצועה מאותו הרכב בד של שאר החלוק	חלוק- בסגירת הצוואר, לא צוין סוג הסגירה והחומר- אודה להבהרות.						18
ראה תשובה לשאלה 1	הכמות הנדרשת לאספקת 400,000 סטים הינה תוך 20 יום ממועד חתימת ההסכם. אספקת הכמות המבוקשת אינה סבירה בלוח זמנים כה קצר. אין אפשרות לייצר ולייבא בזמן כה קצר. מבוקש לקבוע לוח זמנים המאפשר	לויז אספקה	4.1	1	4		19



	אספקה תוך 60 ימי עבודה לפחות.					
ראה תשובה לשאלה 1	הכמות הנדרשת לאספקת 1.250.000 סטים תוך 40 יום ממועד חתימת ההסכם אינה סבירה בלוח זמנים כה קצר. אין אפשרות לייצר ולייבא בזמן כה קצר. מבוקש לאשר אספקה תוך 60 ימי עבודה לפחות.	לויז אספקה	4.2	1	4	20
דרישות החלוק והברדס מופיעות במפרט הטכני. על הספק לצרף עד 3 דוגמאות לאישור	האם ניתן לקבל מהמזמין (משרד הבריאות) סט חלוק + ברדס כדוגמא על מנת לראות מה בדיוק הדגם הנדרש?	דוגמאות לאישור	6.2.2	1	5	21
מדובר בתנאי סף. במידה והמוצר עומד בכל הדרישות הטכניות במלואן המוצר לא יפסל. במידה והמוצר לא יעמוד בדרישה טכנית כלשהי המוצר יפסל. יובהר כי גם אם מוצר של ספק מסוים נפסל אין זה אומר ששאר המוצרים נפסלים במידה והוצג יותר ממוצר אחד.	נבקש לקבל משוב בהתייחס לשלב אי-אישור דוגמאות פיזיות. במקרים בהם המוצר אשר הוצג כדוגמא נפסל - האם ניתן יהיה לקבל משוב	הערכת הצעות	10.2.1	1	19	22



החלטה על פסילה תהיה מנומקת ותירשם.	מדוע נפסל? האם ניתן יהיה לתקן את החלוק לדרישתכם ולהביאו לבדיקה חוזרת?					
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

העתק: תיק מכרז