

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הקריאה
יחידה מזמינה:	מ"ר 873
תאריך:	13/1/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095063509	INSIGHT SURGICAL MINI C-ARM FLUROSCOPIC SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$57,450 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

סלים בדר	רנטגנאי ראשי	
<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>חתימה</b>

אגף הדימות  
רנטגנאי ראשי

13/01/2021  
כ"ט/טבת/תשפ"א

לכבוד  
ועדת מכרזים  
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד לרכש מערכת שיקוף Mini C-Arm מתוצרת חברת HOLOGIC

כחלק מהמאמצים שמשקיעה הנהלת המרכז הרפואי "שיבא" בלשפר את חווית המטופל במלר"ד ילדים בבית החולים "ספרא", הוחלט על שדרוג שירותי הדימות הניתנים לילדים במקרים של חבלה והצורך בביצוע "העמדה מחדש" של שברים תחת שיקוף בזמן אמת.

עד כה, ילדים אלו נשלחו אל מלר"ד מבוגרים לביצוע הפרוצדורה בשעות אחה"צ, בלילות ובסופי שבוע. הצבת מערכת שיקוף מותאמת לילדים במלר"ד ילדים תשפר משמעותית את איכות הטיפול כ"כ את חווית המטופל.

לצורך רכש מערכת שיקוף קטנה התבצעה סקירת שוק, מבין הדגמים העונים על הקטגוריה המבוקשת, חברת HOLOGIC ההולנדית והמיוצגת ע"י חברת מידטכניקה בישראל נמצאה מתאימה מהסיבות המפורטות להלן

- במרכז הרפואי "שיבא" פועלות שבע מערכות מאותו הדגם HOLOGIC MINI-C ARM
- אותם רופאים אורתופדים ורנטגנאים שמשתמשים במערכות הקיימות ישתמשו במערכת שתוצב במלר"ד ילדים. אי לכך אין כלל עקומת למידה כ"כ ההפעלה הקלינית היא מידית.
- חווית המשמש במערכות הקיימות מצוינת הן בהיבט המקצועי והן בהיבט השירותי
- תדירות התקלות נמוכה במיוחד.
- ניתן להרחיב הסכמי השירות משבע לשמונה מערכות בעלות שולית יחסית.

לאור הסיבות שמניתי לעיל, אבקש לראות בחברת מידטכניקה המייצגת את חברת HOLOGIC בארץ כספק יחיד למוצר המבוקש.

העתקים

גיל דר – סמנכ"ל טכנולוגיות ומנהל הרכש  
דר' איתי פסח – מנהל בי"ח ספרא לילדים  
פרופ' מיכל סודק – מנהלת דימות ילדים  
אריק בייטלמן – ס. רנטגנאי ראשי

בכבוד רב,

סלים בדר – רנטגנאי ראשי

