

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

הגריזול	משרד:
מ' 8'נייס	יחידה מזמינה:
ח/3/21	תאריך:

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095086989	PLUS MODULE (panning camera+a must configuration for future
1	1095086971	SPECTRALIS OCT2 + OCTA + WF55

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

טרדיס גת	שם הספק:
557222965	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1612	מספר ספק בשיבא
_____ ספק חוץ	ספק זה הינו:    √ _____ ספק יחיד
144,000 יורו+מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

24 בפברואר 2021  
מספרנו: יש/2021-0088  
תיק: 1150, 3503

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: הצטיידות 2021/מח' עיניים – מע' ממוחשבת להדמיה אופטית קוהרנטית (OCT-Optical Coherence Tomography)

דוא"ל דר' מורוז מיום 23.2.2021

בשימוש מחלקת עיניים מכשיר מדגם SPECTRALIS תוצרת HEIDELBERG אשר נקלט בפברואר 2016 ועבר שדרוג בשנת 2018 ע"י תוספת של שני מודולים OCT-2 ו-OCT Angrography, תוספות אשר הגדילו משמעותית את מהירות הסריקה מחד גיסא ויכולת הדמיית כלי דם זעירים בשכבות של הרשתית מאידך.

עקב עלייה משמעותית בכמות המטופלים נוצר צוואר בקבוק שגורם לעיכוב משמעותי ביכולת בטיפול ובטיב השרות הניתן במרפאות.

תוספת של מכשיר לפעילות במקביל תאפשר שיפור משמעותי של קצב הפעילות מאחר והבדיקות לכל מטופל יצטמצמו ליום אחד (ולא לשני ימים נפרדים), לקיצור התורים ופתיחת צוואר הבקבוק.

המכשיר הנוסף חייב להיות זהה לקיים בשימוש בפועל על מנת לאפשר שילוב של בסיס הנתונים הקיים וע"י כך ניתן יהיה לבצע פעילות על בסיס מכשיר פנוי ולא על בסיס של הצמדת מטופל למכשיר מסויים הגורם להיווצרות צוואר הבקבוק ולניידות מיותרת של מטופלים (יצירת תורים וניידות שלא לצורך במרפאות).

שילוב מכשיר זה יאפשר ביצוע השוואות בין הבדיקות, צורך קריטי להחלטה על הטיפול.

רצ"ב הצעת חבי טרדיס-גת אותה יש לממש למכשיר ולאופציה PLUS MODULE.

המכשיר החדש יכלול התוספות הבאות בהשוואה לקיים:

- עדשה לצילומים של שדה רחב (WILD FEILD) לצורך נגעים וממצאים בשולי הרשתית שכיום לא ניתנים לצילום (55WF).

- אופציה עתידית ליכולת שילוב צילומי ICG לאיבחון טיפול ומעקב לאחר דלקות עיניים קשות עבור מרפאות הרשתית והאובאיטיס.

הצורך חיוני עקב התיישנות המכשיר הקיים מחד גיסא, ויכולת שיפור מהירות הפעילות בעקבות הכנסת חומרה משופרת המקצרת את זמן הבדיקות מאידך (PLUS MODULE).

תוספת מודול זה תימנע הצורך במשלוח המכשיר אל היצרן בחו"ל עם קבלת ההחלטה על תוספת ICG.

ניתן לראות את היצרן היידלברג ונציגותו המקומית טרדיס-גת ספק בלעדי לרכישה זו מהטעמים הנ"ל, כאשר יש להדגיש כי גם ברמה הבסיסית אין ליצרן היידלברג מתחרים בתחום ה-OCT (קיום סריקת לייזר ואינטפורמטיה, מודול מעקב תנועת העין באמצעות זוג רניים, מודול Auto Rescan למיקום אוטו של בדיקות חוזרות, מודול לאוטופלורסצנציה להדמיה ולכימות פתולוגיות ברשתית, מודול Active Eye Tracking).

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא  
תל השומר  
עיר הברואות של ישראל

מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

הרכישה תכלול ספרות הפעלה ושרות, הדרכה ככל שנדרש ותקופת אחריות של לפחות 24 חודשים אשר יכללו את כל ה-PM המחוייב על פי הנחיות יצרן – יש לסכם זאת עם חב' טרדיס-גת, כחלק בלתי נפרד מעסקת הרכישה.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר אמיר אלחלל  
ד"ר איריס מורוז  
ד"ר יורם שדמי