

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	בינה ע"פ קים
תאריך:	11/3/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	בקטלאב
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$20,250 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

24 בפברואר 2021  
מספרנו: יש/20210-0092  
תיק: 12-1111, 3000

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: ב"ח לילדים – חו"ד לרכישת משאבות מזרק

דוא"ל מיום 24.2.2021

בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשור הנדון בכמות של 15 יח'.

משאבות עירוני מזרק הנפוצות ביותר בבית החולים הינן מדגם ASENSA GH PLUS תוצרת BD (ALARIS).

דגם זה מספק את המענה המתאים ביותר לדרישות העירוני מהיבט קליני, מהיבט הסייעוד וכן מהיבט ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות לשימוש נכון ובטיחותי, כולל השימוש והתאמה של הסטים, ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.

המכשור מתוצרת BD (ALARIS) נמצא המתאים ביותר לשימוש באספקט בטיחות חולה בדגש על שימוש בפרוטוקולים והצגת הנתונים הקריטיים על המסך, ובהתייחסות ללחצנים ברורים ורחוקים זה מזה ולבהירות ההצגה של התרופה והמינון (פרמטר מרכזי במיוחד במקרים של שימוש במספר רב של משאבות עירוני בו-זמנית).

בהתייחסות לתוכנה וממשק המשתמש, מדובר במכשור מתקדם מבחינת פרוטוקולים וספריית תרופות אשר מתאים ליישום לתרופות קיימות ולתרופות חדשות, תוך מתן מענה למגוון הצרכים הקליניים של ביח"ח, בדגש על טיפול במטופלים קשים ומורכבים.

קיימת חשיבות קריטית לשמירה על אחידות ציוד העירוני מטעמי בטיחות חולה ולמען המשך עבודה סדירה במחלקות השונות של המלר"ד, וזאת מתוך הסתכלות כוללת על מערך מכשור העירוני בבית החולים כתחום חוצה מחלקות ונושאים קליניים.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר איתי פסח  
ד"ר יורם שדמי