

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	אכ"ף זס"ר
תאריך:	1/3/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095087037	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H190N W/BS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חוזה/ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	39,780 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

8 במרץ 2021
מספרנו: יש/0117-2021
תיק: 7005, 1130-6

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: הצטיידות 2021/מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ ייחודי

דוא"ל דרי עידן לוי מיום 2.3.2021

נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

מדובר ברכישת מכשיר ייעודי וייחודי במימדיו, קוטר קצה דיסטלי 5.4mm וקוטר ההחדרה 5.8mm (שהינם כמחצית מקוטר הוידאוגסטרוסקופים המצויים בשימוש), על מנת לאפשר חדירה להיצרויות בדרכי העיכול ולטיפול בגידולים בחולים קשים כמפורט בסימוכין.

היצרן אולימפוס שיפר משמעותית את הקצה הדיסטלי בהיותו מרוכך המונע חוסר נוחות למטופל.

מעבר לקוטר הדיסטלי הקטן, לקיום NBI, לאיכות תמונה של HDTV קיים מחבר מסוג One Touch Connector המאפשר העברה מהירה לחיטוי ללא צורך בפקק אטימה – קלות, נוחות בשימוש ובשמירה על המכשיר.

המכשיר מאפשר שימוש במקור אור ומעבד וידאו מסידרת 190 המצוי בשימוש בכל חדרי הבדיקה בגסטרו, כך שניתן לשימוש בכל חדרי הבדיקה.

נתוני המכשיר הינם:

גודל שדה - 140°

עומק שדה – 3-100mm

קוטר קצה דיסטלי – 5.5mm

קוטר ההחדרה – 5.8mm


אורך החדירה – 1100mm

קוטר תעלת העבודה – 2.2mm

כיפוף: מעלה - 210°

מטה - 90°

ימין/שמאל - 100°



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

המכשיר מדגם ULTRASLIM דגם GIF-H190N תוצרת אולימפוס מהווה נתבך נוסף וחשוב למגוון הוידאואנדוסקופים המצויים בשימוש בכל חדרי הבדיקה של מכון גסטרו.

למען הסר ספק לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן חלופי לשימוש בחדרי הבדיקה של המכון לגסטרואנטרולוגיה המבוסס כולו על מכשור מתוצרת אולימפוס מחד-גיסא, ולא ידוע על וידאוגסטרוסקופ במימדים וביתרונות של הדגם המוצע והמומלץ מיצרן חלופי כלשהו.

משני טעמים אלה ניתן לראות ביצרן אולימפוס ובנציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל.

המכשיר ייכנס למסגרת השרות הקיים עם החברה בתום תקופת האחריות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' שומרון בן-חורין

ד"ר עידן לוי

ד"ר יורם שדמי