

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	ס"ז
תאריך:	21/3/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095061313	ELECTROSURGICAL UNIT MODEL : VIO 200 S

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	ברסלוער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	19190.50 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

14 במרץ 2021  
מספרנו: יש/2021-0124  
תיק: 7005, 1118

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת דיאטרמיה באפליקציה ייעודית לגסטרו

דוא"ל דר' עידן לוי מיום 3.3.2021

במכון גסטרו ב-ERCP מצויה דיאטרמיה דגם ICC-200 תוצרת ERBE מיום 22.6.2000.

ייצור הדגם הופסק בשנת 2007 והחל משנת 2017 אין תמיכה כלשהי למכשיר.

המכשיר תקול ולפיכך הושבת.

החלופה הינו דגם VIO 200S.

למכשיר יכולת אוטומטית להתאמת עוצמת הפעולה (חיתוך וקאוגולציה) בהתאם לפרוצדורות ולמדיומים (תווכים) של הטיפול.

עוצמת החיתוך 200W והקאוגולציה 120W.

המכשיר מאפשר חיבור לתת מערכות כגון: ארגון, אריגציה (משאבת מים) ושאבת עשן ומאפשר פעילות פולפקטומי ופאפילוטומי הייחודיות לגסטרו (Endo Cut)

למען הסר ספק יש הסכמה בין כל חברי הצוות הרפואי במכון גסטרו כי מדובר בדגם ייחודי המסוגל להסיר גידולים המכסים שטח נרחב ולהפסיק דימומים על פני שטחים נרחבים.

יש לממש הצעת המחיר הרצויב הכוללת דיאטרמיה, התאמה לפעילות ייחודית לגסטרו Endo Cut V1.0.0, דושה לפעילות מונופולר, תקופת אחריות 24 חודשים. ספרות הפעלה ושירות יכללו בהזמנה.

לנוכח ייחודיות המכשיר ניתן לראות היצרן ERBE ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך (בהתאם להליך משנת 2012 עבור גסטרו ילדים לרכישת הדגם המחליף את הישן המושבת).

בברכה,  
דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' שומרון בן-חורין  
דר' עידן לוי  
דר' יורם שדמי