

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	רביא
יחידה מזמינה:	מחלקת חקר שיאור פנימי
תאריך:	23/2/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095086872	MICROTOM LEICA RM2245

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	רניום
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511642449
מספר ספק בשיבא	2201
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	12,669.44 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

8 בפברואר 2021  
מספרנו : מב/2021-0058  
תיק : 1219

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש  
**1 א 2**

**הנדון : מעבדת לחקר שימור פוריות – חו"ד לרכישת מכשיר מיקרוטום.**

- א. דוא"ל מיום 27.1.21 + נימוק ספק יחיד  
ב. הבהרת הספק מיום 3.4.21

בסימוכין א' נדרשת רכישה של מכשיר מיקרוטום חדש לחיתוך רקמות בכמות של 1 יח', לצורך החלפה של מכשיר ישן ותקול ללא אפשרות השמשה.

בקשת המשתמש הינה לרכישת הדגם RM-2245 מתוצרת חברת LEICA שהינו חצי אוטומטי, המאפשר בחירה בין שני מצבי עבודה – חיתוך ידני וחיתוך אוטומטי המתבטא בהזזה וכיוונון אוטומטי של ראש הדוגמה בעת החיתוך.

מוצרי LIECA בתחום הפתולוגיה הינם ידועים ומוכרים בקמפוס. הדגם הישן שהושבת הינו מתוצרת חברת LIECA. הדגם המבוקש RM-2245 הינו בעל מרכיבים דומים לאלו שבדגם הישן ולכן **משך חייו מוגבל**.

מטעמים אלה ובזהירות הראויה ניתן לראות ביצרן LIECA ספק מוביל בתחום נשוא חוות הדעת.

בסימוכין ב' הובהר למשתמש הקצה דר' ספקטור באופן הברור ביותר כי התחייבות נציגת היצרן חברת "רניוס", הינה למתן תמיכה ושירות לדגם המבוקש למשך ארבעת השנים הקרובות בלבד (עד שנת 2025), על כל המשתמע מכך. זאת מאחר והדגם המבוקש ע"י המעבדה, RM-2245 הינו מדור קודם.

הודגשה בפני משתמש הקצה ההסתייגות מרכישת הדגם אשר תמיכת היצרן בו עתידה להיפסק בתום 4 שנות שימוש.

חרף האמור לעיל, החלטת משתמש הקצה באשר לדגם הרצוי נותרה בעינה (רצ"ב התייחסות). רצ"ב הצעת מחיר מס' 351533 לרכישת הדגם RM-2245 מתוצרת LIECA.

**מקור תקציבי לרכישה – סעיף 35189 בהתאם לסימוכין.**

על ההזמנה לכלול ספרות שרות וחדרכה כמקובל.

**הערה:**

תקופת אחריות של 24 חודשים (סימוכין ב') תכנס לתוקפה החל מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיולים) בהתאם להוראות היצרן.

בבדיקה,  
מיטל ביסטר – פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' דרור מאירוב  
דר' איתי ספקטור  
דר' יורם שדמי