

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	אין יוקים
תאריך:	25/2/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095085122	N1 5.5"HD CAPACITIV TOUCH SCREEN LI-ION BATTERIES 2 (EMBEDE
3	1095077798	BENEVISION -CS- PC WITH RAID
4	1095077749	EEG MODULE-W/O ACCESSORIES
1	1040020869	H SPO2 REUSABLE SENSOR PED F512"

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

18 בפברואר 2021
מספרנו: יש/0069-2021
תיק: 9-1120, 2003

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: **מיון ילדים – מערכת ניטור מרכזית**

דוא"ל דר' פלדמן מיום 11.2.2021 ומיום 16.2.2021

1. במיון ילדים מצויה מע' ניטור תוצרת SPACELABS שהינה ישנה ללא גיבוי וללא תמיכה. בעצה אחת עם דר' פלדמן מנהל המיון הוחלט כי מערכת חלופית תבוסס על מוניטורים מתוצרת MINDRAY אשר התקבלו משע"ח.
2. מערכת הניטור תחולק לשתי קבוצות ניטור:

א. **דלפק ראשי**


דגם EPM-12M – בכמות 11 יח'
תחנה מרכזית

ב. **דלפק משני (מיון רספירטורי)**

דגם EPM-12M – בכמות 3 יח'
דגם N15 – בכמות 4 יח'
דגם N1 – בכמות 2 יח'
תחנה
Slave Monitor – בכמות 4 יח'.

3. **תשתית נדרשת**

- א. תתאפשר צפייה מתחנה שבדלפק ראשי אל המוניטורים שבדלפק מנישני
- ב. נדרשות 6 נקודות רשת נוספות + התקנת כבילת וידאו עבור Slave Monitor בארבעה חדרים.
- ג. מתאם לזרוע עבור דגם EPM-12M



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. פרמטרי ניטור:

- א. כל מוניטור יכלול את פרמטרי הניטור הבאים: ECG, HR, SpO2, NIBP, Temp. תוספת מודול קפנוגרפיה בכמות 4 יח' עבור דלפק ראשי.
- ב. כל המוניטורים שבדלפק מישני יכללו מודול קפנוגרפיה – סה"כ 7 יח'.
- ג. מודול EEG – בכמות 1 יח'.
- ד. מודול IBP עבור דגם N15 כלול במודול MPM1 המסופק עם המוניטור וכן במודול N1.

5. מ י מ ו ש

- א. המוניטורים מדגם EPM-12M בכמות 14 יח' מצויים בביה"ח. אבזורים אמורים להגיע בימים הקרובים. מוניטורים מדגם N15 בכמות 4 יח' מצויים בביה"ח.
- ב. זרועות לחיבור לקיר מצויות במחסן ביה"ח.
- ג. מודול קפנוגרפיה – בכמות 11 יח' (מצוי במחסן)

ה. רכישת השלמות כדלקמן:

- (1) זוג תחנות מרכזיות (ראשית + Workstation)
 - (2) מודול EEG – בכמות 1 יח'
 - (3) מודול N1 – בכמות 2 יח'
 - (4) מנג'טות לילדים לכל המוניטורים – בכמות 18 יח'
 - (5) מתאם לזרוע עבור דגם EPM-12M – בכמות 14 יח'.
 - (6) התקנת תוספת של 6 נקודות רשת + כבלים וידאו ל-Slave Monitor
 - (7) Slave Monitor בגודל 24" – בכמות 4 יח'
- ו. רציב עלויות כדלקמן למימוש:
- (1) הצעת חב' בפקס לפריטים 1-4 הנ"ל.
 - (2) הצעת חב' זילברמן בכמות 14 יח' לפריט 5 שברכישת השלמות.
 - (3) עלות התקנת 6 נקודות רשת () אליהן יש להוסיף סך התקנת כבילת וידאו ל-Slave Monitor.
 - (4) עלות 4 מסכי Slave -

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשוכלב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

3

מאחר ומדובר בהתקנת מוניטורים מתוצרת MINDRAY המצויים בביה"ח, הרכישות הנדרשות מחויבות להיות מהיצרן באמצעות נציגתו המקומית.

רכישת מתאם לזרועות בהתאם לתוצאות מכרז בו זכתה חבי זילברמן (לזרועות).

רכישת שרות התקנת 6 נקודות רשת + כבילת וידאו ל-Slave ע"י חבי מגלקום.

רכישת 4 מסכי Slave בגודל 24" בהתאם למחירון חשכ"ל.

אחריות לכל מרכיבי המערכת 24 חודשים מיום ההתקנה בפועל.

ברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעות מחיר

העתקים : ד"ר איתי פסח
ד"ר אורן פלדמן
ד"ר יורם שדמי