

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	אח"כ / יחידה 2
תאריך:	21/3/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095064341	HEATER UNIT FOR ECMO

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' כסף

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

גאמידה בע"מ	שם הספק:
511383374	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
1768	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____	ספק זה הינו:
17,600 יורו+מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

28 בפברואר 2021
מספרנו: יש/2021-0099
תיק: 1015, 1111-15

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מחלקת ניתוחי לב – חו"ד לרכישת מחמם דם למערכת ECMO

דוא"ל פרופ' סטרניק ודרי' כסיף

1. בהמשך לסימוכין, נדרשת השלמת מערכת ה-ECMO על ידי רכישת מחמם דם מותאם.
2. המכשיר מיועד לפיזור חום לזרם הדם דרך ממברנה לשמירת חום גוף מטופל בטווח $33-39^{\circ}\text{C}$. המכשיר צריך להתאים למערכת ה-ECMO בדגש על מידותיו והתאמה לכל עגלה אשר תרכש בהתאם לתוצאות המכרז. מדובר במערכת הכוללת מספר מרכיבים וצריכה לאפשר גם ניידות במידת הצורך.
3. דגם HU-35 נמצא מתאים למערכות ה-ECMO המוצעות במכרז ונמצא בשימוש בבית החולים. יש לממש הצעת מחיר של חב' גאמידה הרצי"ב לרכישת דגם HU-35 תוצרת MAQUET בכמות של 1 יח'. ניתן לראות היצורן ספק בלעדי לרכישה מטעמי אחידות המכשור, ניסיון מוכח ומהיבט כלכלי. תינתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

כברכה,
דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: דרי' לאוניד סטרניק
דרי' יגאל כסיף
דרי' יורם שדמי
מר ירון שורץ
מר יוגב קציר

9/13