

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הבריאה)
יחידה מזמינה:	לכוון עסקה
תאריך:	4/4/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095087144	תחנת עבודה אלקטרוכיורוגית לגסטרו דגם VIO3+ מערכת APC


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	ברסלוער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	45,289 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 במרץ 2021
מספרנו: יש/2021-0138
תיק:


לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כ א נ
נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2021/מכון גסטרו- חוו"ד לרכישת דיאטרמיה ייחודית לאפליקציות גסטרואנטרולוגיות.
דוא"ל מיום 3.3.2021

חב' ERBE התמחתה בייצור מכשירי דיאטרמיה באפליקציות השונות הייחודיות לתחום הגסטרואנטרולוגיה עקב קיום ENDOCAT שהינו מצב עבודה המאפשר מעבר בין Cutting Cycle ל- Coagulation Cycle לסירוגין כאשר אורך כל מחזור (חיתוך/קרישה) ועוצמת ההקרשה (Tissue Effect) ניתנים לשינוי לבחירת המשתמש. בנוסף קיימת:

- שליטה מדויקת ב- Cutting duration המספקת שליטה על אורך החתך.
 - שליטה מדויקת ב- Cutting lateral המאפשרת לכוון את המרווחים שבין כל מחזור חיתוך.
 - חיתוך עם 5 סוגים שונים של Papillotomes לפי בחירת משתמש, חלקם עם טיפ מונחה מחט שטוחה או עגולה.
- לאחרונה הוחל בשיווק דגם משופר וחדש VIO3 הכולל תכונות המאפשרות ביצוע פעילות פולשנית חלופית לפעילות כירורגית להסרת גידולים בדרכי היכול כגון: Endoscopic Submucosa Dissection (ESD) ו- Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM).
- מימוש פעולות אלה מחייב הפרדה ודיסקציה מבוקרת של הרקמות השונות אותן ניתן לקבל עקב היתרונות הייחודיות הבאות:

- קיים מדידת התנגדות רקמה בקצב של 25 מליון פעמים בשניה המאפשר פעילות חיתוך ENDOCAT בדיוק ובהמוגניות מקסימליים.
- Precise Sect - קיום מצב ייחודי לטיפול ברקמה רירית (Mucose Membrane), לחיתוך, להפרדה וליצירת תעלות לעומק הרקמה עם פיזור חום מינימלי באזור הטיפול באמצעות איפנון תדר בהליך קרישה מהיר ויעיל כולל חשיפה נמוכה לעשן וקרבוניזציה מינימלית.
- Precise Argon - משמש לעצירת דימומים בחדירה מינימלית ושטחית. שימושית בעקר לאזורים דקים במיוחד כגון Caecum. הפעילות מתאפשרת ללא השפעה של מרחק הפרוב מהרקמה.
- בפעילות ESB מתבצע שילוב של סילון מים עם דיאטרמיה וסכין היברידיית המאפשר הפרדת רקמות וחיתוך אנדוסקופי תוך יכולת שינוי פרמטרים של הדיאטרמיה במהלך הפעילות עד 6 שלבים או תת תוכניות עקב שינויים ברקמה וזאת בטכנולוגיות מונופולר, ביפולר והיברידי משולבת.



טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

- מערכת פתוחה ליח' קצה מיצרנים שונים ללא מגבלה תוך הצגה ע"י המסך את סוג יח' הקצה המחוברת למערכת מתוך כלל יח' הקצה הנדרשות לפעילות המתוכננת.

בנוסף, קיים איטום מהיר של כלי דם באמצעות תכנת אוטו ייעודית Thermo Seal ומתן פולסי אנרגיה קצרים להאצת הקרישה – Soft Coag.
מדובר איפוא בדגם ייעודי וייחודי שאין לו לפי שעה מתחרה.
ניתן לראות לפיכך, היצרן ERBE ספק בלעדי ולממש הרכישה בהתאם להצעת חב' ברסלויער הרצ"ב הכוללת:

- א. דגם VO3
- ב. דוושא כפולה (חיתוך, קואגולציה, MOUO/BIP, החלפת תכניות משנה)
- ג. כבל מונופאזי לחיבור לולאת חיתוך גסטרו
- ד. מעי ארגון
- ה. חיבור דיאטרמיה לעגלה
- ו. חיבור ארגון לעגלה
- ז. עגלה
- ח. סלסלה לעגלה
- ט. תופסן גליל ארגון לעגלה
- י. מגן גליל ארגון לעגלה
- יא. כבל אוניברסלי חיבור מונופולר נוסף
- יב. 2 גלילי ארגון

תקופת אחריות 24 חודשים מיום הקליטה במכון.
תסופק ספרות הפעלה ושרות.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+ הצעת מחיר
העתקים: פרופ' שומרון בן חורין
ד"ר עידן לוי
ד"ר יורם שדמי