



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213220

יחידה מזמינה: מכון אנדוקריני

מהות הרכישה: מכשיר לבדיקת צפיפות עצם

סכום הרכישה מטבע ספק: 84,217 יורו כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: אלדן ציוד אלקטרוני

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 84,217 יורו כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות ~~להקטין~~ או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית. 31 ט"ק תמוז תשס"ג
4. הוועדה התכנסה בתאריך 29.6.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': **03-6974883**

רוגן חרותי

ר"ח שגרי בן זאב

עו"ד רועי אדרי

חתימת המאשרים:

אבי מן זקן
סמנכ"ל מיסטיקה
הנדסה ותשתיות
אבי

29.6.2021

לכבוד

ועדת רכישות

כאן

הנדון: רכישת מכשיר למדידת צפיפות עצם עבור המכון האנדוקריני

לאורך השנים אנו עובדים עם מכשיר LUNAR וידוע שלאורך השנים ישנם הבדלים במדידות בין מכשירי HOLOGIC לLUNAR שנובעים בין היתר משימוש באוכלוסיית ייחוס שונה וקביעת נורמה שונה. החלפת יצרן ומכשיר מסוג שונה כגון HOLOGIC מצריכה חישובים נוספים להמרה של תוצאות קודמות, חישובים שידועים כלא מדויקים (מצרפת ספרות מטה). מהלך כזה פוגע ביכולת שלנו לספק מעקב למטופלים שלנו.

מעבר למכשיר HOLOGIC כעת למעשה יבטל כל אפשרות לתת מעקב, דבר שעלול לגרום למטופלים רבים לבצע את בדיקות צפיפות העצם במכונים אחרים מכוון שמרבית המכונים עובדים עם מכשירי LUNAR כיום בישראל. כל פגיעה בדיוק המדידה וביכולתנו לספק מדידות עקביות מהווה בעיה קלינית עצומה.

היות והשוואת נתוני המטופלים לאורך זמן בצורה רציפה הינה קריטית לצורך מתן טיפול ומעקב אחר הצלחתו והיות ובבית החולים קיים מאגר גדול של חולים שמחייב המשך מתן טיפול ומעקב לאורך זמן, יש צורך להמשיך להשתמש בטכנולוגיה הקיימת של אותו היצרן הקיים כיום בבית החולים.

לאור זאת יש לראות בדגם PRODIGY PRO תוצרת חברת GE מכשור יחודי ובחרבת אלדן (נציגו הבלעדי של היצרן בארץ) ספק יחיד למקרה זה, ממנו יש לרכוש את המערכת.

בברכה,

ד"ר ונסה רואש, MD, PhD

מוסמכת מטעם החברה הבין לאומית לדנסיטומטריה ISCD.

