

	<b>טופס בקשה להתקשרות באמצעות פטור</b>	
	<b>תאריך עדכון:</b> 7.2.2019	<b>עורך הטופס:</b> סניף אלי כהן <b>תפקיד:</b> רמ"ד תכנון והנחיית רכש <b>מאשר הטופס:</b> נצי"מ אילן מגר <b>תפקיד:</b> ר' מרו"מ
<b>חתימה:</b> חתום במקור	<b>חתימה:</b> חתום במקור	<b>עמוד 1 מתוך 2</b>

**חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
חומרים ומתכלים למכשירים לתהליכי איפיון גנטי במערך הדנ"א במז"פ

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

שירותים

טובין

<b>שם הספק:</b>	חברת רניום בע"מ
<b>מספר הספק (פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)</b>	511642449
<b>ספק זה הינו:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>	₪ 3,900,000
<b>תקופת ההתקשרות:</b>	01.09.2021-01.09.2022

במעבדות דנא מז"פ קיים ציוד המשמש להפקת פרופילי דנ"א ממוצגים ומחשודים במעבדת דנ"א וביולוגיה ובמעבדת מאגר הדנ"א של מז"פ (מערך הדנ"א), הינו מכשור מדעי מתקדם הדורש שימוש בציוד מתכלה ובחומרים ייחודיים שתוכננו והותאמו להפעלה אופטימלית של המכשירים במעבדות.

במערך הדנ"א קיימים 6 מכשירי אפיון גנטי ו-3 מכשירי כימות דנ"א של חברת Applied Biosystems. לצורך הפעלת מכשור זה דרושים חומרים וציוד מתכלה כגון: צינוריות הרצת דנ"א, תווך פולימרי להרצת דנ"א, פלטות של 96 בארות עמוקות, מבחנות, מכסים וכד'. במערך הדנ"א קיימים גם 6 רובוטים של חברת BECKMAN המשמשים בריאקציות הכנת הדנא לתהליכי האפיון. לצורך הפעלת הרובוטים דרושים פריטים מתכלים כגון: טיפים בנפחים שונים סטריליים ולא סטריליים וכו'.

העבודה בעזרת המכשור והרובוטים דורשת רמת דיוק גבוהה ביותר המתקבלת באמצעות שימוש בחומרים איכותיים בכדי להפיק פרופילי דנ"א העומד בסטנדרט בינלאומי (Iso) שיהיה קביל כראיה בבתי משפט.

הפריטים אותם אנו מבקשים לרכוש בפטור זה מיוצרים על ידי יצרן המכשור, חברת Applied Biosystems, וחברת BECKMAN (המיוצגות בארץ בלעדית ע"י חברת רניום). למרבית החומרים אין יצרן חלופי.

	<b>טופס בקשה להתקשרות באמצעות פטור</b>		<b>תאריך עדכון:</b> 7.2.2019
	<b>חתימה:</b> חתום במקור	<b>עורך הטופס:</b> סניף אלי כהן <b>תפקיד:</b> רמ"ד תכנון והנחיית רכש <b>מאשר הטופס:</b> נצי"מ אילן מגר	
<b>עמוד 2 מתוך 2</b>	<b>חתימה:</b> חתום במקור	<b>תפקיד:</b> ר' מרו"מ	

ע"פ דרישות יצרן המכשירים, בתהליך אפיון הדני"א יש להשתמש בחומרים מטעמו או מחברות ייחודיות שאושרו על ידו (לדוג' חברת BECKMAN). שימוש בחומרים מטעם/באישור היצרן מהווה בסיס למתן אחריות ותמיכה מצד היצרן בכל בעיה באפיון הפרופילים עימה אנו נתקלים במעבדה. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב,

ר' מעבדה ביולוגית דנא	מרב עמיאל
<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>