

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213325

יחידה מזמינה: המכון לתרפיה תאית

מהות הרכישה: 2 סופרי תאים אוטומטי

סכום הרכישה מטבע ספק: 35,000 יורו כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: BI תעשיות ביולוגיות

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 35000 י"י טל לחוד
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 100% 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 18.10.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883


רון חרותי


רו"ח שירי בן זאב


עו"ד רועי אדרי

חתימות המאשרים:
אבי בן זקן
סמנ"ל לוגיסטיקה
הנדסה ותשתיות
אבי בן זקן

1.10.21

סימוכין : 01-02

לכבוד
וועדת מכרזים
כאן

הנדון: רכישת 2 מכשירי סופרי תאים אוטומטי למכון לתרפיה תאית מתקדמת

למכון שבנדון נדרש לרכוש 2 מכשירי סופרי תאים אוטומטי מהדגם הבא : NUCLEO-COUNTER NC-2020 המכשיר משמש למעקב אחר כמות התאים בתרבית ורמת חיות התאים. בשל ייחודיות הפעילות במכון נדרש מכשיר עם התכונות הבאות:

1. מכשיר המסוגל להבחין ברמת שברי תאים בתרבית
2. קסטות חד פעמיות הכוללות את הצבענים הפלורוסנטים בתוכן - יכולת אחסון בסמפ' החדר.
3. צביעת תאים אוטומטית
4. טווח קריאה רחב $5 \cdot 10^4$ to $1 \cdot 10^7$ cells/ml

מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, חיפוש באינטרנט ושיחות עם ספקים) מתברר שלחברת

CHEMOMETEC (ספק: תעשיות ביולוגיות, SARTORIUS) קיים מכשיר ייחודי התואם את דרישות

המעבדה המפורטות מעלה. למכשיר קיים אישור CE כנדרש (לשימוש מחקרי בלבד - ללא יישום קליני) ונתנו 3 שנות אחריות.

מדובר במכשור ייחודי ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת תעשיות ביולוגיות ספק יחיד למסרת זה.

ממליץ לרכוש את המכשיר הנ"ל תוצרת חברת CHEMOMETEC (ספק: תעשיות ביולוגיות,

SARTORIUS) לפי הצעת המחיר הרצ"ב - מה 31.1.21. המכשיר מתאים לדרישות המעבדה עם ניסיון רב בעולם, שירות הספק טוב מאוד.

בברכה,
דוד דקל
ראש תחום מעבדות ודיאליוזה
הנדסה ביו-רפואית