

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 24.11.2021

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 15/2021

נושא: אספקת מכשיר אוטוקלאב הוריזונטלי עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי
מועד אחרון להגשה: 9.12.2021 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>**
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	סעיף (5)7 מפרט טכני	במכרז שבנדון נדרש כי האוטוקלב יכלול מחולל קיטור אינטגרלי. קיימו אפשו'ון לאוטוקלב עם מחולל קיטור אינטגרלי כמבוקש מה שמייקר את המכשיר, אך גם אוטוקלב מעבדתי סטנדרטי מייצר קיטור באופן עצמאי ללא עלות נוספת. מה אם כך כוונתכם?	הכוונה היא שהאוטוקלאב יכלול מערכת המייצרת את הקיטור לשם ביצוע הסטריליזציה. אנחנו לא מעוניינים באוטוקלאב הבנוי משתי יחידות נפרדות (דוד ומחולל חימום) אלא במכשיר המכיל את שניהם.
2	סעיף (11)7	המכשיר נדרש לעקר נוזלים ומוצקים. האם המשתמש המיועד מצפה לייבוש של המוצקים בסוף תהליך? כי קיימת אפשרות גם לייבוש עם תוספת של משאבת וואקום בכדי לייבש. מה ציפיית המשתמש?	לא נדרשת אופציה של ייבוש בסוף התהליך.
3	סעיף (3)7	צינתם במכרז אוטוקלב נדרש בנפח של 160 ליטר. האם יש העדפה לתא מלבני או גם עגול? תא עגול מוזיל עלויות?	בעקרון אין העדפה לצורת התא כל עוד אפשר להכניס לתוכו את המגשים והוא בנפח המבוקש.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה