



שאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 05/2021

תשובות הבהרה	פירוט השאלה \ בקשת הבהרה	מס' סעיף	עמ' במסמכי המכרז	
הבקשה נדחית.	האם ניתן לבקר במעבדתכם בהקדם, על מנת לבחון את התשתיות במעבדה? מיקום? ואת דרכי הגישה למקום?	-	-	.1
הבקשה נדחית. השאלה לא מובנית עד הסוף.	האם מערכת ה- ICPMS נדרשת לעבוד עם תרכובות גופרית S וזרחן? במידה וכן מה יהיה הריכוז הצפוי בדוגמה?	3.2.3.1	6	.2
מערכת ה- ICPMS לא נדרשת לעבוד עם Axial Acceleration .	האם מערכת ה- ICPMS נדרשת לעבוד Axial Acceleration ?	3.2.3.1	6	.3
הבקשה נדחית.	האם ניתן להוסיף נספח וורד המכיל התייחסות לספציפיקציות המינימליות הנדרשות מהמכשור שפורסמו על ידכם?	11.7	13	.4
ראו תיקון במסמכי המכרז סעיף 2.1 לנספח המקצועי.	קיימת דרישה שהמערכות יכללו את כל החלקים והאביזרים לתחילת עבודה מיידית. נבקשכם להבהיר לגבי מערכת ה- Laser Ablation לאיזה סוג של לייזר, יצרן ודגם, המערכת שלנו צריכה להתחבר?	2.1	17	.5
ראו תיקון במסמכי המכרז.	האם ניתן להרחיב את זמן האספקה לעד 75 ימים ממועד החתימה על ההסכם במקום 60 יום?	3.1.1.1.1	18	.6
ראו תיקון במסמכי המכרז בסעיף 2.1 לנספח המקצועי.	מצויינת בסעיף זה אחריות כלפי מערכת הגזים. האם הצעת המחיר למערכת צריכה לכלול גם מערכת להולכת גזים?	5.1.4	20	.7
ראו תיקון במסמכי המכרז בסעיף 2.1 לנספח המקצועי.	נבקש להבהיר האם מערכת פליטת הגזים כוללת גם תעלות הולכה ומשאבות או רק מתאמים מהמערכת לצנרת הפליטה.	7.1.8	22	.8
Yes (Called in various names by different companies) כן השם במכרז הוא גנרי (נקרא בשמות שונים בחברות שונות).	Is this a triple quadrupole ICP-MS system?	3.2.3	6	.9
ראו תיקון במסמכי המכרז.	What is the signal to noise ratio for the DDL?	.3.2.3.1D	6	.10