



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם עם הספק "י.א. אלמוג - דיאגנוסטיקה וציוד רפואי" לרכישת מכשיר מעבדה ומבחנות"

07/12/2021	תאריך פניה	ש"ט	יחידה פונה
		אייל זמיר	שם מגיש הבקשה
[] אחר	[X] פטור ממכרז 3 (29)	[] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי)	סיווג הבקשה
511404121	מספר ספק (ח.פ., ע.מ., ע.ר. וכו')	י.א. אלמוג - דיאגנוסטיקה וציוד רפואי	שם ספק
	יתרה כספית		מספר הזמנה במרכז"ה
	שווי אופציות (₪)	50,960 ₪ כולל מע"מ	שווי התקשרות (₪, ללא אופציה)
עד תאריך	מתאריך	משך	
31/12/2022	01/01/2022		תקופת התקשרות (ללא אופציה)
			תקופת אופציה

היסטוריית ההתקשרות					
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)					
מס' הזמנה	מתאריך	עד תאריך	שווי התקשרות	אופן התקשרות*	מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה)	
<p>1. בפני הוועדה בקשת היחידה לרכישת מכשיר להומוגניזציה של רקמות של בע"ח (tissue homogenization). פעולה זו חיונית כחלק מתהליך ביצוע תרביות בקטריאליות לאבחון מחלות שונות, לרבות מחלת השחפת. תכונות נדרשות:</p> <p>1.1 - מבצע ריסוק של רקמות אנימליות בצורה מכאנית באמצעות להבים מפלסטיק (rotor stator);</p> <p>1.2 - הפעולה נעשית במבחנות סגורות לחלוטין ובעלות מכסה הברגה לשמירה על בטיחות;</p> <p>1.3 - הלהבים הם BUILT IN במבחנות ללא צורך להתקנה, ניקוי וחיטוי בין דגימות;</p> <p>1.4 - המבחנות סטריליות ומתאימות לשימוש במיקרוביולוגיה והינן חד פעמיות;</p> <p>1.5 - המבחנות ניתנות לסרכוז בצנטריפוגה סטנדרטית;</p> <p>1.6 - המכשיר מסוגל לרסק רקמות קשות, דוגמת גרנולומות עם הסתיידות;</p> <p>1.7 - המכשיר מסוגל לרסק בצורה מיטבית מסת דגימה התחלתית של 2-4 ג' (ע"מ) למקסם את רגישות הבדיקה) ועם תוספת של עד 10 מ"ל נוזל;</p> <p>1.8 - המכשיר מבצע את הפעולה באופן עצמאי (walkaway) ותוך זמן קצר (3-1 דקות);</p> <p>1.9 - המכשיר מאפשר טיפול במקביל של 2-4 דגימות;</p> <p>1.10 - המכשיר קומפקטי, מתאים לעבודה על שולחן מעבדה, ואינו גדול מ-40X40 ס"מ;</p> <p>2. נציג היחידה המקצועית שהופיע בפנינו היום, ד"ר שלמה בלום ציין כי כלל התכונות הנן המינימום ההכרחי לפעילות המעבדה.</p> <p>3. המכשיר קיים במעבדות אחרות בארץ, לספק ניסיון עם המכשיר וקיים מלאי של מבחנות זמין בארץ.</p> <p>4. לאחר חיפוש באינטרנט והתייעצות עם ספקים, נמצא שהמכשיר gentleMACS™ Dissociator תוצרת Miltenyl Biotec עונה לכל הקריטריונים הנ"ל, ולא נמצא מכשיר אחר אשר עונה לאותם הקריטריונים. כמו כן נבדקה האפשרות לחלופות מול מכוני מחקר אחרים ובתי חולים ולא נמצא מכשיר מתאים אחר.</p> <p>5. התאמת המכשיר לצרכי המעבדה נבדקה בהדגמה "חיה" במעבדה, עם דגימות מייצגות.</p> <p>6. מכשיר משווק בארץ ע"י חברת אלמוג, שהינו ספק יחיד ובלעדי בישראל. לאור זאת בקשת היחידה הנה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז באמצעות שימוש בתנאי תקנה 3 (29) לתח"ם.</p>	<p>רקע (הצורך בהתקשרות, ככל RFI שבוצע)</p>
רכישת מכשיר להומוגניזציה של רקמות של בע"ח (tissue homogenization).	תיאור השירות / הטובין
ספק יחיד 3(29)	עילת הפטור (במידה ורלוונטי)
פרוטוקול דיון מיום 9/12/2021 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)	
מר אייל זמיר, מרכז מכרזים והתקשרויות	הופיעו בפני הוועדה
לפרוטוקול מצ"ב חוות דעת מקצועית חתומה ע"י הד"ר שלמה בלום, מנהל המכון הווטרנרי, המסמכים המפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם.	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

החלטת הוועדה מיום 9/12/2021 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)					
9/12/2021	תאריך	[] דיון נוסף	[] דחיה	[X] אישור	החלטה הערות
	שיעור ערבות	[X] חלף	[] רגילה	[X] ללא	ערבות ביצוע
כן	נדרש הסכם	[] מיוחד	[] רגיל	[X] ללא	ביטוח
	אחר	[] ו. פטור באוצר	[] ו. פטור משרדית	[X] ללא	האם טעון אישור ועדה נוספת
א. חוות דעת מקצועית חתומה ע"י הד"ר שלמה בלום ב. הצעת המחיר מיום 15/11/2021. ג. אישור וועדת קיטים מחודש דצמבר 2021.			מסמכים מצורפים	כן	האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה

חתימה בזום 9/12/2021	חתימה בזום 9/12/2021	חתימה בזום 9/12/2021
דיקלה רייזנר אלקיים	ורד ליפמן, עו"ד	אוהד דיגמי
ס. חשב	נציגת היועמ"ש	מ/מ יו"ר הוועדה