

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	המרכז אופטולוגי
תאריך:	14/12/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
5	1190005638	DISPOSABLE CORDOTOMY ELECTRODE KITE
3	1190005620	DISPOSABLE DEPTH STOP FOR 1.6MM ELECTRODES
2	1190005612	TIP DIAMETER: 1.6M-TIP LENGTH 4MM-SHAFT LENGTH250
1	1095087953	G4 RF GENERATOR 220 V KIT
4	1040022048	CONNECTION CABLE FOR DISPOSABLE ELECTRODES

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדוק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511483927

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

30 במאי 2021
מספרנו: יש/2021-0236
תיק: 9013, 1118

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: המרכז לרפואת כאב – חוו"ד לרכישת מכשיר RF ייחודי לטיפול בכאב – פרויקט 1036

דוא"ל גב' זילברמן מיום 2.5.2021

דר' איתי גור אריה מבקש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

ייעוד המכשיר בחדר הניתוח.

להלן הדרישות מהמכשיר:

א. יכולות סינגולוטומי וקורדומאטי

ב. 4 ערוצים תוך כיוון והצגת המדדים הבאים:

תדירות פולס - 1,2,3,4,5,6,7,8,10 pps

רוחב הפולס - 2-50msec

מתח - 0-105V RMS

זרם - 0-700mA

זמן עבודה - 0.05-30.00 msec

הספק - 0-50watt

התנגדות רקמה - 0-3000ohmes

נבדקו שני דגמי מכשור מתוצרת חב' Boston Scientific ומתוצרת חב' ABBOTT.

בהתאם להודעת נציג חב' ABBOTT אין ליצרן מענה ליכולות סינגולוטומי וקורדומאטי (רצ"ב הודעתו בדוא"ל).

רצ"ב הבהרת חב' Boston Scientific על עמידות דגם G4 ביכולות הנדרשות כולל עמידות ברגולציה ל-ח.נ.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

לנוכח הני"ל ניתן לראות ביצרן Boston Scientific ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם להצעות המחיר כדלקמן:

הצעה למכשיר CPQ210033

הצעה CPQ210034 – יש לממש:

פריטים 3 עד 6 עבור יישומי סינגולוטומי וקורדומאטי, כאשר פריטים 3, 4, 6 מתכלים ופריט 5 רב פעמי. יש לקבל מדרי איתי גור אריה כמות נדרשת למתכלים.

תינתן אחריות 24 חודשים. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ההזמנה תכלול ספרות הפעלה ושרות.

בברכה,
דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתקים: דרי איתי גור-אריה
דרי דינה אורקין
דרי יורם שדמי
גבי רחל זילבמן