

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(דגריאל)
יחידה מזמינה:	אספני יו א סי קוא
תאריך:	16/1/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095088563	CMOS VIDEO-RHINO-LARYNGOSCOPE
1	1095088555	TELE PACK + ENDOSCOPIC VIDEO UNIT
3	1040022816	IMAGE1 S HX ONE-CHIP FULL HD CAMERA HEAD


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ברסלויער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> / ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

2 בינואר 2022
מספרנו: מב/0003-2022
תיק: 6-1130, 6509

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש
כאן

הנדון: אשפוז יום שיקומי/מרפאת בליעה –
חוו"ד לרכישת מערכת אנדוסקופית אינטגרלית ניידת.

א. דוא"ל מיום 9.9.21 + תעודת השבתה
ב. דוא"ל מיום 24.11.21

בהתאם לסימוכין א', במרפאת בליעה מצוי מכשיר וידאו-לרינגוסקופ מסוג Distal chip דגם 11101VP (מס' פנימי ME034362) מתוצרת STORZ, אשר הינו תקול ללא יכולת השמשה.

אנדוסקופ תקול זה הינו חלק ממערכת אנדוסקופית אינטגרלית קיימת במרפאה מדגם TELE PACK XLED תוצרת STORZ ומשמש לעבודה עמה.

הובהר ע"י היצרן STORZ כי דגם הווידאו-לרינגוסקופ 11101VP אינו מיוצר עוד וכי הדגם העדכני המחליף הינו 11102CM.

עוד הובהר ע"י היצרן כי עקב גילה של המערכת האנדוסקופית הקיימת וחוסר התמיכה והתאימות הטכנולוגית, יש צורך בהחלפה של המערכת האנדוסקופית הקיימת בשלמותה. למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למערכת האנדוסקופית הקיימת שהינה מגרסה ישנה, וידאו-לרינגוסקופ מהדגם 11102CM החדש והמעודכן.

בסימוכין ב' מבהירה משתמשת הקצה דר' לימור בנימני כי הצורך בהחלפת המכשור התקול בחדש הינו חיוני היות ומאפשר לתת מענה לאבחון של נגעים עדינים בקנה הנשימה ובמיתרי הקול, כולל זיהוי של נגעים טרום סרטניים וכן חיוני להדגמה מיטבית של כל שלבי הבליעה. מענה שאינו מתקבל באמצעות מכשור אנדוסקופי אחר הקיים במרפאה.

לאור הנ"ל, ניתנה ע"י נציגת היצרן הצעת מחיר למערכת אנדוסקופית שלמה הכוללת וידאו-לרינגוסקופ Distal chip בעסקת TRADE-IN.

להלן פירוט מרכיבי ההצעה:

פריט 1 – מערכת אנדוסקופית אינטגרלית באיכות FULL HD מדגם TELE PACK+ –
מע' קומפקטית ניידת מסוג all-in-one הכוללת מקור אור, מעבד, מסך מגע עם אפשרות לחיבור מגוון יחידות קצה אופטיות ואנדוסקופים Distal chip.

פריט 2 – וידאו-לרינגוסקופ דגם 11102CM מסוג Distal chip (מצלמה בקצה הסיב).

פריט 3 – ראש מצלמה מסוג One-chip FULL HD לחיבור יחידות קצה אופטיות ופלקסבילים שונים.

ליצרן STORZ קיים מענה ייחודי למערכת אנדוסקופית אינטגרלית המגיעה בקונפיגורציות all-in-one קומפקטית במיוחד, הניתנת לנשיאה וכן לניוד קל ונוח באמצעות עגלה ייעודית קטנת מימדים. כמו כן, לדגם TELE PACK+ יכולת חיבור לאנדוסקופים מתוצרת יצרנים שונים באמצעות ראש מצלמה אוניברסלי. יכולת החיבור לסוגי האנדוסקופים המצויים בשימוש המרפאה (מתוצרת PENTAX ו-STORZ), נבדקה והוכחה בפועל.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

יכולת השינוע כפי שמתאפשרת במכשור המוצע ע"י STORZ זו הינה הכרחית לאופן השימוש וצורת העבודה במרפאה, בהתאם למובהר ע"י דר' בנימיני בסימוכין ב'. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לשנע מערכת מרובת מכשירים (כשכל אחד מתחבר לסוג אנדוסקופ אחר) באמצעות עגלה מאסיבית, קרי מגדל נייד.

לא נמצאה חלופה אקוויולנטית לדגם TELE PACK+ מתוצרת STORZ. מבדיקה שנערכה עם נציגי היצרנים PENTAX ו-OLYMPUS לא קיים מענה מתאים לנדרש.

מהנימוקים המתוארים לעיל, יש לראות ביצרן STORZ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 67715 הרצ"ב לעסקת טרייד-אין שניתנה ע"י חברת "ברסלויער".

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : דר' לימור בנימיני בן-יעיש
מר רון בן-אלי
גב' דפנה גרוסברג