

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מכון מאונא איר
תאריך:	30/1/22

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1190011248	LOVO ANCILLARY BAG KIT
2	1190011230	LOVO CELL PROCESSING KIT
1	1095088613	LOVO INSTRUMENT

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ

מיטל ביסטרי-פסח	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

תאריך: 18 בינואר 2021
מספרנו:
תיק:

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש
כ א 1

הנדון: מכון מלנומה-מחקר –
חו"ד לרכישת מכשיר להפרדה ועיבוד תאים (Cell Processing System).

דוא"ל מיום 16.1.21

בהתאם לסימוכין נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.

מדובר במכשיר לביצוע הפרדה, שטיפה והפחתת נפחים לצורכי הליך הפקת תאים, כדוגמת לימפוציטים לשימוש בטיפולים קליניים. פעולת המכשיר מבוססת על החדרת תמיסות תאים אל תוך תא צילינדר המכיל ממברנת סינון מסתובבת, באמצעות אוסף של משאבות פריסטליות.

ליצרן Fresenius Kabi הדגם LOVO Cell Processing System אשר נבחן ונמצא מתאים לשימוש בפעילות הפקת תאים המבוצעת במעבדה.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 212508452 שניתנה ע"י חברת "מדכניקה" לדגם הנ"ל, הכוללת האביזרים והמתכלים הדרושים להפעלה ראשונית מלאה של המערכת.

לא ידוע על ספק מקומי אחר למכשור העונה לנדרש ולפיכך יש לראות ביצרן Fresenius Kabi ספק יחיד לרכישה זו, ולממשה באמצעות הצעת חברת "מדכניקה" במלואה.

הערה:

הובהר למשתמש הקצה כי השימוש במכשיר מוגדר ע"י היצרן מעבדתי בלבד.
ע"פ הוראות היצרן, לשימושים קליניים נדרש אישור הגורם הרגולטורי.

מקור תקציבי לרכישה – סעיף 22233 בהתאם לסימוכין הרצ"ב.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים בחל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' מיכל בסר
דר' דרגוסלב ז'יקיץ'