

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רפ"א
יחידה מזמינה:	ימ"א
תאריך:	22/2/2022

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095088795	CSCS V3 MAS800 DESKTOP SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	122,850\$ + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

14 בפברואר 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0042
תיק: 9-1120

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כ א נ

הנדון: ניתוחי יום/אשפוז יום גניקולוגי והתאוששות/כירורגיות/כוויות/אנגיו –
CENTRAL STATION מרכזיות ניטור מרכזיות

תכתובת מיום 10.1.22

במספר אתרים בביה"ח החולים קיימות תחנות אחות מרכזיות מדגם I-Central תוצרת GE, המצריכות החלפה בדחיפות עקב התיישנות ואי תמיכה ע"י היצרן. המשמעות היא כי כל תקלה תשבית את יכולת העברת הנתונים לגיליון החולה הממוחשב מחד גיסא, ומאידך תשובש פעילות מערכות הניטור המרכזיות עד לכדי השבתה.

כמו כן, לתחנות אלו המבוססות על מערכת ההפעלה WINDOWS XP קיימות בעיות חמורות מהיבט אבטחת מידע המחייבות החלפה שלהן בהתאם לדרישות מע' מידע בסימוכין.

על מנת לאפשר פעילות תקינה ורציפה נדרשת החלפה של כל התחנות הישנות מהדגם I-Central הנ"ל בדגם CARESCAPE. רצ"ב הצעת חברת "לבנט טכנולוגיות" לרכישת הנדרש עבור כל האתרים הרלוונטיים, בהתאם לפירוט שלהלן:

- א. ניתוחי יום- תחנה מרכזית + 10 רישיונות (כמספר המוניטורים באתר) – פריטים 1-13 בהצעה.
- ב. התאוששות ניתוחי יום- תחנה מרכזית + 12 רישיונות – פריטים 15-26.
- ג. כירורגית ב' צפון- תחנה + 8 רישיונות – פריטים 27-39.
- ד. כירורגית ב' דרום- תחנה + 6 רישיונות – פריטים 40-52.
- ה. כירורגית ג' צפון- תחנה + 6 רישיונות – פריטים 53-65.
- ו. כירורגית ג' דרום- תחנה + 6 רישיונות – פריטים 66-78.
- ז. כוויות- תחנה + 11 רישיונות – פריטים 79-91.
- ח. אנגיו- תחנה + 4 רישיונות – פריטים 92-104.
- ט. ח.נ אשפוז יום גניקולוגי והתאוששות- תחנה + 7 רישיונות.

מערכות הניטור בכל האתרים המצוינים לעיל הינן מתוצרת GE ולכן על מנת לחבר התחנות החדשות למערכות הקיימות, מחויב לרכוש הנדרש מיצרן המוניטורים. אין יכולת לחלופה מכל סוג שהוא.

בהתאם לכך, יש לראות ביצרן GE ספק בלעדי לרכישה זו ולממשה בהתאם להצעת מחיר מס' PQ22L00144.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

ניתנן תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

הערות:

על ההתקנה להתבצע בתיאום וליווי נציג מע' מידע.

התחנות הקיימות יושבתו עם קבלת החלופה

בברכה,
מיטל גישטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין
פרופ' אבירם ניסן
פרופ' מרדכי גוטמן
פרופ' יוסי חייק
גב' לירון דניאלי-פור
מר שימי ארנסט
מר רועי פייגל
מר גדעון קדוש