

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	אורולוגיה
תאריך:	22/5/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
8	1109921073	CURETTE FOR TISSUE ABLATION
7	1109921065	ADAPTOR
3	1109921057	ESHGI VISUAL OBTURATOR
1	1109921040	RESECTOSCOPE SHEATH 26FR
4	1109201252	LASER WORKING INSERT
6	1106067847	*HOPKINS WIDE-ANGLE STRAIGHT FORWARD TELESCOPE 6
2	1103200276	SHEATH UROLOGICAL INSTRUMENT
5	1098925316	גומיה לשיט SEALING CAP, DIAMETER 0.8MM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

16 במאי 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0159
תיק: 1006, 1130-6

לכבוד
גבי גילי נעים
מחיר רכש
2 א

הנדון: אורולוגיה – חו"ד לרכישת מכשור אנדוסקופיה לניתוחי HoLEP.

תכתובת מיום 26.4.22

בהתאם לסימוכין, עבור המחלקה האורולוגית נדרשת רכישה של סט אנדוסקופי בכמות של 2 יח.

מדובר במכשור ייעודי לשימוש עם מערכת לייזר בפרוצדורות Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP), לטיפול בהסרת חסימות בדרכי השתן כתוצאה מהיפרפלזיה שפירה של הערמונית (BPH).

רצ"ב הצעת היצרן STORZ (מס' 68962) לסט אנדוסקופיה המורכב מרזקטוסקופ מדגם RF26 עם שטיפה רציפה ונפרוסקופ מדגם HOPKINS Telescope 6°.

להלן הפירוט:

- א. רזקטוסקופ מדגם RF26:
- שרוול חיצוני (Resectoscope sheath) – פריט 1
 - שרוול פנימי (Inner sheath) – פריט 2
 - אובטורטור אופטי (Visual Obturator) לבדיקת חסימות בדרכי השתן – פריט 3
 - גשר לייצוב הלייזר – פריט 4
 - אטם לגשר הלייזר (מתכלה) – פריט 5
- ב. נפרוסקופ מדגם HOPKINS Telescope 6° – פריט 6
- ג. אדפטור בין הנפרוסקופ לשרוול הרזקטוסקופ – פריט 7.
- ד. מגרד/מלקט רקמה (Curette) עבור הרזקטוסקופ – פריט 8.

בקשת הצוות הרפואי בסימוכין הינה לרכישת הסט מתוצרת STORZ עקב מבנה הנפרוסקופ אשר הינו בעל זווית בקצהו. במהלך הפעלת אנרגיית הלייזר, למבנה הזוויתי יכולת לבצע דחיפה עדינה של הרקמה הרחוק מסביב הלייזר, באופן המאפשר רטרקציה מדויקת של הרקמה וכן יצירה של חלל לשטיפה. הובהר כי מבנה ייחודי זה מספק זיהוי אופטימלי המישור הניתוחי.

מלבד לשימוש בניתוחי HoLEP, ישמש הסט האנדוסקופי גם בניתוחים אחרים כגון ריסוק בלייזר של אבני שלפוחית, ניתוחי TRURP, ניתוחי PCNL וזאת תוך חיבורו לצידוד אנדוסקופיה אחר מתוצרת היצרן STORZ.

מהנימוקים המקצועיים המתוארים לעיל ולמען שמירה על אחידות מערכות מהסוג הנ"ל, יש לראות ביצרן STORZ ספק בלעדי לרכישה זו, על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 68962 שניתנה ע"י חברת "ברסלויער", על כל סעיפיה.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

הערות למימוש:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לכל מכלולי המערכות המוצעות החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.
- במסגרת תקופת האחריות/שירות, על החברה להתחייב לביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל חלפים ועבודה) בהתאם להוראות היצרן.
- על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל.
- על החברה להתחייב למתן הדרכה הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני (ברמת טכנאי יצרן) של ביה"ח, על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונים בדגם המוצע.

בברכה,
מיטל בלסטרז-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' זהר דותן
דר' אסף שבירו