

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הרפ. א
יחידה מזמינה:	H.I.V - ארז
תאריך:	21/6/22

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095089728	MULTIFUGE X1 PRO HIGH PERFORMANCE CENTRIFUGE

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,700 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים
	ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

13 ביוני 2022  
מספרנו: הני"ר/0191-2022  
תיק: 1330, 1124-2

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש  
כ א

הנדון: מעבדת HIV – חו"ד לרכישת צנטריפוגה שולחנית לסרכוז דמים.

דוא"ל מיום 17.5.2022 + ת. השבתה

1. בהתאם לסימוכין, מכשיר שבנדון דגם Megafuge1 (מס' סידורי 270821) מתוצרת Heraeus-Thermo Scientific הושבת וכנגדו נדרשת רכישת חלופה.
  2. להלן הדרישות מהצנטריפוגה:
    - א. תכלול רוטור Swing-out buckets מסוג Biohazard המספק מהירות סיבוב של לפחות 6,000 סל"ד.
    - ב. האדפטורים הבאים לסרכוז Swing-out:
      - מבחנות דם בנפח 10ml בכמות של כ-48 מבחנות לרוטור.
      - מבחנות דם בנפח 5/7ml בכמות של כ-48 מבחנות לרוטור.
    - ג. מכסים מסוג Biocontainment Lids לסגירת הבאקטים.
  3. מבדיקה מקיפה שנערכה עם נציגי היצרנים בתחום, הוברר כי לחברות לומיטרון, רניום, לבוטל, גטר-גרופ ואורנת, לא קיים מענה מלא לדרישות הסף המפורטות לעיל.
  4. ניתן מענה לכל שדרש ע"י חברת "לבנט טכנולוגיות" המשוקת הדגם Multifuge X1 Pro מתוצרת Heraeus-Thermo Scientific עם רוטור מדגם Bioshield Biohazard 720 high speed. מכשור זה הינו היחיד המספק את מהירות הסרכוז הנדרשת. לציין כי מאפיין זה הינו קריטי לתהליכי העבודה במעבדה, בהתאם למובהר ע"י משתמש הקצה בסימוכין.
  5. לאור הני"ל, יש לראות ביצרן Heraeus-Thermo Scientific באמצעות נציגותו המקומית חברת "לבנט טכנולוגיות", ספק בלעדי לרכישה ולממשה באמצעות הצעת מחיר מס' 63971 הרצ"ב.
  6. יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.
- על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' אלכס שולמן  
מר משה חמד