

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-6959505

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 29.6.2022

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 19/2022

נושא: אספקת מכשיר אוטקלב שולחני עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 18.7.2022 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם:** באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	מפרט טכני סעיף 7 (12)	"ההצעה תכלול מיכל להשמדת פסולת ביולוגית". אוטקלב קיטור של חברתנו מבצע סטריליזציה בטמפ' 121 או 132, או 134, בזמן חשיפה על פי הנדרש בתקן, כך שבפועל הוא מעקר את התמיסות, המוצקים והפסולת הנכנסים אליו. בכדי למנוע זיהום האוויר בחלל החדר, בזמן חימום המים והוצאת האוויר מתא העיקור, עד להגעה לטמפרטורת סטריליזציה, החברה מתקינה פילטר ביו אזאד על קו ההוצאה ובכך שומרת על הסביבה והמשתמש. לשם מה הדרישה למיכל להשמדת פסולת ביולוגית? הרי כל מה שעבר תהליך באוטקלב, עוקר?	אנו עומדים על דרישה זו. מבקשים מיכל לפסולת ביולוגית כדי שנוזלים ואו חומרים אחרים לא ישפכו לתוך האוטקלב ויכלכלו אותו צורה שתגרום נזק למכשיר.



מוטי ניר
מ"מ יו"ר הועדה



רחל ירוש
חשבת המינהל



עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

שם המציע חותמת וחתימה