


התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
התקשרות עם חברת ע. לפידות פרמצוטיקלס בע"מ לרכישת מכשיר, מתכלים ושירותי תוכנה ואפליקציה למערכת זיהוי ורגישות לחיידקים, פטריות ושמידים MALDI-TOF IR תוצרת BRUKER בעסקת ריאגנטיים.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	ע. לפידות פרמצוטיקלס בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510785942
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 2,150,000
תקופת ההתקשרות:	5 שנים

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות

המערכת בעלת האיפיונים הבאים:	
1.	<b>NEGATIVE ION MODE</b> – יכולת דטקציה של היונים הטעונים שלילית כפלטפורמה לאבחון רגישות מיקרואורגניזמים לאנטיביוטיקות על טכנולוגיית <b>MALDI TOF</b> .
	מודול <b>LIPIDART</b> יחד עם קיט <b>MBT LIPID XTRACT KIT</b> מאפשרים אבחון רגישות לקוליסטין באמצעות המכשיר.
2.	<b>MYCOBACTERIA</b> – מודול וקיט ייעודיים למיצוי וזיהוי זני מיקובקטריה.
3.	<b>STAR BL</b> – מודול וקיטים לזיהוי מהיר של רגישות לאנטיביוטיקות ממשפחת בטא-לקטאם ( <b>CARBAPENEM AND CEPHALOSPORINS</b> ).
4.	<b>SUBTYPING</b> – מודול <b>IR</b> אוטומטי לסיווג תתי סוגים של מיקרואורגניזמים שונים.
5.	<b>-SEPSITYPER</b> – מודול וקיט לזיהוי מיקרואורגניזמים ישירות מתרבית דם חיובית.
כיום, אין מערכת אחרת בעלת אותם מאפיינים	
החברה היא הנציג הבלעדי בישראל של יצרן המערכת ולפיכך הגורם היחיד המוסמך, מורשה ובעל הידע והנסיון לספק את המערכת ושירות עבודה.	

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת מעבדה מיקרוביולוגית	ד"ר שרית פרימן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית