

פרוטוקול וועדת פטור משרדית מה- 30.5.2022 - בקשה להתקשרות בפטור ספק יחיד
לרכישת מכשיר MALDI-TOF IR תוצרת BRUKER בעסקת ריאגנטים- ע. לפידות
פרמצויטיקלס בע"מ

משתתפים: ד"ר מיקי דודקביץ, עו"ד מיכל דיקשטיין, רו"ח לוי משעלי, גב' אפרת קולטון ולמה.

רקע:

מגישת הבקשה: ד"ר שרית פרימן מנהלת מעבדה מיקרוביולוגית
שווי ההתקשרות: 2,150,000 ₪
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
פרסום במערכת מנהל הרכש: הבקשה לפטור פורסמה ב- 25.4.22, מועד אחרון להשגה 12.5.22 - לא
הוגשו השגות.
המלצת הגורם המקצועי:

המערכת בעלת האיפיונים הבאים:	
1.	NEGATIVE ION MODE – יכולת דטקציה של היונים הטעונים שלילית כפלטפורמה לאבחון רגישות
מיקרואורגניזמים לאנטיביוטיקות על טכנולוגית MALDI TOF .	
מודול LIPIDART יחד עם קיט MBT LIPID XTRACT KIT מאפשרים אבחון רגישות לקוליסטין באמצעות המכשיר.	
2.	MYCOBACTERIA – מודול וקיט ייעודיים למיצוי וזיהוי זני מיקובקטריה.
3.	STAR BL – מודול וקיטים לזיהוי מהיר של רגישות לאנטיביוטיקות ממשפחת בטא-לקטאם (CARBAPENEM AND CEPHALOSPORINS).
4.	SUBTYPING – מודול IR אוטומטי לסיווג תתי סוגים של מיקרואורגניזמים שונים.
5.	SEPSITYPER - מודול וקיט לזיהוי מיקרואורגניזמים ישירות מתרבית דם חיובית.
כיום, אין מערכת אחרת בעלת אותם מאפיינים	
החברה היא הנציג הבלעדי בישראל של יצרן המערכת ולפיכך הגורם היחיד המוסמך, מורשה ובעל הידע והנסיון לספק את המערכת ושירות עבודה.	

וועדת המכרזים מה- 24.5.2022 אישרה את מתן הפטור בהתאם לתקנה 3(29) לתח"מ, בכפוף לאישור וועדת פטור משרדית.




החלטת וועדת פטור משרדית:

הוועדה דנה בבקשה. הוועדה מקבלת את חוות דעת הגורם המקצועי, כי אין מערכת אחרת בעלת המאפיינים המפורטים בבקשה. כמו כן, חברת ע. לפידות פרמצוויטיקלס בע"מ היא הנציג הבלעדי בישראל של יצרן המערכת ולפיכך הגורם היחיד המוסמך, מורשה ובעל הידע והניסיון לספק את המערכת ושירות עבודה.

וועדת הפטור המשרדית מקבלת את המלצת וועדת המכרזים מה- 24.5.22 ומאשרת מתן פטור ספק יחיד לחברת חברת ע. לפידות פרמצוויטיקלס בע"מ בהתאם לתקנה 3(29) לתח"מ.

רשמה : אפרת קולטון זלמה

העתקים :
חברי ועדת המכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
תיוק

שם	תפקיד	חתימה
ד"ר מיקי דודקביץ	יו"ר	
עו"ד מיכל דיקשטיין	יועצת משפטית	
רו"ח ליז משעלי	מנהלת כספים	
גבי אפרת קולטון זלמה	מרכזת הוועדה	