

חדר מס' 2 - מכשירים

הערות	מיזוג אוויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O.	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O.	W רחב	D עמק	H גובה		
	ניקוז כימי					√						240	80		1	מכשיר צביעה		
						√	√					140	80		2	ויטק		
					√	√	√					70	90		1	MS		
					√	√	√					70	90		4	וירטואו		
												120	80		1	זהוי מהיר		
												150	75	75	1	עמדות עבודה		
	לצביעה ידנית											150	75	75	1	מנדף כימי 1 HOOD		
												120	75	75	1	עמדת מחשב		
												90	60	90	1	כיוור		
					√	√	√									MedisonGX		
						√									11	מכשירים קטנים		

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

חדר מס' 3 - אינטרלוק (מבואה) שחפת

הערות	מיזוג אוויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O.	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O .	W רחב	D עמק	H גובה		
																	1	אוטוקלאב
																	1	ארון לציוד מיגון
																	1	פח לציוד מיגון חד פעמי
																	1	ספסל הלבשה
																	1	מתלי חלוקים
																	1	כיור נטילת ידיים
																	1	מקלחת חרום ומשטפת עיניים

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

חדר מס' 4 - מעבדת שחפת BSL3

הערות	מיזוג אויר		חשמל			תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS			חשמל	R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק		
												150	80		1	מנדף ביולוגי 1 BSL-II	
												150	80		1	מנדף כימי 2 HOOD	
												150	80		1	מנדף כימי 3 HOOD	
בתוך המנדף	ניקוז כימי														1	מכשיר צביעה	
												80	70		2	צנטרפוגה שולחנית מקוררת	
												30	30		1	צנטרפוגה אפנדורף	
																אמבט חימום יבש 65/96 מעלות	
					√	√	√					80	80	130	1	MGIT	
								CO2				80	80	100	3	אינקובטור	
												80	80	100	2	אינקובטור	
												80	80	180	2	מקרר	
												150	80	75	3	עמדת מעבדה	
												80	60	205	2	ארונות אחסון	
												120	60	90	1	כיור	
															5	מכשירים קטנים	
עיקור חומר שמוצא ממעבדת השחפת. אוטוקלאב עם 2															1	אוטוקלאב	

מיקרא: - R.O - מים מטופלים - מי מערכת, V - ואקום, A - אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

המרכז הרפואי תל-אביב, טבלת ציוד – מהדורה 1 17.3.22

דלתות אחת במעבדה ואחת בחדר הוצאת פסולת																	

חדר מס' 5A, 5B – בקטריולוגיה כללית

הערות	מיזוג אויר		חשמל			תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS			חשמל	R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק		
כולל זריעות, וייטק MS/ שתנים, צואות, תרביית דם,																	קו אוטומטי
													150	80		1	מנדף ביולוגי 2 BSL-II
													150	80		1	מנדף ביולוגי 3 BSL-II
													150	80		1	מנדף ביולוגי 4 BSL-II
													120	80		1	מנדף ביולוגי 5 BSL-II
													120	80		1	מנדף ביולוגי 6 BSL-II
													120	80		1	מנדף ביולוגי 7 BSL-II
													80	70		2	צנטרפוגה שולחנית
													80	80	100	12	אינקובטור
									CO2				80	80	100	1	אינקובטור
													80	80	180	8	מקרר

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

המרכז הרפואי תל-אביב, טבלת ציוד – מהדורה 1 17.3.22

														70	70	180	1	מקפיא 20-
														100	100	190	1	מקפיא 80-
														180	75	75	8	עמדת מעבדה
														120	75	75	4	עמדות מחשב
														80	60	205	2	ארונות אחסון
														120	60	90	2	כיור
							√										3	מכשירים קטנים

חדר מס' 5C – פטריות

הערות	מיזוג אויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק	H גובה		
														150	80		1	מנדף ביולוגי 8 BSL-II
						√								80	80	100	4	אינקובטור
														180	75	75	5	עמדת מעבדה
														80	60	90	1	כיור
						√											5	מכשירים קטנים

חדר מס' 5D – צנאות ופרזיטים

הערות	מיזוג אויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק	H גובה		
														150	80		1	מנדף ביולוגי 9 BSL-II
						√		CO2 אופציונלי						80	80	100	2	אינקובטור
														180	75	75	3	עמדת מעבדה
														80	60	90	1	כיור

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

המרכז הרפואי תל-אביב, טבלת ציוד – מהדורה 1 17.3.22

						√											1	צנטריפוגה	
						√												1	מיקרוסקופ
						√												2	מכשירים קטנים

חדר מס' 5E, 5F – סרולוגיה

הערות	מיזוג אויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק	H גובה		
														150	80		1	מנדף ביולוגי 10 BSL-II
					√	√	√							160	80		1	VIDAS
	ניקוז מים				√	√	√							80	80		1	VIRCELL
						√											1	Eliza washer
						√												Eliza Reader
						√								80	70		1	צנטריפוגה שולחנית
														80	80	100	3	אינקובטור
														80	80	180	2	מקרר
														70	70	180	4	מקפיא -20
														150	75	75	3	עמדת מעבדה
עמדות קבלה														180	75	75	2	עמדות מחשב
														90	60	90	1	כיור
						√												מכשירים קטנים

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

חדר מס' 5F, 5G - PCR ריצוף + וירולוגיה

הערות	מיזוג אויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק	H גובה		
													150	80		1	מנדף ביולוגי 10 BSL-II	
					√	√	√						90	75		2	מכשירי PCR - BIORAD	
						√	√						60	75		2	מכשירי PCR - ABI	
						√							120	75		1	מכשירי PCR - ROTORGEN E	
													150	75	75	2	עמדת מעבדה	
													120	75	75	2	עמדות מחשב	
													90	60	90	1	כיור	
						√	√						120	75	75	1	PCR	
						√										6	מכשירים קטנים	

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

חדר מס' 51 – קורונה

הערות	מיזוג אויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק	H גובה		
													150	80		1	מנדף ביולוגי 11 BSL-II	
													150	80		1	מנדף ביולוגי 12 BSL-II	
						√							90	75		1	BIORAD PCR	
													80	70	100	2	תנור	
													80	80	180	2	מקרר	
													140	80	180	1	מקרר כפול	
													180	75	75	8	עמדת מעבדה	
													180	75	75	1	עמדת קבלה	
													120	75	75	2	עמדות מחשב	
													80	60	90	1	כיור	

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO₂ - פחמן דו חמצני

חדר מס' 6 – מיקרוסקופ פלואורסצנטי

הערות	מיזוג אוויר		חשמל			תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS			חשמל	R.O .	מי ברז / חמים קרים	כיור	W מי ברז	R.O .	W רחב	D עמק		
												180	75	75	1	עמדת מעבדה	
															1	מיקרוסקופ פלואורסצנטי	

חדר מס' 9 – קבלת דגימות מיקרוביולוגיה וירולוגיה

הערות	מיזוג אוויר		חשמל			תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS			חשמל	R.O .	מי ברז / חמים קרים	כיור	W מי ברז	R.O .	W רחב	D עמק		
												150	80		1	מנדף ביולוגי 13 BSL-II	
																תחנה פנאומטית	
												80	80	180	1	מקרר	
												70	70	180	1	מקפיא -20	
												180	75	75	1	עמדת קבלה	
												150	75	75	1	עמדת מעבדה	
												150	75	75	3	עמדת מחשב	

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

המרכז הרפואי תל-אביב, טבלת ציוד – מהדורה 1 17.3.22

														80	60	90	1	כיור
						√		CO 2						80	80	100	1	אינקובטור
						√											12	מכשירים קטנים

חדר מס' 10 – הפקות

הערות	מיזוג אוויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק	H גובה		
					√	√	√							140	80		1	איזימאג
					√	√	√										1	אימאז
						√								80	70		1	צנטרפוגה שולחנית
														70	70	180	1	מקפיא -20
														150	75	75	3	עמדת מעבדה
														80	60	90	1	כיור

חדר מס' 11 – מכשירים

הערות	מיזוג אוויר		חשמל				תקשורת	גזים	כיורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS	חשמל			R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק	H גובה		
			√	√	√	√	√							130	290	130	1	קובס 6800
	ניקוז מים					√	√							90	190	90	1	TECAN EVO
	ניקוז מים				√	√	√							80	120	80	1	STARLET
						√								60	60	60	2	MAGLEAD

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני

המרכז הרפואי תל-אביב, טבלת ציוד – מהדורה 1 17.3.22

						√								80	120	80	1	קורא גילים
						√	√							75	150	75	1	BIO FIRE
					√	√	√										1	פוקוס
														80	40	205	4	ארונות אחסון
														100	100	190	2	מקפיא -80
														150	75	75	1	עמדת מעבדה
														90	60	90	1	כיוור
						√											4	מכשירים קטנים

חדר מס' 12 – הכנת מיקסים

הערות	מיזוג אוויר		חשמל			תקשורת	גזים	כיוורים		אספקות במינדפים			מידות (ס"מ)			כמות	תיאור	
	נידוף	פליטות חום	תלת פאזי	חרום	UPS			חשמל	R.O	מי ברז / חמים / קרים	כיוור	W מי ברז	R.O	W רחב	D עמק			H גובה
														70	70	180	1	מקפיא -20
														180	75	75	1	עמדת מעבדה
														80	40	205	4	ארונות אחסון

מיקרא: - R.O - מים מטופלים – מי מערכת, V - ואקום, A – אוויר דחוס, CO2 - פחמן דו חמצני